NOMENCLATORE TARIFFARIO DELLE PROTESI

OFFICINA ORTOPEDICA SANITARIA

NEW MEDICAL TREND SRL

www.newmedicaltrend.it

NEW MEDICAL TREND SRL
OFFICINA ORTOPEDICA SANITARIA
VIA MONS A. FRANCO – 72021 FRANCAVILLA F.NA TEL/FAX 0831 842215
VIA S.GIOVANNI BOSCO, 149 – 72100 BRINDISI TEL/FAX 0831 260959
MAIL. Info@newmedicaltrend.it - web www.newmedicaltrend.it

PRODOTTI IN CONVENZIONE ASL
COME OTTENERE PROTESI/ORTESI ED AUSILI IN CONVENZIONE

L'erogazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale dei dispositivi è subordinata al preliminare svolgimento delle seguenti attività:
a) Prescrizione;
b) Autorizzazione;
c)Fornitura ;
d) Collaudo.

1. UNA CORRETTA PRESCRIZIONE

Per accedere alla prestazione in regime di Servizio Sanitario Nazionale, è necessario presentare la prescrizione su specifico ricettario regionale effettuata dal medico specialista del SSN dipendente o convenzionato (con validità 30 giorni).

LA PRIMA PRESCRIZIONE DEVE COMPRENDERE:
a) Diagnosi circostanziata
b) Indicazione del dispositivo o ausilio prescritto: - descrizione - codice identificativo riportato nel Nomenclatore - eventuali adattamenti necessari
c) Programma terapeutico di utilizzo

2. RICHIEDERE IL PREVENTIVO

é possibile richiedere il preventivo presso la sede e punti vendita facendone richiesta ed allegando sempre la prescrizione medica.

3. OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE ASL

L'Autorizzazione sarà rilasciata dall'ASL di residenza dell'Assistito a seguito della consegna di prescrizione medica, preventivo e relativa scheda progetto:
· in caso di prima fornitura entro 20 giorni.
· In caso di ricovero presso strutture sanitarie, pubbliche o private, ubicate fuori del territorio della ASL di residenza, limitatamente ai dispositivi inclusi nell'Elenco 1, la ASL può rilasciare autorizzazione tempestivamente, anche a mezzo fax. Non possono essere prescritti e forniti ausili dell'All. 2 (deambulatori, letti, materassi, sollevatori, poltrone e carrozzine da comodo, ausili per evacuazione, montascale e ausili per la comunicazione).

4. COSA FARE DOPO L'AUTORIZZAZIONE

Ricevuta Autorizzazione dalla ASL, riconsegnare il preventivo presso il punto vendita comunicando data e numero di Protocollo (presenti in basso a destra del preventivo vicino al timbro della ASL o contenuti nel modulo rilasciato dalla ASL.
Al momento della presa delle misure si consiglia di portare con sè anche eventuali presidi e ausili precedentemente forniti.

NEW MEDICAL TREND SRL
OFFICINA ORTOPEDICA SANITARIA
VIA MONS A. FRANCO – 72021 FRANCAVILLA F.NA TEL/FAX 0831 842215
VIA S.GIOVANNI BOSCO, 149 – 72100 BRINDISI TEL/FAX 0831 260959
MAIL. Info@newmedicaltrend.it - web www.newmedicaltrend.it

5. TEMPI MASSIMI PER LA CONSEGNA DEI PRESIDI

Le aziende ortopediche devono rispettare i termini massimi di consegna, previsti dal N.T.

TEMPI MASSIMI PER LA CONSEGNA DEI PRESIDI PREVISTI DAL NOMENCLATORE TARIFFARIO

cod. 11 (06.03) – Plantari	giorni lavorativi	16
cod. 12 (06.15) - Rialzi	giorni lavorativi	16
cod. 13 (06.33) - Calzature ortopediche predisposte di serie	giorni lavorativi	16
cod. 14 (06.33) - Calzature ortopediche su misura	giorni lavorativi	48
cod. 16 (06.12) - Apparecchi ortopedici per arto inferiore:		
- tutori per caviglia e ginocchio	giorni lavorativi	24
- docce	giorni lavorativi	16
- tutori bacino, coscia, gamba	giorni lavorativi	40
cod. 17 (06.06) - Apparecchi ortopedici per arto superiore:		
- docce	giorni lavorativi	16
- tutori	giorni lavorativi	24
cod. 18 (06.03) - Apparecchi ortopedici per tronco	giorni lavorativi	24
cod. 19 (06.24) - Protesi di arto inferiore:		
- provvisoria e temporanea	giorni lavorativi	24
- definitiva	giorni lavorativi	72
20 (06.18) - Protesi di arto superiore:		
- estetica	giorni lavorativi	24
- funzionale	giorni lavorativi	56
cod. 22 (03.48) - Dispositivi per la deambulazione:		
- standard	giorni lavorativi	16
- personalizzati	giorni lavorativi	32
carrozzelle standard	giorni lavorativi	16
carrozzelle personalizzate e leggere	giorni lavorativi	40
cod. 28 (03.12) - Dispositivi addominali	giorni lavorativi	24
cod. 30 (06.30) - Protesi fisiognomiche	giorni lavorativi	16
cod. (18.09) - Sistemi per la postura:		
- standard	giorni lavorativi	16
- personalizzati	giorni lavorativi	40
cod. 91 (06.18) - Riparazioni: i tempi di norma non possono superare la metà del tempo massimo previsto per la consegna		

6. IL COLLAUDO

Deve essere effettuato dallo specialista prescrittore o dalla sua Unità Operativa, entro 20 giorni dalla data di consegna del dispositivo, il collaudo accerta la congruenza clinica e la rispondenza del dispositivo ai termini dell'autorizzazione che il presidio consegnato corrisponda a quello autorizzato.

- La ASL invita, entro 15 giorni dall'avvenuta fornitura, l'Assistito a presentarsi per il collaudo. Qualora l'assistito non si presenti alla data fissata per il collaudo senza giustificato motivo, incorre nelle sanzioni fissate dalla Regione.
- Il collaudo dei dispositivi erogati all'Assistito non deambulante viene effettuato presso la struttura di ricovero o a domicilio.
- Il collaudo si intende effettuato se, trascorsi 20 giorni dalla consegna del dispositivo, il fornitore non abbia ricevuta alcuna comunicazione dall'ASL.

NEW MEDICAL TREND SRL
OFFICINA ORTOPEDICA SANITARIA
VIA MONS A. FRANCO – 72021 FRANCAVILLA F.NA TEL/FAX 0831 842215
VIA S.GIOVANNI BOSCO, 149 – 72100 BRINDISI TEL/FAX 0831 260959
MAIL. Info@newmedicaltrend.it - web www.newmedicaltrend.it

7. TEMPI MINIMI DI RINNOVO DEI PRESIDI

L'Autorizzazione viene rilasciata quando sussistano le seguenti condizioni:

- il presidio è ancora necessario
- il presidio precedente non è più idoneo e riparabile
- è trascorso il tempo minimo di rinnovo, specifico per tipo di dispositivo, dalla fornitura precedente come previsto nell'all. 2 del Nomenclatore Tariffario.

TEMPI MINIMI DI RINNOVO AUSILI NOMENCLATORE TARIFFARIO

A) Dispositivi ortopedici	
Plantari	
- in fibra ad alta resistenza	36 mesi
- in materiale deperibile	12 mesi
Calzature e rialzi:	
- soggetti deambulanti con gravi difficoltà della marcia tali da comportare notevole usura	12 mesi
- soggetti non deambulanti e con gravi deformità ai piedi	18 mesi
Tutori per arto inferiore	2 anni
Apparecchi ortopedici per arto superiore	3 anni
Ortesi spinali	3 anni
Dispositivi addominali	2 anni
Protesi estetica tradizionale o modulare di arto superiore	5 anni
Protesi funzionale ad energia corporea di arto superiore	5 anni
Protesi mioelettrica per arto superiore	5 anni
Protesi tradizionale di coscia	5 anni
Protesi modulare di coscia o disarticolazione di ginocchio	5 anni
Protesi tradizionale di gamba	4 anni
Protesi modulare di gamba	4 anni
Protesi di piede:	
- tradizionale (cuoio ecc)	2 anni
- laminato	4 anni
Carrozzina a telaio rigido non riducibile	6 anni
Motocarrozzina o carrozzina a trazione a manovella	6 anni
Carrozzina a trazione elettrica	6 anni
Carrozzina ad autospinta pieghevole	5 anni
Carrozzina ad autospinta riducibile	6 anni
Montascale mobile	8 anni
Stampelle, tripodi e quadripodi	4 anni
Deambulatori, sollevatori e biciclette	8 anni
Stabilizzatori	4 anni
Ausili per l'evacuazione	5 anni
Sistemi di postura	5 anni
Ausili ortopedici:	
letto ortopedico	8 anni
- materasso antidecubito in materiale espanso	5 anni
- materasso antidecubito a settori pneumatici	5 anni
- cuscino antidecubito	3 anni
- traversa in vello naturale, in materiale sintetico, in fibra cava siliconata e a bolle d'aria interscambio	5 anni
B) Ausili per la comunicazione informazione e segnalazione:	
- sistemi di trasmissione del suono	8 anni
- comunicatore telefonico	8 anni
- ausili per la comunicazione interpersonale	7 anni
C) Protesi fisiognomiche	7 anni

Per i dispositivi forniti agli assistiti minori di 18 anni non si applicano i tempi minimi di rinnovo.

8. RINNOVARE IL PRESIDIO PRIMA DEI TEMPI MINIMI PREVISTI
È necessaria una dettagliata relazione del medico prescrittore che evidenzi il motivo della nuova fornitura (es. particolari necessità terapeutiche o riabilitative, modifica dello stato psicofisico dell'Assistito, smarrimento, rottura accidentale, particolare usura o impossibilità tecnica o non convenienza della riparazione oppure di non perfetta funzionalità del presidio riparato).

9. CHIEDERE IL RINNOVO IN CASO DI SMARRIMENTO, ROTTURA, USURA O NON RIPARABILITÁ DEL PRESIDIO
È necessaria una dichiarazione sottoscritta dall'invalido o di chi ne esercita la tutela in base alla quale la ASL può autorizzare per una sola volta la fornitura di un nuovo dispositivo prima che siano decorsi i tempi minimi previsti per il rinnovo.

10. OTTENERE DISPOSITIVI NON INCLUSI NEL N.T.
Qualora l'Assistito scelga un dispositivo non incluso nel nomenclatore tariffario, ma riconducibile, a giudizio dello specialista prescrittore, per omogeneità funzionale a quello prescritto (articolo 4, comma 2), l'azienda Asl di competenza autorizza la fornitura e corrisponde al fornitore una remunerazione non superiore alla tariffa applicata o al prezzo determinato dalla stessa azienda per il dispositivo incluso nel nomenclatore e corrispondente a quello erogato.

Per i soggetti affetti da gravissime disabilità, la ASL può autorizzare la fornitura di dispositivi non inclusi negli elenchi del Nomenclatore, sulla base di criteri fissati dal Ministero della Sanità. (Art. 1 comma 6 del D.M. 27 Agosto 1999).

11. OTTENERE DISPOSITIVI DI RISERVA
I dispositivi provvisori e temporanei sono prescrivibili solo per:
- Donne mastectomizzate
- Soggetti con amputazione di arto.
L'Azienda ASL può autorizzare la fornitura di un dispositivo di riserva rispetto al primo dispositivo definitivo solo in favore dei soggetti con amputazione bilaterale di arto superiore o con amputazione monolaterale o bilaterale di arto inferiore.
Nei confronti di altri soggetti con gravi difficoltà di deambulazione, cui non è riconosciuto il diritto di una protesi di riserva, la ASL è tenuta ad assicurare la tempestiva sostituzione dei dispositivi divenuti temporaneamente non utilizzabili.

12. CONTROLLI PER LA CORRETTA EFFICIENZA E GARANZIA DEL DISPOSITIVO
Ogni dispositivo è corredato del "certificato di garanzia assistenza e manutenzione".
L'Utente deve attenersi alle date di controllo per il mantenimento dell'efficienza del dispositivo.

13. ANTICIPO DI FORNITURA

Nel caso sussista una comprovata urgenza del dispositivo, per il quale sia stato emesso un preventivo ancora in attesa di autorizzazione dalla ASL, è possibile richiedere un "Anticipo di fornitura" presso le accettazioni di ortopedia o riabilitazione, rispettando le procedure attuate dall'Azienda.

NEW MEDICAL TREND SRL
OFFICINA ORTOPEDICA SANITARIA
VIA MONS A. FRANCO – 72021 FRANCAVILLA F.NA TEL/FAX 0831 842215
VIA S.GIOVANNI BOSCO, 149 – 72100 BRINDISI TEL/FAX 0831 260959
MAIL. Info@newmedicaltrend.it - web www.newmedicaltrend.it

NOMENCLATORE TARIFFARIO DELLE PROTESI

ELENCO N. 1 :

Nomenclatore tariffario delle prestazioni sanitarie protesiche

NEW MEDICAL TREND SRL
OFFICINA ORTOPEDICA SANITARIA
VIA MONS A. FRANCO – 72021 FRANCAVILLA F.NA TEL/FAX 0831 842215
VIA S.GIOVANNI BOSCO, 149 – 72100 BRINDISI TEL/FAX 0831 260959
MAIL. Info@newmedicaltrend.it - web www.newmedicaltrend.it

LA DESCRIZIONE DEGLI AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI E LE NORME TECNICHE RIPORTATE NEL PRESENTE ELENCO FANNO RIFERIMENTO ALLA CLASSIFICAZIONE ISO 9999:1998 APPROVATA COME NORMA EUROPEA EN ISO 9999

Classe 03	**Ausili per terapia ed addestramento**
Classe 06	**Ortesi e protesi**
Classe 09	**Ausili per la cura e la protezione personale**
Classe 12	**Ausili per la mobilità personale**
Classe 15	**Ausili per la cura della casa**
Classe 18	**Mobilia ed adattamenti per la casa o per altri edifici**
Classe 21	**Ausili per comunicazione, informazione e segnalazione**
Classe 24	**Ausili per manovrare oggetti e dispositivi**
Classe 27	**Adattamenti dell'ambiente, utensili e macchine**
Classe 30	**Ausili per le attività di tempo libero**

NEW MEDICAL TREND SRL
OFFICINA ORTOPEDICA SANITARIA
VIA MONS A. FRANCO – 72021 FRANCAVILLA F.NA TEL/FAX 0831 842215
VIA S.GIOVANNI BOSCO, 149 – 72100 BRINDISI TEL/FAX 0831 260959
MAIL. Info@newmedicaltrend.it - web www.newmedicaltrend.it

ELENCO N. 1:

Tavola di corrispondenza fra sistemi di classificazione

FAMIGLIE DI PRESIDI SECONDO IL NOMENCLATORE TARIFFARIO EX D.M. 28/12/92	CLASSI DI PRESIDI CORRISPONDENTI SECONDO LA CLASSIFICAZIONE A NORMA ISO
AUSILI ORTOPEDICI:	**06 PROTESI E ORTESI:**
28 - Ausili addominali	**03 12 Ausili per la terapia dell'ernia**
11 - Plantari	**06 12 03 Ortesi per piede**
12 - Rialzi	**06 12 03 Ortesi per piede**
13 - Calzature ortopediche predisposte di serie	**06 33 03 Calzature ortopediche di serie**
14 - Calzature ortopediche su misura	**06 33 06 Calzature ortopediche su misura**
16 - Apparecchi ortopedici per arto inferiore	**06 12 Apparecchi ortopedici per** **06 27 arto inferiore**
17 - Apparecchi ortopedici per arto superiore	**06 06 Apparecchi ortopedici per arto superiore**
18 - Apparecchi ortopedici per il tronco	**06 03 Ortesi spinali**
19 - Protesi di arto inferiore	**06 24 Protesi di arto inferiore**
20 - Protesi di arto superiore	**06 18 Protesi di arto superiore**
22 - Ausili per la deambulazione e carrozzine	**03 48 Ausili per rieducazione di** **03 78 movimento, forza, equilibrio** **12 03 Ausili per la deambulazione utilizzabili con un braccio** **12 06 Idem con due braccia** **12 18 Biciclette** **12 21 Carrozzine** **12 24 Accessori per carrozzine** **12 27 Veicoli (passeggini)** **12 36 Ausili per il sollevamento** **18.09 Seggioloni**
27 - Accessori	**06.27 Protesi cosmetiche e non funzionali di arto inferiore**
-- - Ausili posturali	**18 09 Sistemi di postura**
26 - Protesi oculari	**06.30 Protesi non di arto:** **06.30.21 Protesi oculari**

NEW MEDICAL TREND SRL
OFFICINA ORTOPEDICA SANITARIA
VIA MONS A. FRANCO – 72021 FRANCAVILLA F.NA TEL/FAX 0831 842215
VIA S.GIOVANNI BOSCO, 149 – 72100 BRINDISI TEL/FAX 0831 260959
MAIL. Info@newmedicaltrend.it - web www.newmedicaltrend.it

29 - Ausili ottici correttivi	**21 Ausili per comunicazione, informazione e segnalazione**
	21.03 Dispositivi ottici correttivi
24 Protesi acustiche	**21.45 Apparecchi acustici**

NEW MEDICAL TREND SRL
OFFICINA ORTOPEDICA SANITARIA
VIA MONS A. FRANCO – 72021 FRANCAVILLA F.NA TEL/FAX 0831 842215
VIA S.GIOVANNI BOSCO, 149 – 72100 BRINDISI TEL/FAX 0831 260959
MAIL. Info@newmedicaltrend.it - web www.newmedicaltrend.it

REQUISITI PER LE PRESTAZIONI SANITARIE PROTESICHE INCLUSE NELL'ELENCO N. 1 SECONDO LE NORME TECNICHE ISO E CEN

La terminologia relativa alle protesi, agli arti ed alle ortesi esterne fanno riferimento a:

ISO 8549 - 1 -Protesi e ortesi
Termini anatomici
Personale e metodi

ISO 8549 - 2 -Livello di amputazione degli arti e delle amputazioni acquisite
Anomalie congenite degli arti

ISO 8549 - 3 - Ortesi - definizioni e abbreviazioni

I materiali, i componenti ortopedici prefabbricati, i prodotti ortopedici di serie che costituiscono un AUSILIO ORTOPEDICO trovano riferimento nel pr EN 12182 "Ausili tecnici per disabili-Requisiti generali e metodi di prova"

Resta inteso che il prodotto finito realizzato su misura dal tecnico ortopedico trova riferimento nelle sopracitate norme.

Tutti gli ausili devono in ogni caso rispondere ai requisiti essenziali indicati nell'allegato 1 della Direttiva 93/42 CEE e, tranne quelli su misura, muniti della dichiarazione di conformità CE e relativa fascicolazione tecnica prevista dall'allegato VII di tale direttiva.
Ogni ausilio e accessorio deve recare la marcatura CE e deve essere corredato di etichettatura e istruzioni d'uso.
Gli ausili su misura devono attenersi alle procedure previste dall'allegato VIII della direttiva citata.
L'imballaggio deve garantire che il trasporto e la manipolazione non compromettano il rispetto dei suddetti requisiti essenziali.
In applicazione della direttiva 93/42 CEE il rispetto degli standard determina la presunzione di rispetto dei requisiti essenziali.
A decorrere dal 15 giugno 1998 possono essere immessi in commercio e in servizio dispositivi medici conformi alla Direttiva 93/42 CEE.

METODOLOGIA PER LA COSTRUZIONE E APPLICAZIONE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE PROTESICHE ORTOPEDICHE RIPORTATE NELL'ELENCO N. 1

Il D.M. 14-9-94 N. 665 individua la figura professionale del tecnico ortopedico con il seguente profilo: **il tecnico ortopedico è l'operatore sanitario** che, in possesso del diploma universitario abilitante, su prescrizione medica e successivo collaudo, opera la costruzione e/o adattamento, applicazione e fornitura di protesi, ortesi e di ausili sostitutivi, correttivi e di sostegno dell'apparato locomotore, di natura funzionale ed estetica, di tipo

meccanico o che utilizzano l'energia esterna o energia mista corporea ed esterna, mediante rilevamento diretto sul paziente di misure e modelli.

I dispositivi ortopedici riportati nell'elenco n. 1 sono applicati e forniti alla persona disabile dal tecnico ortopedico.

Con riferimento alla direttiva 93/42 CEE i dispositivi sono classificati in:

DISPOSITIVI SU MISURA, ovvero quelli costruiti singolarmente sulla base della prescrizione medica per essere applicati ed utilizzati solo da un determinato paziente, secondo metodi che prevedono sempre la rilevazione di grafici, misure e/o calchi anche quando nella lavorazione sono utilizzate parti o componenti di serie;

DISPOSITIVI IN SERIE PREDISPOSTI, ovvero quelli con caratteristiche polifunzionali costruiti con metodi di fabbricazione continua o in serie, che comunque necessitano di essere individuati e personalizzati tramite modifiche, successivamente adattati secondo la prescrizione del medico, per soddisfare una esigenza specifica del paziente cui sono destinati.

Con riferimento alla norma ISO 8549-1, la costruzione di un dispositivo su misura o in serie predisposto avviene attraverso le seguenti fasi di lavorazione:

FASE 1

- Valutazione esigenze funzionali dell'ausilio prescritto dallo specialista
  Definizione delle condizioni generali di salute, professionali e sociali del paziente, da parte di coloro che saranno preposti alla cura e da parte del tecnico ortopedico in merito alla scelta dei componenti. Procedure in merito alla scelta dei componenti e loro applicazioni che si conformino al meglio alle condizioni reali del paziente.

- Analisi di rischio di utilizzo
  Sulla base delle esigenze funzionali e facendo riferimento alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei componenti che andranno a costituire l'ausilio, il tecnico opera le scelte sulla base delle indicazioni della normativa 93/42 CEE (a decorrere dal 15.6.1998, e della UNI EN 1441 "Dispositivi medici-Analisi dei rischi".

FASE 2

- Progettazione
  Definizione delle caratteristiche costruttive di ogni singola parte dell'ausilio, stesura della scheda progetto, individuazione dei codici di riferimento al nomenclatore tariffario e compilazione del preventivo.

- Rilevamento misure e calco negativo.
  Acquisizione e registrazione di tutte le informazioni necessarie alla realizzazione di protesi ed ortesi, quali la preparazione di diagrammi, grafici, misurazioni e calchi negativi delle parti del corpo interessate. In particolare per una migliore realizzazione delle ortesi dell'arto inferiore si procede con la valutazione strumentale delle forze meccaniche di carico agli appoggi in fase statica e dinamica.

L'acquisizione delle misure può avvenire con sistema computerizzato, sistema **"CAD"** (*Computer aided design).*

FASE 3

- Stilizzazione e correzione del calco positivo. Procedura di modifica di un positivo ottenuto per colata di gesso in un negativo, per ottenere la forma che determina completamente o parzialmente l'aspetto finale dell'ausilio.
  Il calco positivo può essere realizzato mediante l'elaborazione tridimensionale dei dati inseriti nel computer e la successiva realizzazione tramite fresatrice a controllo numerico
  sistema **"CAM"** *(Computer aided manifacture).*

- Correzione del grafico. Modifica del grafico per ottenere un profilo che determini completamente o parzialmente la forma finale della protesi o dell'ortesi.

FASE 4

- Costruzione dei componenti prodotti individualmente su calco o in base alle misure.
- Assemblaggio e allineamento provvisorio. Assemblaggio ed allineamento a banco dei componenti di una protesi o di una ortesi conformemente alle caratteristiche definite in base ai dati acquisiti sul paziente.
  NOTA: allineamento. Definizione della posizione nello spazio dei diversi componenti di una protesi o di una ortesi, gli uni rispetto agli altri e rispetto al paziente.

FASE 5

- Prove: allineamento statico. Procedura attraverso la quale l'allineamento a banco provvisorio è corretto dal tecnico ortopedico sul paziente immobile.

FASE 6

- Prove allineamento dinamico. Procedura con la quale l'allineamento della protesi e dell'ortesi è ottimizzato tenendo conto delle osservazioni relative a tutti i movimenti del paziente.

FASE 7

- Finitura. Operazione di produzione realizzata dopo l'allineamento dinamico per conferire all'ausilio la sua conformazione definitiva.

FASE 8

- Redazione della fascicolazione tecnica in riferimento alla qualità del prodotto in conformità con la direttiva 93/42 CEE per i prodotti su misura vanno espletate le procedure dell'allegato VIII (a decorrere dal 15/6/98).

FASE 9

- Verifica e consegna dell'ausilio. Procedura di verifica che conferma che l'ortesi o la protesi finita (inclusa la personalizzazione, funzionalità ed estetica) è soddisfacente. In particolare, per protesi e ortesi dell'arto inferiore la verifica funzionale può essere integrata da strumenti di rilevazione elettronica che consentono di valutare meglio la funzionalità dell'ausilio.

- Addestramento e spiegazione corretto utilizzo. Autonomamente o in collaborazione con altre figure professionali unite in "équipe multidisciplinare", il tecnico ortopedico addestra il disabile all'uso delle protesi, delle ortesi e altri ausili per quanto riguarda:

1. La tecnica per calzare l'ausilio.
2. Le cautele nell'uso.
3. La durata e l'alternanza dei periodi di uso nella fase iniziale per non incorrere in arrossamenti, piaghe, ecc.
4. Le procedure per la pulizia.
5. La periodicità degli interventi di regolazione o manutenzione ordinaria.

NOTA: L'addestramento per quanto riguarda gli obiettivi terapeutici e riabilitativi non sono a carico del tecnico ortopedico.

NEW MEDICAL TREND SRL
OFFICINA ORTOPEDICA SANITARIA
VIA MONS A. FRANCO – 72021 FRANCAVILLA F.NA TEL/FAX 0831 842215
VIA S.GIOVANNI BOSCO, 149 – 72100 BRINDISI TEL/FAX 0831 260959
MAIL. Info@newmedicaltrend.it - web www.newmedicaltrend.it

AUSILI PER TERAPIA DELL'ERNIA	
FAMIGLIE DEL NOMENCLATORE-TARIFFARIO D.M. 28/12/92	**CLASSI DEL NUOVO NOMENCLATORE Classificazione a norma ISO**
28 - Ventriere e cinti erniari	**03 12 Ausili per la terapia dell'ernia** 03 12 03 Cinghie erniarie 03 12 06 Ventriere e cinti erniari

NORME TECNICHE	
pr EN 12182	**Ausili tecnici per disabili-Requisiti generali e metodi di prova**
ISO 8549 – 1, -3	**VOCABOLARIO**

NEW MEDICAL TREND SRL
OFFICINA ORTOPEDICA SANITARIA
VIA MONS A. FRANCO – 72021 FRANCAVILLA F.NA TEL/FAX 0831 842215
VIA S.GIOVANNI BOSCO, 149 – 72100 BRINDISI TEL/FAX 0831 260959
MAIL. Info@newmedicaltrend.it - web www.newmedicaltrend.it

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA ISO 03.12
(AUSILI ADDOMINALI)

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
L'applicazione e la fornitura di questi ausili è fatta dal tecnico ortopedico abilitato.			
VENTRIERE COSTRUITE SU MISURA			
Post - operatoria (appendicectomia, erniotomia) alta cm. 18	28.01.001	03.12.06.003	**61,46**
Per ptosi viscerale (gastrica, renale) con cuscinetto sottocoscia alta fino a cm. 30	28.01.003	03.12.06.006	**79,48**
Per sventramento semplice o per ptosi o per diastasi dei retti	28.01.005	03.12.06.009	**99,57**
Per sventramento addome pendulo, con tirante sovrapubico ed eventuali bretelle, su misura:			
- per uomo o donna fino a cm. 120	28.01.009	03.12.06.012	**139,60**
- per uomo o donna oltre cm. 120	28.01.011	03.12.06.015	**177,97**
CINTI ERNIARI SU MISURA PER ADULTI			
Possono essere forniti esclusivamente ad invalidi non operabili.			
Inguinale semplice o crurale			
- in tessuto elastico	28.05.001	03.12.06.033	**54,85**
- a molla	28.05.003	03.12.06.036	**90,79**
Inguinale doppio:			
- in tessuto elastico	28.05.005	03.12.06.039	**72,77**
- a molla	28.05.007	03.12.06.042	**101,54**
Scrotale per ernia incontenibile e sospensorio:			
- normale	28.05.013	03.12.06.045	**104,74**
- per ernia voluminosa	28.05.015	03.12.06.048	**152,82**
AGGIUNTIVI			
Foro per stomia su ventriera	---	03.12.06.103	**29,39**

NEW MEDICAL TREND SRL
OFFICINA ORTOPEDICA SANITARIA
VIA MONS A. FRANCO – 72021 FRANCAVILLA F.NA TEL/FAX 0831 842215
VIA S.GIOVANNI BOSCO, 149 – 72100 BRINDISI TEL/FAX 0831 260959
MAIL. Info@newmedicaltrend.it - web www.newmedicaltrend.it

ORTESI SPINALI	
FAMIGLIE NOMENCLATORE-TARIFFARIO D.M. 28/12/92	**CLASSI DEL NUOVO NOMENCLATORE Classificazione a norma I.S.O.**
18 - Corsetti, busti, reggispalle, collari, minerve o gorgere	**06 03 Ortesi spinali** Un'ortesi spinale è un insieme di componenti compatibili solitamente prodotti da un singolo produttore che possono essere integrati con qualsiasi componente prodotto individualmente per produrre una gamma di ortesi spinali differenti. Gli elementi singoli possono essere classificati in base alla seguente classificazione 06 03 03 Ortesi sacro-iliache 06 03 06 Ortesi lombo-sacrali 06 03 09 Ortesi toraco-lombo sacrali 06 03 12 Ortesi cervicali 06 03 15 Ortesi cervico-toraciche 06 03 18 Ortesi cervico-toraco-lombo-sacrali

NORME TECNICHE	
pr EN 12182	**Ausili tecnici per disabili e requisiti generali e metodi di prova**
ISO 8549-1, -3	**VOCABOLARIO**

NEW MEDICAL TREND SRL
OFFICINA ORTOPEDICA SANITARIA
VIA MONS A. FRANCO – 72021 FRANCAVILLA F.NA TEL/FAX 0831 842215
VIA S.GIOVANNI BOSCO, 149 – 72100 BRINDISI TEL/FAX 0831 260959
MAIL. Info@newmedicaltrend.it - web www.newmedicaltrend.it

ORTESI SPINALI ISO 06.03

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
L'applicazione e la fornitura di questi ausili è fatta dal tecnico ortopedico abilitato.			
PER ORTESI SPINALI SI INTENDONO GLI AUSILI: - corsetti - busti - reggispalle - collari - minerve o gorgere			
• **ORTESI TORACO-LOMBO-SACRALI**		**06.03.09**	
Busto in stoffa armata su misura			
Con allacciatura centrale: Di stoffa sfoderato su misura con due molle rigide posteriori ai lati della colonna vertebrale, due molle laterali rigide con puntali in plastica e rinforzi esterni in pelle o stoffa due molle flessibili anteriori, con allacciatura centrale anteriore ed appositi cinturini e/o lacci di regolazione:			
- per uomo	18.01.001	06.03.09.003	**103,08**
- per donna	18.01.003	06.03.09.004	**133,61**
In stoffa doppia (normale):			
- per uomo	18.01.005	06.03.09.005	**149,31**
- per donna	18.01.007	06.03.09.006	**155,25**
Con parte anteriore o laterale elastica:			
- per uomo	18.01.009	06.03.09.007	**131,80**
- per donna	18.01.011	06.03.09.008	**149,05**
In stoffa doppia con parte anteriore o laterale elastica o con pancera contentiva:			
- per uomo	18.01.017	06.03.09.009	**176,89**
- per donna	18.01.019	06.03.09.010	**212,47**
Con due allacciature laterali: Di stoffa analogo al precedente, su misura sfoderato:			
- per uomo	18.05.001	06.03.09.011	**143,88**
- per donna	18.05.003	06.03.09.012	**185,82**
In stoffa doppia normale:			
- per uomo	18.05.005	06.03.09.013	**175,18**
- per donna	18.05.007	06.03.09.014	**209,37**
Con parte anteriore elastica:			
- per uomo	18.05.009	06.03.09.015	**172,60**
- per donna	18.05.011	06.03.09.016	**212,42**

NEW MEDICAL TREND SRL
OFFICINA ORTOPEDICA SANITARIA
VIA MONS A. FRANCO – 72021 FRANCAVILLA F.NA TEL/FAX 0831 842215
VIA S.GIOVANNI BOSCO, 149 – 72100 BRINDISI TEL/FAX 0831 260959
MAIL. Info@newmedicaltrend.it - web www.newmedicaltrend.it

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
In stoffa doppia con parte anteriore elastica o con pancera contentiva:			
- per uomo	18.05.017	06.03.09.017	**189,23**
- per donna	18.05.019	06.03.09.018	**235,81**
AGGIUNTIVI			
Ascellari con appoggio metallico sulla cresta iliaca, registrabile	18.85.001	06.03.09.103	**119,92**
Cuscinetto modellato di sostegno, renale ecc.	18.85.003	06.03.09.106	**35,22**
Fascia epigastrica	18.85.005	06.03.09.109	**24,27**
Fascia ai trocanteri	18.85.007	06.03.09.112	**30,88**
Molla supplementare	18.85.009	06.03.09.115	**4,80**
Pattina sotto pube	18.85.011	06.03.09.118	**8,93**
Spallacci semplici	18.85.013	06.03.09.121	**23,40**
Spallacci modellati	18.85.015	06.03.09.124	**26,70**
Taglia oltre cm. 110 di circonferenza	18.85.017	06.03.09.125	**34,50**
Tessuto alto fino alle ascelle	18.85.019	06.03.09.126	**25,51**
Trazione elastica di raccordo fra corsetto o busto e ginocchiera e protesi	18.85.021	06.03.09.127	**26,55**
Imbottitura compensativa, per scoliosi	18.85.023	06.03.09.128	**16,53**
RIPARAZIONI E/O ADATTAMENTI			
Abbassare parte anteriore	18.91.001	06.03.09.503	**22,62**
Abbassare totalmente stoffa	18.91.003	06.03.09.506	**29,28**
Allargare parte anteriore	18.91.005	06.03.09.509	**19,73**
Attacco allacciatura	18.91.007	06.03.09.512	**8,37**
Cuscinetto	18.91.009	06.03.09.515	**40,23**
Fascia epigastrica	18.91.011	06.03.09.518	**29,28**
Fasce ai trocanteri	18.91.013	06.03.09.521	**30,01**
Fettuccia a ganci	18.91.015	06.03.09.524	**19,26**
Fibbia con relativo attacco ed incontro	18.91.017	06.03.09.527	**9,50**
Giarrettiera completa	18.91.019	06.03.09.530	**9,24**
Laccio	18.91.021	06.03.09.533	**0,57**
Laterale in elastico	18.91.023	06.03.09.536	**18,28**
Molla	18.91.025	06.03.09.539	**4,13**
Orlatura totale	18.91.026	06.03.09.542	**20,61**
Orlatura parziale	18.91.027	06.03.09.545	**13,63**
Parte anteriore in elastico	18.91.029	06.03.09.548	**46,58**
Pattina sotto pube	18.91.031	06.03.09.551	**8,93**
Rivestimento al cuscinetto	18.91.033	06.03.09.554	**16,22**
Sostituzione davantino	18.91.035	06.03.09.557	**29,44**
Spallacci semplici	18.91.037	06.03.09.560	**29,44**
Spallacci modellati	18.91.039	06.03.09.563	**34,29**
Telini centrali anteriori	18.91.041	06.03.09.566	**51,70**
Tessuto alto fino alle ascelle	18.91.043	06.03.09.569	**41,78**
Trazione elastica di raccordo fra corsetto o busto e ginocchiera e protesi	18.91.045	06.03.09.572	**31,25**

NEW MEDICAL TREND SRL
OFFICINA ORTOPEDICA SANITARIA
VIA MONS A. FRANCO – 72021 FRANCAVILLA F.NA TEL/FAX 0831 842215
VIA S.GIOVANNI BOSCO, 149 – 72100 BRINDISI TEL/FAX 0831 260959
MAIL. Info@newmedicaltrend.it - web www.newmedicaltrend.it

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
Busto crocera rigido con ascellari			
Di acciaio inox o acciaio al carbonio plasticato o lega leggera ad alta resistenza anodizzata, con rivestimento in pelle o materiale sintetico con presa di bacino a molla, due aste paravertebrali, telaio costruito su grafico e misure del paziente, corpetto in cuoio, costruito su calco di gesso negativo e positivo:			
- con corpetto in stoffa alto fino alle ascelle	18.21.001	06.03.09.026	**352,48**
- c.s. con componenti predisposti, direttamente adattati sul paziente	18.21.003	06.03.09.027	**264,58**
- con corpetto in cuoio su modello di gesso	18.21.005	06.03.09.028	**568,26**
Busto crocera rigido con ascellari e presa sulle creste iliache o presa di bacino (o "M.Z.")			
Di acciaio inox o acciaio al carbonio plasticato o lega leggera ad alta resistenza anodizzata, con eventuale presa di bacino in plastica, con rivestimento in pelle o materiale sintetico, con due aste paravertebrali più due laterali e due placche di spinta di adatto materiale, comunque collocate.			
Telaio costruito su grafico e misure del paziente, corpetto in cuoio, costruito su calco di gesso negativo e positivo:			
- con corpetto di in stoffa alto fino alle ascelle	18.25.001	06.03.09.029	**428,35**
- c.s. con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	18.25.003	06.03.09.030	**365,34**
- con corpetto in cuoio su calco di gesso	18.25.005	06.03.09.031	**618,46**
Busto rigido senza ascellari, con presa sulle creste iliache o presa di bacino			
Di acciaio inox o acciaio al carbonio plasticato o lega leggera ad alta resistenza anodizzata, con eventuale presa di bacino in plastica, con rivestimento in pelle o materiale sintetico, con due aste paravertebrali più due laterali e due placche di spinta comunque collocate, telaio costruito su grafico e misure sul paziente, corpetto in cuoio costruito su calco di gesso negativo e positivo:			
- con corpetto in stoffa alto fino alle ascelle	18.41.001	06.03.09.033	**404,33**
- c.s. con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	18.41.003	06.03.09.034	**271,14**
- con corpetto in cuoio su calco di gesso	18.41.005	06.03.09.035	**584,63**
Busto rigido a tre punti per iperestensione dorsolombare			
Di lega leggera ad alta resistenza anodizzata con rivestimento in pelle o materiale sintetico, con due aste laterali e placche di spinta: una sternale, articolata, una pubica, una posteriore lombare registrabile			
Dispositivo predisposto direttamente adattato sul paziente	18.43.001	06.03.09.036	**269,23**

NEW MEDICAL TREND SRL
OFFICINA ORTOPEDICA SANITARIA
VIA MONS A. FRANCO – 72021 FRANCAVILLA F.NA TEL/FAX 0831 842215
VIA S.GIOVANNI BOSCO, 149 – 72100 BRINDISI TEL/FAX 0831 260959
MAIL. Info@newmedicaltrend.it - web www.newmedicaltrend.it

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
AGGIUNTIVI			
Cuscinetto di compressione	18.85.051	06.03.09.130	**26,44**
Fibbia attacco	18.85.053	06.03.09.133	**4,44**
Piastra di compressione o contenzione con relativo attacco	18.85.055	06.03.09.136	**21,23**
Rivestimento morbido interno per presa di bacino in plastica	18.85.057	06.03.09.139	**39,30**
Asta di trazione di collegamento alla mentoniera	18.85.059	06.03.09.142	**26,80**
Collare	18.85.061	06.03.09.145	**44,00**
Gorgera con asta regolabile in altezza e circonferenza	18.85.063	06.03.09.148	**105,25**
Cuscinetto di compensazione estetica per scoliosi	18.85.065	06.03.09.151	**102,93**
Pelotta per la estensione della spinta dorso lombare			
Articolazioni registrabili a livello ascellare e trocanterico	18.85.067	06.03.09.154	**57,38**
	---	06.03.09.157	**43,38**
RIPARAZIONI			
Allargare parte stoffa	18.91.051	06.03.09.590	**28,15**
Allargare presa di bacino	18.91.053	06.03.09.593	**44,93**
Allargare parte metallo e stoffa	18.91.057	06.03.09.596	**40,03**
Imbottitura con rivestimento di pelle di un ascellare	18.91.059	06.03.09.599	**12,50**
Imbottitura con rivestimento degli ascellari e del traverso scapolare	18.91.061	06.03.09.602	**34,96**
Orlatura parziale	18.91.063	06.03.09.605	**11,21**
Presa metallica sulle creste iliache	18.91.065	06.03.09.608	**127,00**
Rivestimento e imbottitura placca di pressione	18.91.067	06.03.09.611	**14,20**
Parte stoffa e pelle	18.91.069	06.03.09.614	**117,03**
Saldatura o chiodatura	18.91.071	06.03.09.617	**28,92**
Traverso scapolare	18.91.073	06.03.09.620	**40,49**
Busto tipo Agostini Presa di bacino in cuoio, foderata in pelle, con rinforzi metallici e cerniera, costruita su calco di gesso negativo e positivo. Due montanti laterali in acciaio regolabili in altezza, due ascellari e due emiarchi superiori di giunzione posteriore con gancio di chiusura. Pressori imbottiti fissati ai montanti laterali con cinghie. L'attacco anteriore del pressore è costituito da un archetto in acciaio con azione a balestra.	---	06.03.09.038	**671,14**

NEW MEDICAL TREND SRL
OFFICINA ORTOPEDICA SANITARIA
VIA MONS A. FRANCO – 72021 FRANCAVILLA F.NA TEL/FAX 0831 842215
VIA S.GIOVANNI BOSCO, 149 – 72100 BRINDISI TEL/FAX 0831 260959
MAIL. Info@newmedicaltrend.it - web www.newmedicaltrend.it

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
Corsetto tipo lionese classico Composto di due aste montanti, una anteriore ed una posteriore con presa di bacino, ascellari, placche di compressione, di materiale sintetico indeformabile ad alta rigidità: apribile anteriormente, posteriormente articolato con cerniere in acciaio inox Costruito su calco di gesso negativo e positivo	18.51.001	06.03.09. 06.03.09.039	**741,12**
AGGIUNTIVI Gorgera con asta regolabile in altezza e circonferenza	18.85.121	06.03.09.163	**105,25**
Corsetto tipo lionese per dorso curvo Composto di due aste montanti laterali ad atteggiamento variabile. Presa di bacino, placche di compressione di materiale plastico indeformabile ad alta rigidità. Placca sternale rinforzata con asta metallica. Apertura - chiusura laterale con cerniere e pomelli inox costruito su calco di gesso negativo e positivo	18.53.001	06.03.09.042	**790,33**
Corsetto tipo lionese a tre punti Composto di due aste montanti, una anteriore ed una posteriore registrabile in altezza, senza ascellari, con tre punti di appoggio: pelvico, iliolombare, toracico. In materiale plastico indeformabile ad alta rigidità. Costruito su calco di gesso negativo e positivo	18.53.005	06.03.09.045	**503,65**

NEW MEDICAL TREND SRL
OFFICINA ORTOPEDICA SANITARIA
VIA MONS A. FRANCO – 72021 FRANCAVILLA F.NA TEL/FAX 0831 842215
VIA S.GIOVANNI BOSCO, 149 – 72100 BRINDISI TEL/FAX 0831 260959
MAIL. Info@newmedicaltrend.it - web www.newmedicaltrend.it

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
RIPARAZIONI			
Smontaggio e rimontaggio	18.90.151	06.03.09.641	**24,74**
Adattamento antropometrico	18.91.151	06.03.09.644	**16,68**
Appoggio sottoascellare prolungato a pelotta	18.91.153	06.03.09.645	**84,96**
Asta anteriore	18.91.155	06.03.09.648	**44,36**
Asta posteriore	18.91.157	06.03.09.651	**44,36**
Cerniera per presa di bacino	18.91.159	06.03.09.654	**26,80**
Cerniera per supporto posteriore	18.91.161	06.03.09.657	**17,92**
Cuscinetto di appoggio sulle creste iliache	18.91.163	06.03.09.660	**13,84**
Cuscinetto per piastrina a trifoglio	18.91.165	06.03.09.663	**14,46**
Cuscinetto sottoascellare	18.91.167	06.03.09.666	**13,84**
Pelotta anteriore	18.91.169	06.03.09.669	**44,36**
Pelotta dorsale	18.91.171	06.03.09.672	**75,35**
Pelotta lombare	18.91.173	06.03.09.675	**75,35**
Piastrina con inserti filettati per ancoraggio cintura pelvica	18.91.175	06.03.09.678	**20,81**
Piastrina con inserti filettati per supporto anteriore cintura pelvica	18.91.177	06.03.09.681	**15,08**
Piastrina di congiunzione	18.91.179	06.03.09.684	**15,08**
Piastrina forata per ancoraggio pelotta	18.91.181	06.03.09.687	**15,08**
Piastrina sagomata per supporto pelotta	18.91.183	06.03.09.690	**13,74**
Piastrina a trifoglio	18.91.185	06.03.09.693	**15,49**
Valva modellata	18.91.187	06.03.09.696	**246,25**
Placca sternale rinforzata (dorso curvo)	---	06.03.09.699	**171,93**
Placca dorsale	---	06.03.09.702	**149,98**
Asta montante laterale	---	06.03.09.705	**20,45**
Corsetto univalva dorsolombare o bolognese			
Di materiale sintetico a bassa rigidità, senza ascellari, con allacciatura posteriore o anteriore e due cuscinetti di compressione comunque collocati.			
Costruito su calco di gesso negativo e positivo	18.55.001	06.03.09.048	**358,73**
Corsetto univalva dorsolombare per scoliosi a doppia curva o bolognese			
Di materiale sintetico a bassa rigidità, senza ascellari alto con appoggio laterale sottoascellare, con allacciatura posteriore, con almeno quattro cuscinetti di compressione e compreso eventuale appoggio trocanterico.			
Costruito su calco di gesso negativo e positivo	18.57.001	06.03.09.051	**459,08**
Corsetto tipo Chêneau			
Costruito su calco in gesso negativo e positivo univalva, da sotto i glutei alle spalle, in materiale sintetico a bassa rigidità, ampie aperture nelle zone di espansione anteriore e posteriore, plesso sternale con cerniera, almeno due cuscinetti di compressione, foderato internamente in materiale anallergico morbido.	18.59.001	06.03.09.054	**629,77**
Corsetto bivalva dorsolombare			
Analogo al precedente codice 18.55.001 (06.03.09.048) ma con due allacciature.			
Costruito su calco di gesso negativo e positivo	18.61.001	06.03.09.057	**371,18**

NEW MEDICAL TREND SRL
OFFICINA ORTOPEDICA SANITARIA
VIA MONS A. FRANCO – 72021 FRANCAVILLA F.NA TEL/FAX 0831 842215
VIA S.GIOVANNI BOSCO, 149 – 72100 BRINDISI TEL/FAX 0831 260959
MAIL. Info@newmedicaltrend.it - web www.newmedicaltrend.it

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
AGGIUNTIVI			
Placca di compressione con cerniere e dispositivo di registrazione progressiva	18.85.131	06.03.09.169	**133,97**
Pelotta pneumatica posteriore	---	06.03.09.172	**129,68**
Corsetto tipo Boston E' costituito da: modulo prefabbricato o costruito su calco di gesso negativo e positivo in polipropilene foderato internamente in materiale anallergico morbido; rinforzato anteriormente e posteriormente da barre termosaldate di irrigidimento. E' realizzato mediante progetto, da eseguire su esame radiografico del paziente per la correzione della curva scoliotica e la derotazione dei corpi vertebrali; allacciatura posteriore.			
Tipo Boston/lombare Modulo con pelotte: Lombare Transtrocanterica Antiderotante lombare	18.68.001	06.03.09.060	**443,33**
Tipo Boston dorso/lombare Modulo con pelotte: Lombare Trocanterica Antiderotante lombare Toracica Anteriore toracica	18.68.003	06.03.09.063	**529,16**
Tipo Boston dorso/lombare/cervicale Modulo con pelotte: Lombare Trocanterica Antiderotante lombare Toracica Anteriore toracica Sovrastruttura composta da anello cervicale con appoggio occipitale e ioideo ed aste tipo MILWAUKEE	18.68.005	06.03.09.066	**586,23**
AGGIUNTIVI Pelotta addominale	18.85.201	06.03.09.223	**9,09**
RIPARAZIONI			
Asta di rinforzo anteriore	---	06.03.09.743	**36,05**
Asta di rinforzo posteriore	---	06.03.09.746	**36,05**
Pelotta addominale	---	06.03.09.749	**18,44**
Adattamento presa di bacino	---	06.03.09.752	**38,32**

NEW MEDICAL TREND SRL
OFFICINA ORTOPEDICA SANITARIA
VIA MONS A. FRANCO – 72021 FRANCAVILLA F.NA TEL/FAX 0831 842215
VIA S.GIOVANNI BOSCO, 149 – 72100 BRINDISI TEL/FAX 0831 260959
MAIL. Info@newmedicaltrend.it - web www.newmedicaltrend.it

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
Corsetto per dorso curvo con mollone o spinta sternale			
Con presa di bacino in materiale sintetico, prolungata posteriormente, costruita su calco di gesso negativo e positivo:			
- con mollone di spinta montato anteriormente	18.71.001	06.03.09.069	**389,56**
- c.s. con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	18.71.003	06.03.09.070	**261,17**
- con spinta acromiale (come cod. 18.71.001) (06.03.09.069)	18.71.005	06.03.09.072	**411,77**
- con spinta sternale registrabile e progressiva (come cod. 18.71.001)	18.71.009	06.03.09.073	**401,49**
RIPARAZIONI			
Smontaggio e rimontaggio	18.90.251	06.03.09.773	**16,27**
Cuscinetto di spinta sternale	18.91.251	06.03.09.776	**52,01**
Forcella di spinta acromiale	18.91.253	06.03.09.779	**68,43**
Rivestimento cuscinetto	18.91.259	06.03.09.782	**14,20**
Mollone e/o spinta sternale registrabile	18.91.261	06.03.09.785	**116,20**
Busto tipo Agostini antigravitario Presa di bacino in cuoio, foderata in pelle, con rinforzi metallici e cerniera, costruita su calco di gesso negativo e positivo. Inserto anteriore in elastico a livello epigastrico ed ampio appoggio gluteo. Due montanti laterali in acciaio regolabili in altezza e con snodi alla base per regolarne la flessione. Ai montanti laterali sono fissati due emiarchi posteriori con escursione regolabile e con due pressori fissi. Molla anteriore con spinta sternale registrabile e progressiva.	---	06.03.09.075	**674,7**
Reggispalle con ascellari Costruito in acciaio inox o lega leggera con rivestimento in pelle o materiale sintetico rigido, con pettorale e cinghie di ancoraggio	18.75.001	06.03.09.078	**92,45**
- c.s. con placca di spinta anteriore per petto carenato	18.75.003	06.03.09.079	**112,54**
- c.s. con placca di spinta anteriore per petto carenato e placca posteriore di controspinta	18.75.005	06.03.09.080	**123,43**

NEW MEDICAL TREND SRL
OFFICINA ORTOPEDICA SANITARIA
VIA MONS A. FRANCO – 72021 FRANCAVILLA F.NA TEL/FAX 0831 842215
VIA S.GIOVANNI BOSCO, 149 – 72100 BRINDISI TEL/FAX 0831 260959
MAIL. Info@newmedicaltrend.it - web www.newmedicaltrend.it

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
• **ORTESI CERVICALI**		**06.03.12**	
COLLARI (predisposti):			
- In gomma piuma rivestito di maglia tubolare	18.84.001	06.03.12.003	**23,91**
- Di plastica, registrabile in altezza	18.84.003	06.03.12.006	**29,64**
- c.s. con appoggi occipitali e mentoniero	18.84.005	06.03.12.009	**53,71**
- Bivalva in materiale sintetico e espanso	18.84.007	06.03.12.012	**57,12**
• **ORTESI CERVICO-TORACICHE**		**06.03.15**	
MINERVA			
Con armatura			
Di acciaio inox o lega leggera ad alta resistenza con rivestimento in pelle o plastica, con telaio di appoggio sulle spalle, appoggio mentoniero e occipitale. Costruita sulle misure del paziente			
- Rigida	18.86.001	06.03.15.003	**243,92**
- c.s. con componenti direttamente adattati sul paziente	18.86.003	06.03.15.006	**186,70**
- Registrabile	18.86.005	06.03.15.009	**265,92**
- c.s. con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	18.86.007	06.03.15.012	**247,18**
- con registrazione multiplanare, con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	---	06.03.15.015	**268,97**
MINERVA			
Tipo bivalva			
Costruita di materiale plastico rigido o lega leggera ad alta resistenza con appoggio sulle spalle, con allacciature laterali, appoggio mentoniero e occipitale			
- Costruita su calco di gesso negativo e positivo	18.94.001	06.03.15.033	**201,42**
• **ORTESI CERVICO - TORACO - LOMBO - SACRALI**		**06.03.18**	
CORSETTO TIPO MILWAUKEE			
Con presa di bacino costruita su calco di gesso negativo e positivo, con presa in materiale sintetico, aste metalliche in acciaio inox o lega leggera ad alta resistenza anodizzata, regolabili in altezza, e rivestite di plastica o pelle o altri materiali, pelotte di compressione di adeguato materiale comunque collocate, quante ne sono necessarie:			
- collare di materiale di adatta rigidità, a larghezza regolabile con appoggio occipitale e stimolatore anteriore mentoniero rigidi	18.45.001	06.03.18.003	**563,04**
- c.s. con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	18.45.003	06.03.18.006	**377,58**
- con presa di bacino, costruita su calco di gesso negativo e positivo, in cuoio con rinforzi metallici e cerniera, interamente foderato in pelle e altre caratteristiche come il 18.45.001 (06.03.18.003)	18.45.005	06.03.18.009	**675,47**

NEW MEDICAL TREND SRL
OFFICINA ORTOPEDICA SANITARIA
VIA MONS A. FRANCO – 72021 FRANCAVILLA F.NA TEL/FAX 0831 842215
VIA S.GIOVANNI BOSCO, 149 – 72100 BRINDISI TEL/FAX 0831 260959
MAIL. Info@newmedicaltrend.it - web www.newmedicaltrend.it

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
AGGIUNTIVI			
Anello ascellare con relativi attacchi	18.85.101	06.03.18.103	**65,74**
Appoggio sottoascellare fissato anteriormente e posteriormente	18.85.103	06.03.18.106	**10,69**
Rivestimento morbido interno per presa di bacino in plastica	18.85.107	06.03.18.109	**34,24**
Forcella di spinta acromiale	18.85.109	06.03.18.112	**58,36**
RIPARAZIONI			
Smontaggio e rimontaggio	18.90.101	06.03.18.503	**24,74**
Adattamento antropometrico	18.91.101	06.03.18.506	**16,68**
Appoggio ioideo	18.91.103	06.03.18.509	**19,01**
Appoggio occipitale semplice (al paio)	18.91.105	06.03.18.512	**19,01**
Asta anteriore	18.91.107	06.03.18.515	**10,38**
Asta posteriore	18.91.109	06.03.18.518	**11,16**
Collare completo	18.91.111	06.03.18.521	**33,83**
Cuscinetto di compressione	18.91.113	06.03.18.524	**27,79**
Guaina di rivestimento ad un'asta	18.91.115	06.03.18.527	**5,11**
Elemento di compressione	18.91.117	06.03.18.530	**30,16**
Presa di bacino su calco di gesso negativo e positivo	18.91.119	06.03.18.533	**279,20**
Rivestimento morbido interno per presa di bacino di plastica	18.91.121	06.03.18.536	**37,91**
Cinghia ed attacco con fibbia	18.91.123	06.03.18.539	**7,64**
Attacco con fibbia	18.91.125	06.03.18.542	**5,84**
Cinghia	18.91.127	06.03.18.545	**3,46**
Presa di bacino prefabbricata in materiale sintetico	18.91.129	06.03.18.548	**203,28**
Presa di bacino in cuoio foderato	18.91.131	06.03.18.551	**317,26**
BUSTO STATICO EQUILIBRATO			
Con funzioni di contenimento ed equilibrio in soggetti con scoliosi flaccida. E' costituito da univalva in materiale sintetico con allacciatura anteriore, ampia apertura diaframmatica senza ascellari.			
Costruito su calco di gesso negativo e positivo	18.69.001	06.03.18.033	**560,61**
AGGIUNTIVI			
Cuscinetto di compressione	18.85.151	06.03.18.163	**26,44**
Rivestimento totale interno morbido	18.85.153	06.03.18.166	**43,23**
Rivestimento parziale antidecubito	18.85.155	06.03.18.169	**83,10**
Contentore addominali in tessuto elasticizzato	18.85.157	06.03.18.172	**24,38**
Prolungamento presa di bacino:			
- sacro-ischiatica	18.85.159	06.03.18.175	**100,71**
- ischio-femorale	18.85.161	06.03.18.178	**355,22**
Presa scapolo omerale:			
- rigida corta	18.85.163	06.03.18.181	**59,39**
- rigida lunga	18.85.165	06.03.18.184	**93,07**
Sostegno occipitale :			
- fisso	18.85.169	06.03.18.187	**73,90**
- registrabile	18.85.171	06.03.18.190	**113,78**
Pressore articolato sternale	18.85.173	06.03.18.193	**93,48**
RIPARAZIONI			
Smontaggio e rimontaggio	18.90.201	06.03.18.563	**24,74**
Cuscinetti di compressione	18.91.201	06.03.18.566	**33,83**
Rivestimento parziale antidecubito	18.91.203	06.03.18.569	**91,41**
Rivestimento totale interno	18.91.205	06.03.18.572	**51,54**
Cerniere o gancio chiusura	18.91.207	06.03.18.575	**29,64**
Contentore addominale in tessuto elasticizzato	18.91.209	06.03.18.578	**19,94**

NEW MEDICAL TREND SRL
OFFICINA ORTOPEDICA SANITARIA
VIA MONS A. FRANCO – 72021 FRANCAVILLA F.NA TEL/FAX 0831 842215
VIA S.GIOVANNI BOSCO, 149 – 72100 BRINDISI TEL/FAX 0831 260959
MAIL. Info@newmedicaltrend.it - web www.newmedicaltrend.it

ORTESI PER L'ARTO SUPERIORE	
FAMIGLIE NOMENCLATORE-TARIFFARIO D.M. 28/12/92	**CLASSI DEL NUOVO NOMENCLATORE Classificazione a norma I.S.O.**
17 - Docce e tutori per arto superiore	**06 06 Apparecchi ortopedici per arto superiore (applicati al corpo).** Un apparecchio ortopedico per arto superiore è un insieme di elementi compatibili abitualmente prodotti da un singolo produttore che possono essere integrati con qualsiasi componente prodotto singolarmente per creare una gamma di ortesi per arto superiore differente. Gli elementi singoli ed i componenti principali possono essere classificati in base alla seguente classificazione : **06 06 03** Ortesi per dita **06 06 06** Ortesi per mano **06 06 09** Ortesi per polso (avambraccio) **06 06 12** Ortesi per polso-mano **06 06 13** Ortesi per polso-mano-dita **06 06 15** Ortesi per gomito **06 06 18** Ortesi per gomito-polso **06 06 19** Ortesi per gomito-polso mano **06 06 21** Ortesi per spalla **06 06 24** Ortesi per spalla-gomito **06 06 27** Ortesi per spalla-gomito-polso **06 06 30** Ortesi per spalla-gomito-polso-mano

NORME TECNICHE	
pr EN 12182	**Ausili tecnici per disabili e requisiti generali e metodi di prova**
ISO 8549-1, -3	**VOCABOLARIO**

NEW MEDICAL TREND SRL
OFFICINA ORTOPEDICA SANITARIA
VIA MONS A. FRANCO – 72021 FRANCAVILLA F.NA TEL/FAX 0831 842215
VIA S.GIOVANNI BOSCO, 149 – 72100 BRINDISI TEL/FAX 0831 260959
MAIL. Info@newmedicaltrend.it - web www.newmedicaltrend.it

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE ISO 06.06

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
L'applicazione e la fornitura di questi ausili è fatta dal tecnico ortopedico abilitato. Per apparecchi ortopedici dell'arto superiore si intendono le ortesi: docce, tutori.			
• **ORTESI PER MANO**		**06.06.06**	
Doccia per mano, è costituita da una doccia di alluminio plasticato o verniciato oppure di materiale sintetico; il tutto realizzato su misura da grafico e/o calco di gesso:			
- rigida	17.01.001	06.06.06.003	**120,95**
- c.s.con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	17.01.003	06.06.06.006	**65,28**
ORTESI PER POLSO (AVAMBRACCIO)		**06.06.09**	
Tutore per avambraccio Di acciaio inox o acciaio plastificato o verniciato o alluminio anodizzato con rivestimento in pelle o valva di stoffa o di plastica o di cuoio di contenzione dell'avambraccio. Opportune allacciature. Costruito su misura da grafico e/o da calco di gesso.			
	17.35.001	06.06.09.003	**174,98**
- c.s. con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	17.35.003	06.06.09.006	**106,96**
• **ORTESI PER POLSO - MANO**		**06.06.012**	
Doccia per avambraccio - mano E' costituita da una doccia di alluminio plastificato o verniciato oppure di materiale sintetico con palmare del medesimo materiale e opportune allacciature, il tutto realizzato su misura da grafico e/o calco di gesso.			
rigida c.s. con componenti predisposti direttamente sul paziente	17.05.001	06.06.12.003	**149,20**
- articolata libera	17.05.003	06.06.12.006	**86,30**
ORTESI PER POLSO - MANO - DITA	17.05.005	06.06.12.009	**178,80**
Tutore con caratteristiche dinamiche costituito da elementi predisposti da adattare sul paziente:		**06.06.13**	
- per la estensione dell'articolazione radiocarpica			
- per la distensione delle tre articolazioni digitali			
- per flessione dell'articolazione digitale media	17.31.001	06.06.13.009	**56,91**
- per flessione e contrazione flessoria dell'articolazione digitale media	17.31.003	06.06.13.012	**66,73**
- per l'estenzione dell'articolazione digitale intermedia di un dito	17.31.005	06.06.13.015	**36,36**
- per la distensione delle dita lunghe e del pollice			
- per l'estensione dell'articolazione radiocarpica e delle cinque dita (paresi del radiale)	17.31.007 17.31.009	06.06.13.018 06.06.13.021	**37,24** **56,97**
	17.31.011	06.06.13.024	**67,45**
	17.31.015	06.06.13.030	**85,73**

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
- per la distensione di un dito	17.31.017	06.06.13.033	**42,50**
- per la flessione dell'articolazione metacarpo-falangea	17.31.019	06.06.13.036	**49,94**
- per la flessione e la contrazione flessoria dell'articolazione metacarpo-falangea	17.31.021	06.06.13.039	**57,84**
-per la flessione dell'articolazione metacarpo-falangea per impedimenti alla distensione e contrazione delle dita lunghe	17.31.023	06.06.13.042	**61,15**
• **ORTESI PER GOMITO**		**06.06.15**	
Doccia per gomito o braccio E' costituita da: una doccia di alluminio plasticato o verniciato o di materiale sintetico, senza palmare e con opportune allacciature, costruita su misura da grafico e/o da calco di gesso			
- rigida	17.15.001	06.06.15.003	**160,57**
- articolata libera	17.15.005	06.06.15.009	**202,04**
Tutore per gomito articolato con trazione elastica (tipo Quenquel), con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente.	17.35.017	06.06.15.015	**303,32**
Tutore di braccio e avambraccio senza presa della spalla: Di acciaio inox o acciaio plasticato o verniciato o alluminio anodizzato con rivestimento in pelle o valva di stoffa o di plastica o di cuoio di contenzione del braccio. Opportune allacciature. Costruito su calco di gesso negativo e positivo:			
- rigido	17.35.005	06.06.15.018	**205,45**
- articolato libero o a molla	17.35.009	06.06.15.021	**378,41**
- c.s. con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	17.35.011	06.06.15.024	**257,56**
• **ORTESI PER SPALLA - GOMITO - POLSO - MANO**		**06.06.30**	
Doccia toraco - antibrachiale unilaterale E' costituita da: una valva di alluminio plasticato o verniciato o di materiale sintetico, una doccia di analogo materiale che comprende tutto il braccio, l'avambraccio e la mano, corpetto con relative allacciature, il tutto realizzato su calco di gesso negativo e positivo:			
- rigida	17.21.001	06.06.30.003	**295,77**
- articolata al gomito	17.21.009	06.06.30.006	**332,44**
- articolata alla spalla e al gomito	17.21.013	06.06.30.009	**419,41**
- c.s. con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	17.21.015	06.06.30.012	**458,20**

NEW MEDICAL TREND SRL
OFFICINA ORTOPEDICA SANITARIA
VIA MONS A. FRANCO – 72021 FRANCAVILLA F.NA TEL/FAX 0831 842215
VIA S.GIOVANNI BOSCO, 149 – 72100 BRINDISI TEL/FAX 0831 260959
MAIL. Info@newmedicaltrend.it - web www.newmedicaltrend.it

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
Tutore per spalla con molla extrarotante di acciaio inox o lega leggera ad alta resistenza anodizzata, oppure di plastica o altri materiali rispondenti alla garanzia del ausilio, corpetto con allacciature molla extrarotatoria per abduzione e adduzione del braccio dispositivo di articolazione sul quale è imperniata la suddetta molla, posta al centro della parte posteriore dell'armatura due docce di alluminio plasticato o verniciato o rivestito oppure di plastica, opportune allacciature dispositivo di articolazione libera al gomito con molle di acciaio o elastici di tensione in opposizione alla estensione dell'avambraccio il tutto realizzato su calco di gesso negativo e positivo	17.41.001	06.06.30.033	**409,65**

NEW MEDICAL TREND SRL
OFFICINA ORTOPEDICA SANITARIA
VIA MONS A. FRANCO – 72021 FRANCAVILLA F.NA TEL/FAX 0831 842215
VIA S.GIOVANNI BOSCO, 149 – 72100 BRINDISI TEL/FAX 0831 260959
MAIL. Info@newmedicaltrend.it - web www.newmedicaltrend.it

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
LE ARTICOLAZIONI SEGUONO LA CLASSIFICAZIONE:			
06 06 33 Giunti di polso			
06 06 36 Giunti di gomito			
06 06 39 Giunti di spalla			
AGGIUNTIVI (per docce) *Gli aggiuntivi che fanno riferimento ai sopracitati componenti hanno nella descrizione l'indicazione della classificazione ISO.*			
Palmare sfilabile	17.85.001	06.06.30.103	**41,11**
Settore o tenditore per regolazione	17.85.005	06.06.30.106	**45,14**
Rivestimento in tessuto anallergico per doccia:			
- per mano	17.85.007	06.06.30.109	**16,47**
- per polso	17.85.009	06.06.30.112	**18,85**
- per gomito	17.85.011	06.06.30.115	**27,73**
- per toraco-antibrachiale	17.85.013	06.06.30.118	**66,47**
Bloccaggio per articolazione al polso e al gomito (class. 06.06.36)	17.85.015	06.06.30.121	**35,17**
Molla per articolazione	17.85.017	06.06.30.124	**21,69**
Articolazione per prono-supinazione avambraccio (class. 06.06.36)	17.85.019	06.06.30.127	**129,89**
Separadita al palmare	17.85.021	06.06.30.130	**32,95**
RIPARAZIONI (per docce)			
Allacciatura elemento mobile o fisso	17.91.001	06.06.30.503	**9,97**
Articolazione per polso	17.91.005	06.06.30.506	**22,47**
Articolazione per gomito	17.91.007	06.06.30.509	**22,47**
Articolazione per spalla	17.91.009	06.06.30.512	**68,64**
Attacco con fibbia	17.91.013	06.06.30.515	**5,84**
Cinghia	17.91.015	06.06.30.518	**5,63**
Molla per polso o gomito	17.91.019	06.06.30.524	**21,69**
Rivestimento in tessuto anallergico:			
- per mano	17.91.021	06.06.30.527	**16,47**
- per polso	17.91.023	06.06.30.530	**18,85**
- per gomito	17.91.025	06.06.30.533	**27,73**
- per toraco-antibrachiale	17.91.027	06.06.30.536	**66,47**
Bloccaggio per articolazione al polso e gomito	17.91.029	06.06.30.539	**36,46**
AGGIUNTIVI (per tutori)			
Arresto graduabile al gomito o al polso (class. 06.06.36)	17.85.051	06.06.30.163	**48,60**
Arresto a scatto al gomito (class. 06.06.36)	17.85.053	06.06.30.166	**75,14**
Arresto a scatto al gomito con sbloccaggio automatico (class. 06.06.36)	17.85.055	06.06.30.169	**128,18**
Articolazione di spalla con presa toracica (class. 06.06.39	17.85.057	06.06.30.172	**224,14**
Presa rigida della spalla	17.85.059	06.06.30.175	**69,88**

NEW MEDICAL TREND SRL
OFFICINA ORTOPEDICA SANITARIA
VIA MONS A. FRANCO – 72021 FRANCAVILLA F.NA TEL/FAX 0831 842215
VIA S.GIOVANNI BOSCO, 149 – 72100 BRINDISI TEL/FAX 0831 260959
MAIL. Info@newmedicaltrend.it - web www.newmedicaltrend.it

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
RIPARAZIONI (per tutori)			
Smontaggio e rimontaggio dell'articolazione del:			
- polso	17.90.051	06.06.30.563	**16,63**
- gomito	17.90.053	06.06.30.566	**16,63**
- spalla	17.90.055	06.06.30.569	**16,63**
- allacciatura elemento mobile o fisso	17.91.051	06.06.30.572	**10,33**
Arresto graduabile al gomito o al polso	17.91.055	06.06.30.575	**33,62**
Arresto a scatto al gomito	17.91.057	06.06.30.578	**64,87**
Arresto a scatto al gomito con sbloccaggio automatico	17.91.059	06.06.30.581	**91,98**
Articolazione per polso	17.91.061	06.06.30.584	**75,61**
Articolazione per gomito	17.91.063	06.06.30.587	**78,97**
Articolazione per spalla	17.91.065	06.06.30.590	**68,64**
Attacco con fibbia	17.91.069	06.06.30.593	**5,84**
Cinghia	17.91.071	06.06.30.596	**5,63**
Molla per polso o gomito	17.91.073	06.06.30.599	**21,69**
Contentore completo di braccio e avambraccio su modello di gesso	17.91.075	06.06.30.602	**143,88**
Molla extrarotatoria	17.91.113	06.06.30.605	**51,70**

NEW MEDICAL TREND SRL
OFFICINA ORTOPEDICA SANITARIA
VIA MONS A. FRANCO – 72021 FRANCAVILLA F.NA TEL/FAX 0831 842215
VIA S.GIOVANNI BOSCO, 149 – 72100 BRINDISI TEL/FAX 0831 260959
MAIL. Info@newmedicaltrend.it - web www.newmedicaltrend.it

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE	
FAMIGLIE DEL NOMENCLATORE-TARIFFARIO D.M. 28/12/92	**CLASSI DEL NUOVO NOMENCLATORE Classificazione a norma ISO**
	06 12 Apparecchi ortopedici per arto inferiore Un apparecchio ortopedico per arto inferiore è un insieme di componenti compatibili, abitualmente prodotti da un singolo produttore che possono essere integrati con qualsiasi compo-nente prodotto singolarmente per offrire una gamma di ortesi per arto inferiore differente. Gli elementi individuali ed i componenti principali possono essere classificati in base alla classificazione seguente.
11 - Plantari	06 12 03 Ortesi per piede, inclusi plantari e inserti
12 - Rialzi	06 12 06 Ortesi per caviglia-piede
16 - Docce, stecche, staffe e tutori per arto inferiore	06 12 09 Ortesi per ginocchio
	06 12 12 Ortesi per ginocchio-caviglia-piede
	06 12 15 Ortesi per anca (incluse le ortesi per abduzione)
	06 12 16 Ortesi per anca-ginocchio
	06 12 18 Ortesi per anca-ginocchio-caviglia-piede

NORME TECNICHE	
pr EN 12182	**Ausili tecnici per disabili e requisiti generali e metodi di prova**
ISO 8549-1, -3	**VOCABOLARIO**

NEW MEDICAL TREND SRL
OFFICINA ORTOPEDICA SANITARIA
VIA MONS A. FRANCO – 72021 FRANCAVILLA F.NA TEL/FAX 0831 842215
VIA S.GIOVANNI BOSCO, 149 – 72100 BRINDISI TEL/FAX 0831 260959
MAIL. Info@newmedicaltrend.it - web www.newmedicaltrend.it

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

L'applicazione e la fornitura di questi ausili è fatta dal tecnico ortopedico abilitato.
Per apparecchi ortopedici per arto inferiore si intendono le ortesi:
PLANTARI, RIALZI, DOCCE, STECCHE, STAFFE, DIVARICATORI e TUTORI.

PLANTARI: sono ortesi finalizzate alla correzione delle deformità o malformazioni del piede, come sostegno delle volte plantari: longitudinale e trasversale o di scarico di punti dolenti.

Sono realizzati con materiali e tecniche come segue:

MATERIALI: cuoio, sughero, acciaio inox, leghe leggere, materiali sintetici, termoplastici, materiali compositi (carbonio e poliaramidiche). Materiali sintetici espansi (polietilene, poliuretano, silicone ecc.).

TECNICHE: correzione e adattamento di un predisposto. Modellatura su forma di serie personalizzata. Modellatura sul paziente per lievitazione. Modellatura con asporto di materiale riferentesi a precisi punti di repere. Modellatura su calco in gesso ottenuta da "negativo statico" o da "impronta dinamica".

RIALZI: sono ortesi finalizzate a correggere una disfunzione o a compensare un accorciamento di un arto inferiore. Sono realizzati con materiali e tecniche come segue:

MATERIALI: cuoio, sughero, materiali sintetici espansi (polietilene, poliuretano ecc.).

TECNICHE:
Rialzo interno - Modellatura sulla base del grafico e delle misure del paziente. Termomodellatura sul calco in gesso negativo/positivo del piede.
Rialzo esterno - Modellatura e adattamento alla forma della calzatura sulla base delle misure. Rivestimento in pelle per accompagnamento estetico alla calzatura.

DOCCE: sono ortesi per la contenzione dell'arto inferiore atte a prevenire o correggere deformità. Non sono utilizzabili come supporto per la deambulazione.
Sono realizzate con materiali e tecniche come segue:

MATERIALI: alluminio plasticato o verniciato o rivestito con materiale anallergico. Materiali sintetici termoplastici, eventuali imbottiture in materiale espanso anallergico.

TECNICHE: Modellatura sulla base del grafico e delle misure del paziente. Termomodellatura su calco in gesso negativo-positivo.

STECCHE: sono ortesi per la correzione delle deformità del ginocchio in varismo o valgismo.

Sono costituite:
- da elementi di alluminio plasticato o verniciato oppure di plastica;
- cerchielli o sandalo di analogo materiale;
- opportune allacciature.

Sono ausili predisposti da adattare direttamente sul paziente.

STAFFE DI SCARICO O THOMAS: sono ortesi finalizzate allo scarico dell'arto inferiore.

Sono costituite da:
- telaio in acciaio inox o lega leggera ad alta resistenza meccanica;
- anello chiuso o apribile di resina o di acciaio con inserito appoggio ischiatico;
- registrabile in altezza nella parte inferiore di appoggio;
- rivestimento antisdrucciolo nella parte inferiore di appoggio;
- cintura addominale;

Sono costruite con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente.

DIVARICATORI: sono ortesi per la contenzione dell'anca atte a prevenire o correggere deformità.

Sono costituite da:
- telaio in acciaio inox o acciaio plasticato o verniciato o lega leggera;
- materiali sintetici, imbottitura in materiale espanso anallergico.

Sono ausili predisposti da adattare direttamente sul paziente.

TUTORI: sono ortesi per la contenzione dell'arto inferiore atte a scaricare il peso corporeo, prevenire, sostenere o correggere una deformità o disabilità motoria. Tali ausili sono utilizzabili come supporto per la deambulazione.

Sono costituiti da struttura base portante completabile con l'utilizzo degli opportuni aggiuntivi atti ad ampliare le finalità funzionali e la personalizzazione dell'ortesi.

Sono realizzati con materiali e tecniche come segue:

MATERIALI: acciaio legato o acciaio inox e/o lega leggera ad alta resistenza. Materiali compositi (carbonio e poliaramidiche), materiali sintetici termoplastici. Imbottiture in materiale espanso anallergico. Cuoio e stoffa.

TECNICHE: la struttura può essere:
- **a giorno:** prevalentemente rigida realizzata con materiali metallici e/o compositi. Eventuali elementi di contenzione in materiale sintetico o cuoio o stoffa con opportune allacciature.
- **a valva:** rigida od elastica realizzata con materiali termoplastici e/o compositi o cuoio. Con l'ortesi a valva si realizza una contenzione anche parziale dell'arto che può essere: laterale e/o mediale e/o frontale e/o dorsale.

Il tutore "a giorno" è costruito da grafico e misure del paziente o con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente o sul calco di gesso negativo/positivo.
Il tutore con contentore "a valva" è modellato solo su calco di gesso negativo/positivo.

NEW MEDICAL TREND SRL
OFFICINA ORTOPEDICA SANITARIA
VIA MONS A. FRANCO – 72021 FRANCAVILLA F.NA TEL/FAX 0831 842215
VIA S.GIOVANNI BOSCO, 149 – 72100 BRINDISI TEL/FAX 0831 260959
MAIL. Info@newmedicaltrend.it - web www.newmedicaltrend.it

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
• **ORTESI PER PIEDE**		**06.12.03**	
PLANTARE PREDISPOSTO Consiste in un plantare prefabbricato, opportunamente corretto, sulla base del grafico e/o delle misure del piede. E' realizzato con i seguenti materiali: - cuoio rinforzato con sughero - materiale sintetico o gomma - metallo			
Semplice e/o con piano inclinato unilaterale o bilaterale:			
- dal n. 18 al n. 33	11.01.021	06.12.03.003	**19,63**
- dal n. 34 al n. 46	11.01.023	06.12.03.006	**22,16**
Con scarico calcaneare e/o con sostegno della volta trasversa:			
- dal n. 18 al n. 46	11.01.035	06.12.03.009	**24,38**
Con bordi laterali, avvolgente:			
- dal n. 18 al n. 33	11.01.045	06.12.03.012	**27,89**
- dal n. 34 al n. 46	11.01.047	06.12.03.015	**29,95**
Plantare dinamico costituito da due elementi pneumatici a contenuto fluido, uno posizionato al retropiede ed uno all'avampiede atti a creare spinte e sostegni variabili al variare del carico di appoggio.			
Correttivi e/o di scarico:			
dal n. 18 al n. 33	11.01.051	06.12.03.018	**29,39**
dal n. 34 al n. 46	11.01.053	06.12.03.021	**31,71**
PLANTARE SU MISURA COSTRUITO SU FORMA DI SERIE Consiste in un plantare modellato su forma di serie opportunamente personalizzata, costruito interamente su misura previo rilievo del grafico e delle misure del piede, compresi eventuali piani di correzione o scarico secondo la prescrizione. Può essere costruito con tutti i tipi di materiali.			
N.B. La forma personalizzata usata per la costruzione deve essere tenuta a disposizione dell'Ente erogatore per 20 giorni come per i modelli di gesso.			
Modellato con piani inclinati o scarico o sostegno:			
- dal n. 18 al n. 33	11.03.001	06.12.03.024	**36,15**
- dal n. 34 al n. 46	11.03.003	06.12.03.027	**40,90**

NEW MEDICAL TREND SRL
OFFICINA ORTOPEDICA SANITARIA
VIA MONS A. FRANCO – 72021 FRANCAVILLA F.NA TEL/FAX 0831 842215
VIA S.GIOVANNI BOSCO, 149 – 72100 BRINDISI TEL/FAX 0831 260959
MAIL. Info@newmedicaltrend.it - web www.newmedicaltrend.it

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
PLANTARE MODELLATO PER LIEVITAZIONE Consiste in un plantare modellato direttamente sul piede, ottenuto mediante materiale sintetico che indurendosi segue perfettamente la conformazione del piede e degli eventuali elementi correttivi interposti.			
Con talloniera avvolgente:			
- dal n. 18 al n. 33	11.03.009	06.12.03.030	**47,67**
- dal n. 34 al n. 46	11.03.011	06.12.03.033	**49,32**
PLANTARE MODELLATO SCOLPITO SU MISURA, TRAMITE LAVORAZIONE AD ASPORTO Consiste in un plantare ottenuto con rilevamento delle misure tramite il rotolamento di una dima direttamente sul piede del paziente seguendo precisi punti di repere. Non è utilizzabile allo stato grezzo ed è costituito da cuoio, caucciù e/o altre sostanze a densità graduabile:			
- dal n. 18 al n. 33	11.03.013	06.12.03.036	**47,26**
- dal n. 34 al n. 46	11.03.015	06.12.03.039	**54,64**
N.B. Per numerate superiori ai numeri massimi indicati è indispensabile costruire il plantare su modello di gesso non esistendo il prefabbricato.			
PLANTARE MODELLATO SU CALCO DI GESSO O IMPRONTA DINAMICA O IMPRONTA SU MATERIALE ESPANSO Consiste in un plantare modellato su calco di gesso o materiale sintetico, opportunamente stilizzato, previo rilievo del grafico e delle misure del piede, compresi eventuali piani di correzione scarichi o sostegni secondo la prescrizione. Può essere costruito con i seguenti materiali: - cuoio rinforzato e/o sughero - materiali sintetico o metallico - fibra ad alta resistenza (carbonio, poliaramidi-che)			
MODELLATO **Di cuoio rinforzato, di materiale sintetico e/o metallico:**			
- dal n. 18 al n. 33	11.05.001	06.12.03.042	**59,13**
- oltre il n. 34	11.05.003	06.12.03.045	**65,95**
MODELLATO **Di fibra ad alta resistenza:**			
- oltre il n. 34	---	06.12.03.051	**73,90**

NEW MEDICAL TREND SRL
OFFICINA ORTOPEDICA SANITARIA
VIA MONS A. FRANCO – 72021 FRANCAVILLA F.NA TEL/FAX 0831 842215
VIA S.GIOVANNI BOSCO, 149 – 72100 BRINDISI TEL/FAX 0831 260959
MAIL. Info@newmedicaltrend.it - web www.newmedicaltrend.it

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
MODELLATO CON BORDI LATERALI AVVOLGENTI			
Di cuoio rinforzato, di materiale sintetico e/o metallico:			
- dal n. 18 al n. 33	11.05.013	06.12.03.054	**68,69**
- oltre il n. 34	11.05.015	06.12.03.057	**76,28**
Di fibra ad alta resistenza:			
- dal n. 24 al n. 33	---	06.12.03.060	**77,52**
- dal n. 34 al n. 46	---	06.12.03.063	**85,06**
RIALZO MODELLATO SU CALCO DI GESSO TOTALE INTERNO SU MISURA con o senza avampiede di riempimento (non compreso)			
Fino a 4 cm. compresi:			
- dal n. 18 al n. 33	12.01.005	06.12.03.066	**80,05**
- dal n. 34 al n. 46	12.01.007	06.12.03.069	**91,36**
RIALZO TOTALE ESTERNO SU MISURA Opportunamente adattato alla forma della calzatura o del tacco.			
Scoperto			
Fino a cm. 4 compresi: - dal n. 18 al n. 33	12.05.001	06.12.03.072	**38,89**
- dal n. 34 al n. 46	12.05.003	06.12.03.075	**40,39**
da cm. 4 a 8 compresi: - dal n. 18 al n. 33	12.05.015	06.12.03.078	**45,76**
- dal n. 34 al n. 46	12.05.017	06.12.03.081	**48,39**
oltre cm. 8: - dal n. 18 al n. 33	12.05.019	06.12.03.084	**48,86**
- dal n. 34 al n. 46	12.05.021	06.12.03.087	**51,49**
Rivestito			
Fino a cm. 4 compresi: - dal n. 18 al n. 33	12.05.005	06.12.03.090	**76,07**
- dal n. 34 al n. 46	12.05.007	06.12.03.093	**78,35**
da cm. 4 a 8 compresi: - dal n. 18 al n. 33	12.05.023	06.12.03.096	**84,85**
- dal n. 34 al n. 46	12.05.025	06.12.03.099	**89,45**
oltre 8 cm.: - dal n. 18 al n. 33	12.05.027	06.12.03.102	**89,97**
- dal n. 34 al n. 46	12.05.029	06.12.03.105	**96,53**
PER PLANTARI E RIALZI			
AGGIUNTIVI			
Sottopiede in pelle o tessuto di rivestimento al plantare di materiale sintetico o metallico	11.85.001	06.12.03.103	**5,37**
Compenso di riempimento per piede deforme costruito in sughero o materiale sintetico	11.85.003	06.12.03.106	**27,68**
Rialzo calcaneare fino a cm. 3	11.85.005	06.12.03.109	**11,36**
RIPARAZIONI			
Adattamento e/o correzioni	11.91.001	06.12.03.503	**6,66**
Sostituzione sottopiede	11.91.003	06.12.03.506	**5,37**

NEW MEDICAL TREND SRL
OFFICINA ORTOPEDICA SANITARIA
VIA MONS A. FRANCO – 72021 FRANCAVILLA F.NA TEL/FAX 0831 842215
VIA S.GIOVANNI BOSCO, 149 – 72100 BRINDISI TEL/FAX 0831 260959
MAIL. Info@newmedicaltrend.it - web www.newmedicaltrend.it

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
• **ORTESI PER CAVIGLIA-PIEDE**		**06.12.06**	
DOCCIA GAMBA-PIEDE			
- rigida su misura	16.01.005	06.12.06.003	**184,43**
- rigida con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	16.01.007	06.12.06.006	**104,74**
TUTORI GAMBA - PIEDE			
- a giorno, rivestito o plasticato costruito su misura da grafico o da modello di gesso	16.21.001	06.12.06.009	**246,87**
- (a valva) costruito da modello di gesso,	16.21.003	06.12.06.012	**378,92**
tutore per sola gamba rigido: a valva costruito da modello di gesso	16.21.027	06.12.06.018	**245,01**
TUTORE GAMBA-PIEDE CON CARAT-TERISTICHE DINAMICHE:			
- basso, in materiale sintetico con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	---	06.12.06.024	**82,84**
- basso, a valva a doppia spirale in materiale sintetico ad elasticità costruito da modello di gesso.	---	06.12.06.027	**290,09**
- alto, leggero, con apertura al tallone, in materiale sintetico ad alta elasticità, con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente			
- alto in materiale sintetico ad alta elasticità con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	16.21.033	06.12.06.030	**83,41**
	---	06.12.06.033	**126,64**
- a molla interna con rivestimento in cuoio, con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	16.21.043	06.12.06.036	**61,51**
- a molla in filo armonico esterno alla scarpa con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	16.21.047	06.12.06.039	**102,00**
- a molla, extra o intrarotatoria , costruita su misura			
- con asta laterale articolata e limitatore eccentri-co della flesso-estensione (tipo Perlstein) costruito su misura	16.21.049	06.12.06.042	**107,16**
	16.21.051	06.12.06.045	**228,64**

NEW MEDICAL TREND SRL
OFFICINA ORTOPEDICA SANITARIA
VIA MONS A. FRANCO – 72021 FRANCAVILLA F.NA TEL/FAX 0831 842215
VIA S.GIOVANNI BOSCO, 149 – 72100 BRINDISI TEL/FAX 0831 260959
MAIL. Info@newmedicaltrend.it - web www.newmedicaltrend.it

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
• **ORTESI PER GINOCCHIO**		**06.12.09**	
DOCCIA COSCIA-GAMBA			
- rigida su misura	16.01.009	06.12.09.003	**225,02**
DOCCIA COSCIA-GAMBA PER GINOCCHIO FLESSO			
- rigida si misura	16.01.017	06.12.09.012	**244,65**
TUTORE COSCIA-GAMBA (escluso la caviglia e il piede)			
- a giorno, rivestito plasticato, costruito da grafico o da modello di gesso	16.25.025	06.12.09.024	**330,53**
- a valva costruito da modello di gesso	16.25.027	06.12.09.027	**390,96**
- a giorno, con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	16.25.029	06.12.09.030	**139,34**
- in elastico, con articolazione in acciaio inox rinforzate e rivestite, tubolare o con scarico rotuleo, con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	16.31.031	06.12.09.033	**99,00**

NEW MEDICAL TREND SRL
OFFICINA ORTOPEDICA SANITARIA
VIA MONS A. FRANCO – 72021 FRANCAVILLA F.NA TEL/FAX 0831 842215
VIA S.GIOVANNI BOSCO, 149 – 72100 BRINDISI TEL/FAX 0831 260959
MAIL. Info@newmedicaltrend.it - web www.newmedicaltrend.it

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
• **ORTESI PER GINOCCHIO-CAVIGLIA-PIEDE**		**06.12.12**	
DOCCIA COSCIA - GAMBA - PIEDE			
- rigida su misura	16.01.013	06.12.12.003	**269,38**
DOCCIA COSCIA-GAMBA-PIEDE PER GINOCCHIO FLESSO			
- rigida su misura	16.01.021	06.12.12.012	**287,51**
STECCA PER GINOCCHIO VALGO O VARO	16.05.001	06.12.12.021	**68,12**
STAFFA DI SCARICO O THOMAS			
- con anello chiuso	16.11.001	06.12.12.027	**213,35**
- con anello apribile	16.11.003	06.12.12.030	**238,29**
- con anello apribile e articolazione all'anca, con cintura addominale	16.11.005	06.12.12.033	**306,36**
- con anello apribile per arto abdotto, scarico a terra, perpendicolare, registrabile	16.11.009	06.12.12.039	**357,96**
TUTORE PER COSCIA-GAMBA-PIEDE			
- a giorno rivestito plasticato costruito da grafico o da modello di gesso	16.25.001	06.12.12.048	**508,30**
- a valva costruito da modello di gesso	16.25.003	06.12.12.051	**530,14**
- a giorno, con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	16.25.005	06.12.12.054	**340,40**
• **ORTESI PER ANCA**		**06.12.15**	
DOCCIA BACINO - COSCIA (PELVIFEMORALE)			
Bilaterale per la contenzione degli arti fino al ginocchio escluso, rigida su misura	16.01.024	06.12.15.003	**340,65**
DIVARICATORE (PREDISPOSTO)			
- fisso a telaio	16.15.001	06.12.15.009	**49,17**
- fisso a cuscino o mutandina	16.15.003	06.12.15.012	**29,64**
- telaio di plastica e metallo (tipo Milgram)	16.15.007	06.12.15.015	**58,72**
- telaio articolato all'anca (tipo Milgram ad ampiezza registrabile)	16.15.005	06.12.15.018	**86,82**
- barra intra-extra rotazione e divaricazione regolabili (tipo Denis Brown)	16.15.011	06.12.15.021	**39,04**
TUTORE PER BACINO-COSCIA RIGIDO (e-sclusa la gamba e il piede)			
- a giorno, con armatura rivestita o plasticata costruito da grafico o da modello di gesso	16.55.001	06.12.15.033	**411,15**
- a valva costruita da modello di gesso	16.55.003	06.12.15.036	**467,65**
- a giorno, con elementi predisposti direttamente adattati sul paziente	16.55.007	06.12.15.039	**311,68**
• **ORTESI PER ANCA-GINOCCHIO-CAVIGLIA-PIEDE**		**06.12.18**	
DOCCIA BACINO-COSCIA-GAMBA-PIEDE (PELVIPODALICA)			
- rigida unilaterale su misura	16.01.025	06.12.18.003	**377,94**

NEW MEDICAL TREND SRL
OFFICINA ORTOPEDICA SANITARIA
VIA MONS A. FRANCO – 72021 FRANCAVILLA F.NA TEL/FAX 0831 842215
VIA S.GIOVANNI BOSCO, 149 – 72100 BRINDISI TEL/FAX 0831 260959
MAIL. Info@newmedicaltrend.it - web www.newmedicaltrend.it

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
LE ARTICOLAZIONI SEGUONO LA CLASSIFICAZIONE:			
06 12 21 Giunti di caviglia			
06 12 24 Giunti di ginocchio			
06 12 27 Giunti di anca			
AGGIUNTIVI (per docce) *Gli aggiuntivi che fanno riferimento ai sopracitati componenti hanno nella descrizione l'indicazione della classificazione ISO.*			
Articolazione posteriore per doccia pelvipodalica	16.85.001	06.12.18.103	**64,04**
Articolazione di adduzione-abduzione dell'avam-piede	---	06.12.18.106	**39,35**
Articolazione tibio-tarsica con molla di richiamo (class. 06.12.21)	16.85.003	06.12.18.109	**46,79**
Asta di divaricazione registrabile per doccia pelvipodalica	16.85.005	06.12.18.112	**27,53**
Articolazione per ginocchio libera bloccabile (class. 06.12.24)	16.85.009	06.12.18.115	**56,04**
Settore o tenditore di regolazione	16.85.011	06.12.18.118	**44,00**
Contentore imbottito per ginocchio	16.85.013	06.12.18.121	**40,23**
Aletta o barra posizionatrice	16.85.015	06.12.18.124	**13,94**
Rivestimento interno anallergico per doccia:			
- per caviglia	16.85.017	06.12.18.127	**26,34**
- per ginocchio	16.85.018	06.12.18.130	**35,07**
- per pelvifemorale	16.85.019	06.12.18.133	**51,85**
- per pelvipodalica unilaterale	16.85.021	06.12.18.136	**51,85**
RIPARAZIONI (per docce)			
Allacciatura elemento mobile o fisso	16.91.001	06.12.18.503	**9,19**
Attacco con fibbia	16.91.007	06.12.18.506	**5,84**
Cinghia	16.91.009	06.12.18.509	**5,63**
Rivestimento interno anallergico per doccia:			
- per caviglia	16.91.013	06.12.18.512	**25,87**
- per ginocchio	16.91.015	06.12.18.515	**35,07**
- per pelvifemorale	16.91.016	06.12.18.518	**51,85**
- per pelvipodalica unilaterale	16.91.019	06.12.18.521	**51,85**
RIPARAZIONI (per stecche)			
Allacciatura elemento mobile o fisso	16.91.051	06.12.18.533	**9,19**
Cerchiello	16.91.055	06.12.18.536	**21,28**
Attacco con fibbia	16.91.059	06.12.18.539	**5,32**
Cinghia	16.91.061	06.12.18.542	**5,63**
Sandalo	16.91.063	06.12.18.545	**29,64**

NEW MEDICAL TREND SRL
OFFICINA ORTOPEDICA SANITARIA
VIA MONS A. FRANCO – 72021 FRANCAVILLA F.NA TEL/FAX 0831 842215
VIA S.GIOVANNI BOSCO, 149 – 72100 BRINDISI TEL/FAX 0831 260959
MAIL. Info@newmedicaltrend.it - web www.newmedicaltrend.it

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
AGGIUNTIVI (per staffe)			
Articolazione coxofemorale con cintura e bloccaggio (class. 06.12.27)	16.85.101	06.12.18.163	**88,57**
Contentore imbottito per ginocchio	16.85.103	06.12.18.166	**40,23**
Trazione elastica al piede	16.85.109	06.12.18.175	**15,75**
Articolazione al ginocchio, bloccabile (class. 06.12.24)	16.85.111	06.12.18.178	**123,33**
RIPARAZIONI (per staffe)			
Cintura addominale	16.91.101	06.12.18.563	**19,11**
Rivestimento antisdrucciolo	16.91.103	06.12.18.566	**24,02**
Trazione elastica al piede	16.91.105	06.12.18.569	**79,84**
Allacciatura elemento mobile o fisso	16.91.107	06.12.18.572	**9,19**
AGGIUNTIVI PER TUTORI			
Articolazione malleolare (classificazione 06.12.21):			
- libera su bordi sovrapposti	16.85.301	06.12.18.193	**26,03**
- libera	16.85.302	06.12.18.196	**51,75**
- a molla con spinta in talismo	16.85.303	06.12.18.199	**100,71**
- con limitatore eccentrico della flesso-estensione	16.85.305	06.12.18.202	**120,02**
Armatura calcaneare	16.85.307	06.12.18.208	**41,32**
Inserti di carbonio alla T.T. su tutori in materiale plastico	16.85.308	06.12.18.211	**68,53**
Rivestimento morbido interno al sandalo	16.85.309	06.12.18.214	**15,29**
Scarpetta di contenzione, senza rialzo	16.85.311	06.12.18.217	**61,72**
Piede rigido	16.85.313	06.12.18.220	**128,39**
Asta allungabile	16.85.315	06.12.18.223	**32,64**
Contentore imbottito per ginocchio	16.85.317	06.12.18.226	**40,23**
Cuscinetto di contenzione	16.85.319	06.12.18.229	**24,74**
Estetizzazione per polpaccio e coscia	16.85.321	06.12.18.232	**116,00**
Prolunga per leva, per blocco e sblocco dell'arresto	16.85.323	06.12.18.235	**17,04**
Rivestimento posteriore di contenzione gamba, ginocchio, coscia	16.85.325	06.12.18.238	**36,41**
Articolazione al ginocchio (class. 06.12.24):			
- libera su bordi sovrapposti	16.85.326	06.12.18.253	**52,01**
- libera	16.85.327	06.12.18.256	**89,40**
- libera posteriorizzata	---	06.12.18.257	**98,39**
- con arresto anteriore o posteriore a ponte	16.85.329	06.12.18.259	**147,04**
- con arresto ad anello	16.85.331	06.12.18.262	**123,33**
- con arresto ad anello e dispositivo comando sul cosciale	---	06.12.18.263	**204,10**
- con flesso estensione regolabile ed arresto	16.85.333	06.12.18.265	**269,69**
- con doppio freno, uno automatico ed uno forzato dal cilindro pneumatico di cui è dotato	16.85.334	06.12.18.268	**816,57**
- tipo policentrico con flesso-estensione regolabile (per tutore monoarticolare)	---	06.12.18.271	**162,94**
Dispositivo per correzione ginocchio in valgismo o varismo, indicato per persone suscettibili di intervento chirurgico	---	06.12.18.280	**60,01**

NEW MEDICAL TREND SRL
OFFICINA ORTOPEDICA SANITARIA
VIA MONS A. FRANCO – 72021 FRANCAVILLA F.NA TEL/FAX 0831 842215
VIA S.GIOVANNI BOSCO, 149 – 72100 BRINDISI TEL/FAX 0831 260959
MAIL. Info@newmedicaltrend.it - web www.newmedicaltrend.it

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
Articolazione coxo-femorale (class. 06.12.27):			**161,60**
- libera	16.85.335	06.12.18.283	
- con arresto	16.85.337	06.12.18.286	**181,84**
- con arresto e articolazione supplementare per adduzione ed abduzione	16.85.339	06.12.18.289	**208,96**
- con arresto e articolazione supplementare pluri-assiale (abduzione, adduzione, intra ed extra-rotazione)	16.85.341	06.12.18.292	**277,39**

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
- con meccanismo reciprocante a filo, con sblocco automatico all'anca	16.85.342	06.12.18.295	**939,23**
Appoggio ischiatico con imbottitura e rivestimento	16.85.343	06.12.18.313	**39,61**
Rivestimento per scarpetta di contenzione	16.85.345	06.12.18.316	**27,37**
Rialzo applicabile al sandalo fino a cm. 5 di altezza	16.85.347	06.12.18.319	**41,37**
Rialzo applicabile al sandalo oltre cm. 5 di altezza	16.85.349	06.12.18.322	**73,08**
Cintura addominale per articolazione coxofemorale	16.85.351	06.12.18.325	**39,46**
Rivestimento delle due aste verticali con fodera in pelle	16.85.353	06.12.18.328	**73,03**
NOTA: le articolazioni di un tutore sono normalmente costituite da due cerniere, una mediale e una laterale. Con la nomenclatura "ARTICOLAZIONE" si intende una singola cerniera.			
RIPARAZIONI (per tutori)			
Smontaggio e rimontaggio dell'articolazione:			
- tibio tarsica	16.90.251	06.12.18.593	**13,17**
- del ginocchio	16.90.253	06.12.18.596	**13,17**
- dell'anca	16.90.255	06.12.18.599	**13,17**
Allacciatura elemento mobile o fisso	16.91.251	06.12.18.602	**9,76**
Allungamento dell'asta	16.91.255	06.12.18.605	**63,27**
Asta malleolare rigida	16.91.257	06.12.18.608	**35,17**
Attacco con fibbia	16.91.263	06.12.18.611	**6,25**
Cinghia	16.91.265	06.12.18.614	**5,99**
Copriarticolazione ginocchio	16.91.267	06.12.18.617	**4,03**
Copriarticolazione malleolare	16.91.269	06.12.18.620	**3,67**
Contentore per ginocchio	16.91.271	06.12.18.623	**42,76**
Cuscinetto di contenzione	16.91.273	06.12.18.626	**25,67**
Elemento di contenzione e rivestimento cosciale in stoffa	16.91.275	06.12.18.629	**65,95**
Elemento di contenzione e rivestimento gambale in stoffa	16.91.277	06.12.18.632	**65,95**
Estetizzazione del polpaccio e del cosciale su modello di gesso	16.91.279	06.12.18.635	**116,00**
Fissaggio cerchiello e rivestimento	16.91.281	06.12.18.638	**16,78**
Prolunga per leva per arresto a ponte	16.91.283	06.12.18.641	**14,87**
Revisione articolazione malleolare	16.91.285	06.12.18.653	**26,13**
Revisione articolazione del ginocchio	16.91.287	06.12.18.656	**26,13**
Revisione articolazione dell'anca:			
- libera	16.91.289	06.12.18.659	**26,13**
- bloccabile	16.91.291	06.12.18.662	**26,13**
- supplementare per abduzione e adduzione	16.91.293	06.12.18.665	**26,13**
Revisione arresto a ponte al ginocchio	16.91.295	06.12.18.668	**26,13**
Revisione arresto ad anello o simili	16.91.297	06.12.18.671	**26,13**
Rivestimento di contenzione al tronco	16.91.299	06.12.18.674	**198,06**
Rialzo applicabile al sandalo fino a cm. 5	16.91.303	06.12.18.683	**41,37**
Rialzo applicabile al sandalo oltre cm. 5	16.91.305	06.12.18.686	**73,08**
Rivestimento di contenzione posteriore gamba, ginocchio, coscia	16.91.307	06.12.18.689	**138,57**
Sandalo	16.91.309	06.12.18.692	**69,88**

NEW MEDICAL TREND SRL
OFFICINA ORTOPEDICA SANITARIA
VIA MONS A. FRANCO – 72021 FRANCAVILLA F.NA TEL/FAX 0831 842215
VIA S.GIOVANNI BOSCO, 149 – 72100 BRINDISI TEL/FAX 0831 260959
MAIL. Info@newmedicaltrend.it - web www.newmedicaltrend.it

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
Appoggio ischiatico	16.91.311	06.12.18.695	**50,92**
Articolazione al ginocchio:			
- libera	16.91.313	06.12.18.701	**97,71**
- con bloccaggio	16.91.315	06.12.18.704	**150,39**
- con asta	16.91.317	06.12.18.707	**105,15**
- asta per cosciale o gambale	16.91.319	06.12.18.719	**44,31**
Cerchiello	16.91.321	06.12.18.722	**33,10**
Molla interna alla scarpetta	16.91.323	06.12.18.725	**42,35**
Rivestimento cerchiello	16.91.325	06.12.18.728	**19,57**
Rivestimento scarpetta di contenzione	16.91.327	06.12.18.731	**40,03**
Scarpetta di contenzione, su modello di gesso	16.91.329	06.12.18.734	**70,03**
Suoletta metallica alla scarpetta	16.91.331	06.12.18.737	**32,28**
Riparazione per rottura asta del cosciale	16.91.333	06.12.18.740	**69,72**
Riparazione per rottura asta del gambale	16.91.335	06.12.18.743	**54,90**
Piede rigido	16.91.377	06.12.18.746	**159,22**
Articolazione al malleolo	16.91.379	06.12.18.749	**59,81**
Articolazione al malleolo con spinta in talismo	16.91.381	06.12.18.752	**111,76**
Articolazione al malleolo con limitatore eccentrico della flesso-estensione	16.91.383	06.12.18.755	**128,39**
Rivestimento morbido interno al sandalo	16.91.385	06.12.18.773	**17,51**
Articolazione coxo-femorale:			
- libera	16.91.387	06.12.18.776	**169,91**
- con arresto	16.91.389	06.12.18.779	**190,21**
- con arresto e articolazione supplementare per abduzione e adduzione	16.91.391	06.12.18.782	**217,27**
- con arresto e articolazione supplementare pluri-assiale (abduzione, adduzione, intra ed extra rotazione)	16.91.393	06.12.18.785	**285,70**
Imbottitura e rivestimento appoggio ischiatico	16.91.395	06.12.18.830	**34,40**
Cintura addominale per articolazione coxo-femorale	16.91.397	06.12.18.833	**56,04**
RIPARAZIONI (per tutori) R-GO e AR-GO prevedibili solo decorso il periodo di garanzia di mesi 12			
Cilindro pneumatico per ginocchio	---	06.12.18.710	**286,94**
Articolazione al ginocchio con doppio freno, completo di cilindro pneumatico	---	06.12.18.713	**824,88**
Articolazione coxo-femorale con meccanismo reciprocante a filo	---	06.12.18.788	**939,23**
Gruppo arresto in estensione (RGO)	---	06.12.18.791	**27,17**
Filo dispositivo reciprocante (RGO)	---	06.12.18.794	**70,70**
Asta superiore articolazione coxo	---	06.12.18.797	**208,08**
Gruppo trascinamento filo reciprocante (RGO)	---	06.12.18.800	**112,02**
Cuscinetti a sfere articolazione coxo	---	06.12.18.803	**78,76**
Tubo collegamento (al bacino)	---	06.12.18.806	**150,29**
Cavo reciprocante (ARGO)	---	06.12.18.809	**269,44**
Cavetto ginocchio (singolo)	---	06.12.18.812	**50,46**
Supporto lombare	---	06.12.18.815	**245,58**
Supporto addominale	---	06.12.18.818	**212,21**
Pelotta al ginocchio (singola)	---	06.12.18.821	**75,09**

NEW MEDICAL TREND SRL
OFFICINA ORTOPEDICA SANITARIA
VIA MONS A. FRANCO – 72021 FRANCAVILLA F.NA TEL/FAX 0831 842215
VIA S.GIOVANNI BOSCO, 149 – 72100 BRINDISI TEL/FAX 0831 260959
MAIL. Info@newmedicaltrend.it - web www.newmedicaltrend.it

PROTESI DI ARTO SUPERIORE	
FAMIGLIE DEL NOMENCLATORE-TARIFFARIO D.M. 28/12/92	**CLASSI DEL NUOVO NOMENCLATORE Classificazione a norma I.S.O.**
20 - Protesi di arto superiore estetiche o funzionali, tradizionali o modulari	**06 18 Protesi di arto superiore** Una protesi di arto superiore è un insieme di componenti compatibili abitualmente prodot-ti da un singolo produttore e disponibili sul mercato. I com-ponenti possono essere inte-grati con qualsiasi componente singolarmente prodotto, per da-re una gamma di protesi degli arti superiori differente. Gli elementi singoli ed i princi-pali componenti possono essere classificati in base alla classi-ficazione seguente. 06 18 03 Protesi parziali di mano, incluse le protesi di dito 06 18 06 Protesi per disarticolazione di polso 06 18 09 Protesi transradiali (per ampu-tazione sotto il gomito) 06 18 12 Protesi per disarticolazione del gomito 06 18 15 Protesi transomerali (per ampu-tazione sopra il gomito) 06 18 18 Protesi per disarticolazione di spalla 06 18 21 Protesi per amputazione di spalla

NORME TECNICHE	
pr EN 12182	**Ausili tecnici per disabili e requisiti generali e metodi di prova**
ISO 8549-1, -2	**VOCABOLARIO**

NEW MEDICAL TREND SRL
OFFICINA ORTOPEDICA SANITARIA
VIA MONS A. FRANCO – 72021 FRANCAVILLA F.NA TEL/FAX 0831 842215
VIA S.GIOVANNI BOSCO, 149 – 72100 BRINDISI TEL/FAX 0831 260959
MAIL. Info@newmedicaltrend.it - web www.newmedicaltrend.it

PROTESI DI ARTO SUPERIORE

L'applicazione e la fornitura di questi ausili è fatta dal tecnico ortopedico abilitato.
Le protesi per amputazione di arto superiore si dividono in:
- estetiche di tipo tradizionale
- estetiche di tipo modulare (scheletrica)
- funzionali ad energia corporea (cinematiche)
- funzionali ad energia esterna (elettrica) o energia mista corporea-esterna.

Vengono costruite secondo il livello di amputazione o deformità congenita nell'ordine indicato:
- parziale o totale di una o più dita
- parziale di mano
- disarticolazione di polso
- amputazione di avambraccio
- disarticolazione di gomito
- amputazione di braccio
- disarticolazione di spalla
- amputazione interscapolare
- deformità congenita o acquisita.

Le protesi estetiche hanno lo scopo di ricostruire la parte mancante permettendo il ripristino dell'immagine corporea.

Le protesi funzionali hanno come scopo l'acquisizione dei fondamentali movimenti di presa e di posizione paragonati a quelli di un arto sano.
Le protesi funzionali possono essere dotate di mani:
- reversibili
- irreversibili.
Tali termini sono riferiti al movimento delle dita.
La mano "reversibile" mantiene la presa su un oggetto tramite l'azione continua del comando volontario, oppure con l'azione costante di una molla.
La mano "irreversibile" mantiene la presa su un oggetto anche quando è cessato il comando; per lasciare l'oggetto occorre una successiva azione volontaria.

PROTESI ESTETICA DI TIPO TRADIZIONALE
E' costituita da:
- mano estetica:
  - con tutte le dita rigide
  - con tutte le dita atteggiabili
  - con quattro dita rigide e pollice articolato a molla
  - con cinque dita articolate
- polso:
  - fisso
  - a rotazione passiva
- gomito:
  - con articolazione libera
  - con articolazione con bloccaggio
- spalla:
  - con articolazione singola
  - con articolazione pluriassiale
  - con articolazione sferica
- invasatura costruita su modello di gesso negativo e positivo
- guanto di rivestimento
- con bretellaggio
- estetizzazione esterna rigida

PROTESI ESTETICA DI TIPO MODULARE (SCHELETRICA)
E' costituita da:

- mano estetica:
  - con tutte le dita rigide
  - con tutte le dita atteggiabili

con quattro dita rigide e pollice articolato a molla

- con cinque dita articolate
- polso:
  - fisso
  - a rotazione passiva
  - con articolazione pluriassiale
- gomito con articolazione con bloccaggio
- spalla:
  - con articolazione pluriassiale
  con articolazione sferica
- invasatura costruita su modello di gesso negativo e positivo
- guanto di rivestimento
- con bretellaggio e allacciature
- estetizzazione esterna in materiale morbido con calza di rivestimento

PROTESI FUNZIONALE AD ENERGIA CORPOREA (CINEMATICHE)

E' costituita da:
- mano:
  - reversibile
  - irreversibile
- gancio funzionale
- polso:
  - a rotazione passiva
  - a rotazione attiva
  - con articolazione sferica passiva con bloccaggio
- invasatura ad aderenza totale con o senza presa olecranica costruita su modello di gesso negativo e positivo o armatura metallica con bracciale d'ancoraggio, con o senza rivestimento interno al silicone
- articolazione attiva del gomito con o senza extra-intra rotazione del braccio, guanto di rivestimento, cuscinetto salva indumenti, bretellaggio completo di fili di trazione e relativi attacchi per il comando dei movimenti.

PROTESI FUNZIONALI AD ENERGIA ESTERNA (ELETTRICA) O ENERGIA MISTA CORPOREA-ESTERNA

Sono costituite da:
- mano elettrica
- manipolatore elettrico (per lavoro)
- polso:
  - fisso
  - a rotazione passiva
  - a rotazione attiva
  - a rotazione elettrica
  - con rotazione sferica passiva con bloccaggio
  - polso con attacco mano polso intercambiabile
  (mano elettrica-manipolatore)
- gomito:
  - con articolazione funzionale libera
  - con articolazione funzionale, con bloccaggio
  - con articolazione funzionale con bloccaggio ed intra-extra rotazione
- spalla con articolazione a frizione
- invasatura secondo il livello di amputazione o malformazione congenita, costruita su modello di gesso negativo e positivo, ad aderenza totale con presa olecranica, con o senza rivestimento interno di silicone
- componenti elettronici:
  - comandi mioelettrici
- batterie (accumulatori)
- caricabatterie
- guanto di rivestimento
- con o senza ancoraggio:
  - bretellaggio con relativi attacchi
  - bretellaggio completo di fili di trazione e relativi
  attacchi per il comando dei movimenti.

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
• **PROTESI PARZIALI DI MANO INCLUSE LE PROTESI DI DITO**		**06.18.03**	
ESTETICA TRADIZIONALE			
Per amputazione parziale o totale di una o più dita o amputazione parziale di mano			
E' costituita da:			
- dita rigide, attegiabili, articolate			
- invasatura costruita su calco di gesso negativo e positivo			
- guanto cosmetico oppure guanto di rivestimento di pelle o filanca (aggiuntivo)			
- ancoraggio al moncone.			
Per amputazione o per patologia congenita o acquisita parziale di dita (senza guanto di rivestimento) per ciascun dito	20.01.001	06.18.03.003	**124,00**
Per amputazione o per patologia congenita o acquisita totale di dita o parziale di mano (senza guanto di rivestimento):			
- di un dito	20.02.003	06.18.03.033	**229,93**
- di due dita	20.02.004	06.18.03.036	**281,11**
- di tre dita	20.02.005	06.18.03.039	**345,30**
- di quattro dita	20.02.006	06.18.03.042	**384,14**
- di cinque dita	20.02.007	06.18.03.045	**435,32**
- gancio di lavoro	20.03.013	06.18.03.060	**248,42**
- elemento in opposizione alla parte residua	20.03.014	06.18.03.063	**369,42**
FUNZIONALE AD ENERGIA CORPOREA			
Per amputazione parziale di mano	20.40.200	06.18.03.072	**610,04**
• **PROTESI PER DISARTICOLAZIONE DI POLSO**		**06.18.06**	
Estetica tradizionale per disarticolazione o per patologie congenite o acquisite al livello del polso (senza guanto di rivestimento):			
- con mano con tutte le dita rigide	20.04.600	06.18.06.003	**444,88**
- con mano con quattro dita rigide e pollice articolato a molla	20.04.800	06.18.06.009	**521,88**

NEW MEDICAL TREND SRL
OFFICINA ORTOPEDICA SANITARIA
VIA MONS A. FRANCO – 72021 FRANCAVILLA F.NA TEL/FAX 0831 842215
VIA S.GIOVANNI BOSCO, 149 – 72100 BRINDISI TEL/FAX 0831 260959
MAIL. Info@newmedicaltrend.it - web www.newmedicaltrend.it

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
Funzionale ad energia corporea per disarticolazione o per patologia congenita o acquisita al livello del polso (senza guanto di rivestimento):			
- con polso predisposto per l'intercambiabilità della mano e del gancio (senza mano e gancio)	20.40.200	06.18.06.033	**916,97**
- con sola mano	20.40.400	06.18.06.039	**1024,19**
Funzionale ad energia esterna (elettrica) per disarticolato o per patologia congenita o acquisita al livello del polso (senza guanto di rivestimento)			
- con mano elettromeccanica, articolazione del polso a rotazione passiva, comando mioelettrico o elettronico per l'apertura e chiusura della mano, senza bretellaggio	20.51.100	06.18.06.042	**6025,24**
• **PROTESI TRANSRADIALI** (per amputazione sotto il gomito, ex amputazione di avambraccio)		**06.18.09**	
Estetica tradizionale per amputazione o per patologie congenite o acquisite a livello transardiale (senza guanto di rivestimento):			
- con mano con tutte le dita rigide	20.05.600	06.18.09.012	**552,20**
- con mano con quattro dita rigide e pollice articolato a molla	20.05.800	06.18.09.018	**629,20**
Funzionale ad energia corporea per amputazione o per patologie congenite o acquisite a livello transradiale (polso a rotazione passiva, senza guanto di rivestimento):			
- con polso predisposto per l'intercambiabilità della mano e del gancio (senza mano e gancio)	20.40.200	06.18.09.033	**916,97**
- con sola mano	20.40.400	06.18.09.039	**1006,88**

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	
Funzionale ad energia esterna (elettrica) o energia mista corporea-esterna per amputazione o per patologie congenite a livello transradiale (senza guanto di rivestimento):			
- con mano elettromeccanica, articolazione del polso a rotazione passiva, comando mioelettrico o elettronico per l'apertura e chiusura della mano, senza bretellaggio	20.51.100	06.18.09.063	**6025,24**
- con mano elettromeccanica, articolazione attiva di prono-supinazione del polso comandata dall'apice del moncone, comando mioelettrico per l'apertura e la chiusura della mano, senza bretellaggio	20.52.100	06.18.09.066	**6587,61**
- con mano ed articolazione del polso di tipo elettromeccaniche, con comando mioelettrico od elettronico per l'apertura e chiusura della mano e della prono-supinazione, senza bretellaggio	20.53.100	06.18.09.069	**7740,60**
• **PROTESI PER LA DISARTICOLAZIONE DEL GOMITO**		**06.18.12**	
Estetica tradizionale per la disarticolazione o per patologie congenite o acquisite a livello del gomito (polso fisso, articolazione libera al gomito, invasatura normale, relativo bretellaggio, senza guanto di rivestimento):			
- con mano con tutte le dita rigide	20.07.600	06.18.12.003	**1270,07**
- con mano con quattro dita rigide e pollice articolato a molla	20.07.800	06.18.12.009	**1129,23**
Funzionale ad energia corporea per disarticolazione o per patologie congenite o acquisite a livello del gomito (con aste laterali articolate per la flesso-estensione del gomito e bloccaggio a trazione, senza intra-extra rotazione, polso a rotazione passiva, senza guanto di rivestimento):			
- con polso predisposto per l'intercambiabilità della mano e del gancio (senza mano e gancio)	20.43.200	06.18.12.033	**1647,60**
- con mano irreversibile	20.43.400	06.18.12.039	**1754,77**

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
Funzionale ad energia esterna (elettrica) per disarticolazione o per patologie congenite o acquisite a livello del gomito (senza guanto di rivestimento):			
- con mano elettromeccanica, articolazione del polso a rotazione passiva, articolazione del gomito con aste laterali articolate per la flesso-estensione del gomito a trazione, con comando mioelettrico per l'apertura e chiusura della mano, con bretellaggio e fili di trazione con relativi attacchi	20.55.100	06.18.12.063	**7307,66**
- con mano ed articolazione del polso di tipo elettromeccaniche, con aste laterali articolate per la flesso-estensione e bloccaggio del gomito a trazione, con comando mioelettrico per l'apertura, la chiusura e la prono-supinazione della mano, con bretellaggio, fili di trazione e relativi attacchi	20.56.100	06.18.12.066	**8898,86**
• **PROTESI TRANSOMERALI (per amputazione sopra il gomito, ex amputazione di braccio)**		**06.18.15**	
Estetica tradizionale per amputazione o per patologie congenite o acquisite a livello transomerale (polso fisso, articolazione libera al gomito, invasatura normale, relativo bretellaggio, senza guanto di rivestimento):			
- con mano con tutte le dita rigide	20.09.600	06.18.15.003	**1270,07**
- con mano con quattro dita rigide e pollice articolato a molla	20.09.800	06.18.15.009	**1129,23**
Estetica di tipo modulare (scheletrica) per amputazione o per patologie congenite o acquisite a livello transomerale (con polso fisso, articolazione al gomito con bloccaggio, articolazione intra ed extra rotatoria, opportuno ancoraggio, senza guanto di rivestimento):			
- con mano con tutte le dita rigide	20.15.600	06.18.15.033	**1108,68**
- con mano con quattro dita rigide e pollice articolato a molla	20.15.800	06.18.15.039	**1185,63**

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
Funzionale ad energia corporea per amputazione o per patologie congenite o acquisite a livello transomerale (con articolazione funzionale per la flesso-estensione e bloccaggio del gomito a trazione, articolazione passiva per l'intra-extra rotazione del braccio, polso a rotazione passiva, senza guanto di rivestimento):			
- con polso predisposto per l'intercambiabilità della mano e del gancio (senza mano e gancio)	20.44.200	06.18.15.063	**1647,60**
- con sola mano	20.44.400	06.18.15.069	**1754,77**
Funzionale ad energia esterna (elettrica) o energia mista corporea-esterna per amputazione o per patologie congenite o acquisite a livello transomerale (senza guanto di rivestimento):			
- con mano elettrica, articolazione del polso a rtoazione passiva, aste laterali articolate per la flesso-estensione e bloccaggio del gomito a trazione, articolazione a frizione per la intra ed extra rotazione del braccio, con comando mioelettrico per l'apertura e chiusura della mano, con bretellaggio e fili di trazione con relativi attacchi	20.57.100	06.18.15.081	**7665,10**
- con mano elettrica, articolazione elettrica per la prono-supinazione del polso, con aste laterali articolate per la flesso-estensione e bloccaggio del gomito a trazione, articolazione a frizione di intra ed extra rotazione del braccio, comando mioelettrico per l'apertura-chiusura e prono-supinazione della mano, con bretellaggio e fili di trazione con relativi attacchi	20.58.100	06.18.15.084	**9256,35**
- con mano elettrica, articolazione del polso a rotazione passiva, articolazione elettrica del gomito, comando mioelettrico per l'apertura-chiusura della mano e di flesso-estensione del gomito, bretellaggio di ancoraggio	20.59.100	06.18.15.087	**11197,15**
- con mano elettrica, articolazione elettrica per la prono-supinazione del polso, articolazione elettrica del gomito, articolazione a frizione di intra ed extra rotazione del braccio, comando mioelettrico per l'apertura-chiusura e prono-supinazione della mano, flesso-estensione e bloccaggio del gomito, bretellaggio di ancoraggio	20.60.100	06.18.15.090	**12157,60**

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
• **PROTESI PER DISARTICOLAZIONE DI SPALLA**		**06.18.18**	
Estetica di tipo modulare (scheletrica) per disarticolazione di spalla (con polso fisso, articolazione libera al gomito con bloccaggio, articolazione intra ed extra rotazione, relativo bretellaggio, senza guanto di rivestimento):			
con articolazione sferica alla spalla:			
- con mano con tutte le dita rigide	20.16.600	06.18.18.003	**1430,38**
- con mano con quattro dita rigide e pollice articolato a molla	20.16.800	06.18.18.009	**1506,30**
• **PROTESI PER AMPUTAZIONE DI SPALLA (ex amputazione interscapolare)**		**06.18.21**	
Estetica di tipo modulare (scheletrica) per amputazione interscapolare (con polso fisso, articolazione al gomito con bloccaggio, articolazione intra e extra rotazione, relativo bretellaggio, senza guanto di rivestimento):			
con articolazione sferica alla spalla:			
- con mano con tutte le dita rigide	20.18.600	06.18.21.003	**1430,38**
- con mano con quattro dita rigide e pollice articolato a molla	20.18.800	06.18.21.009	**1506,30**

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
Funzionale ad energia esterna (elettrica) o energia mista corporea-esterna per disarticolazione di spalla, amputazione interscapolare o patologie congenite della spalla (senza guanto di rivestimento):			
- con mano elettrica, articolazione del polso a rotazione passiva, articolazione elettrica del gomito, articolazione a frizione di intra ed extra rotazione del braccio, articolazione a frizione della spalla, comando mioelettrico per l'apertura e chiusura della mano, flesso-estensione e bloccaggio del gomito, bretellaggio di ancoraggio	20.61.100	06.18.21.063	**10859,64**
- con mano elettrica, articolazione elettrica per la prono-supinazione del polso, articolazione elettrica del gomito, articolazione a frizione di intra ed extra rotazione del braccio, articolazione a frizione di spalla, comando mioelettrico per l'apertura-chiusura e prono-supinazione della mano e flesso-estensione e bloccaggio del gomito, bretellaggio di ancoraggio	20.62.100	06.18.21.066	**13995,88**
- con mano elettrica, articolazione elettrica per la prono-supinazione del polso, articolazione elettrica del gomito, articolazione a frizione di intra ed extra rotazione del braccio, comando elettronico per l'apertura e chiusura e prono-supinazione della mano e flesso-estensione e bloccaggio del gomito, bretellaggio di ancoraggio:			
- senza articolazione della spalla	20.63.100	06.18.21.069	**13896,00**
- con articolazione a frizione della spalla	20.64.100	06.18.21.072	**14728,32**

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
• **PROTESI ESTETICA DI TIPO TRADIZIONALE**		**06.18.15**	
AGGIUNTIVI			
guanto di rivestimento:			
- cosmetico	20.85.013	06.18.15.118	**111,24**
- di pelle per mano ortopedica	20.85.015	06.18.15.121	**45,09**
polso:			
- a rotazione passiva	20.85.023	06.18.15.127	**77,93**
- con articolazione sferica passiva	20.85.025	06.18.15.130	**160,77**
invasatura ad aderenza totale:			
- con o senza presa olecranica	20.85.029	06.18.15.136	**116,41**
- con o senza presa di spalla	20.85.033	06.18.15.139	**149,41**
- invasatura in materiale anallergico	----	06.18.15.141	**95,29**
RIPARAZIONI			
Smontaggio e rimontaggio:			
- della mano	20.90.051	06.18.15.503	**28,56**
- del polso	20.90.053	06.18.15.506	**28,56**
- del gomito	20.90.055	06.18.15.509	**33,31**
- del guanto cosmetico	----	06.18.15.511	**16,63**
Bretellaggio per protesi per amputazione di braccio	20.91.093	06.18.15.545	**154,42**
Gomito con bloccaggio, completo di avambraccio	20.91.113	06.18.15.578	**344,94**
- revisione	20.91.115	06.18.15.581	**66,57**
Guanto di rivestimento:			
- cosmetico	20.91.125	06.18.15.596	**119,56**
- di pelle per mano ortopedica	20.91.127	06.18.15.599	**45,09**
Invasatura per protesi su modello di gesso negati-vo e positivo:			
- per amputazione di avambraccio	20.91.135	06.18.15.605	**366,53**
- c.s. con invasatura ad aderenza totale con presa olecranica	20.91.136	06.18.15.608	**449,63**
- adattamento	20.91.137	06.18.15.611	**66,57**
- per amputazione di braccio con anello di collegamento	20.91.143	06.18.15.623	**439,14**
- c.s. con invasatura ad aderenza totale	20.91.144	06.18.15.626	**522,24**
- adattamento	20.91.145	06.18.15.629	**66,57**
Mano:			
- con dita rigide	20.91.155	06.18.15.653	**114,86**
- con quattro dita rigide e pollice articolato a mol-la	20.91.163	06.18.15.665	**191,86**
- revisione	20.91.165	06.18.15.668	**66,57**
- involucro morbido	----	06.18.15.672	**84,65**
- indice, medio e pollice	----	06.18.15.675	**125,91**
Polso:			
- fisso	20.91.171	06.18.15.677	**81,39**
- a rotazione passiva	20.91.175	06.18.15.683	**137,79**
- sferico passivo	20.91.179	06.18.15.689	**220,63**
- revisione	20.91.181	06.18.15.692	**49,94**
- cuscinetto salva manica	----	06.18.15.701	**21,07**

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
• **PROTESI ESTETICA DI TIPO MODULARE (SCHELETRICA)**		**06.18.21**	
AGGIUNTIVI			
Guanto cosmetico di rivestimento	20.85.053	06.18.21.104	**111,24**
Polso:			
- a rotazione passiva	20.85.055	06.18.21.106	**53,87**
- pluriassiale	20.85.057	06.18.21.109	**162,63**
Invasatura ad aderenza totale:			
- con o senza presa di spalla	20.85.065	06.18.21.118	**149,67**
- invasatura in materiale anallergico	----	06.18.21.121	**95,29**
RIPARAZIONI			
Smontaggio e rimontaggio:			
- della mano	20.90.201	06.18.21.503	**28,56**
- del polso	20.90.203	06.18.21.506	**28,56**
- del gomito	20.90.205	06.18.21.509	**33,31**
- della spalla	20.90.207	06.18.21.512	**39,77**
- del guanto cosmetico	----	06.18.21.513	**16,63**
Articolazione intra ed extra rotatoria	20.91.201	06.18.21.515	**99,83**
Articolazione per protesi per disarticolazione di spalla:			
- sferica	20.91.205	06.18.21.521	**315,61**
- revisione	20.91.207	06.18.21.524	**33,31**
- pluriassiale	20.91.209	06.18.21.527	**268,82**
- revisione	20.91.211	06.18.21.530	**33,31**
Bretellaggio con sollevamento avambraccio:			
- per protesi per amputazione di braccio	20.91.213	06.18.21.533	**154,47**
- per protesi per disarticolazione di spalla	20.91.215	06.18.21.536	**154,47**
Bretellaggio semplice:			
- per protesi per amputazione di braccio	----	06.18.21.538	**59,60**
- per protesi per amputazione di spalla	----	06.18.21.541	**75,14**
Calza da rivestimento per protesi:			
- per amputazione di braccio	20.91.221	06.18.21.545	**44,16**
- per disarticolazione di braccio	20.91.223	06.18.21.548	**62,34**
Gomito con bloccaggio	20.91.231	06.18.21.560	**277,34**
- revisione	20.91.233	06.18.21.563	**118,79**
Guanto cosmetico di rivestimento	20.91.235	06.18.21.566	**119,56**
Invasatura per protesi su modello di gesso negativo e positivo:			
- per amputazione di braccio con anello di collegamento	20.91.237	06.18.21.569	**451,28**
- c.s. con invasatura ad aderenza totale	20.91.238	06.18.21.572	**534,38**
- adattamento	20.91.239	06.18.21.575	**66,57**
- per disarticolazione di spalla con estetizzazione	20.91.241	06.18.21.578	**493,22**
- adattamento	20.91.243	06.18.21.584	**66,57**
- per amputazione interscapolare con estetizzazione	20.91.245	06.18.21.587	**511,14**
- adattamento	20.91.247	06.18.21.593	**66,57**
Involucro morbido	20.91.248	06.18.21.596	**87,75**
Mano:			
con dita rigide	20.91.249	06.18.21.599	**114,86**
- con quattro dita rigide e pollice articolato a molla	20.91.257	06.18.21.611	**191,86**
- revisione	20.91.259	06.18.21.614	**66,57**
- telaio mano, molla di ricambio	----	06.18.21.615	**78,81**
- indice, medio e pollice	----	06.18.21.618	**131,08**
- attacco filettato	----	06.18.21.621	**88,06**

NEW MEDICAL TREND SRL
OFFICINA ORTOPEDICA SANITARIA
VIA MONS A. FRANCO – 72021 FRANCAVILLA F.NA TEL/FAX 0831 842215
VIA S.GIOVANNI BOSCO, 149 – 72100 BRINDISI TEL/FAX 0831 260959
MAIL. Info@newmedicaltrend.it - web www.newmedicaltrend.it

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
Polso:			
- fisso	20.91.265	06.18.21.623	**61,15**
- pluriassiale	20.91.273	06.18.21.635	**196,36**
- revisione	20.91.275	06.18.21.638	**49,94**
Rivestimento completo in materiale morbido per protesi :			
- per amputazione di braccio	20.91.277	06.18.21.641	**121,73**
- per disarticolazione di spalla	20.91.279	06.18.21.644	**157,31**
- per amputazione interscapolare	20.91.281	06.18.21.647	**173,94**
Tubo distanziatore	20.91.283	06.18.21.650	**75,45**
elemento di collegamento del tubo	20.91.285	06.18.21.653	**70,50**

NEW MEDICAL TREND SRL
OFFICINA ORTOPEDICA SANITARIA
VIA MONS A. FRANCO – 72021 FRANCAVILLA F.NA TEL/FAX 0831 842215
VIA S.GIOVANNI BOSCO, 149 – 72100 BRINDISI TEL/FAX 0831 260959
MAIL. Info@newmedicaltrend.it - web www.newmedicaltrend.it

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
• **PROTESI FUNZIONALE AD ENERGIA CORPOREA**		**06.18.15**	
AGGIUNTIVI			
Gancio funzionale con attacco:			
- tipo standard in lega leggere	20.85.501	06.18.15.163	**447,66**
- tipo per lavoro pesante in acciaio	20.85.503	06.18.15.166	**933,24**
guanto di rivestimento:			
- cosmetico	20.85.505	06.18.15.169	**111,35**
Con mano interscambiabile con attacco:			
- reversibile	20.85.515	06.18.15.178	**330,69**
Moltiplicatore di ampiezza dell'articolazione del gomito :	20.85.519	06.18.15.184	**184,89**
Polso:			
- con articolazione attiva di prono-supinazione completo di calotta di presa del moncone	20.85.521	06.18.15.187	**484,80**
- con articolazione sferica passiva con bloccaggio	20.85.523	06.18.15.190	**462,54**
Invasatura con rivestimento totale in materiale anallergico	20.85.529	06.18.15.193	**95,29**
RIPARAZIONE			
Smontaggio e rimontaggio:			
- della mano	20.90.501	06.18.15.733	**26,65**
- del polso	20.90.503	06.18.15.736	**29,28**
- del gomito	20.90.505	06.18.15.739	**33,31**
- del guanto cosmetico	----	06.18.15.740	**16,63**
Articolazione funzionale per la flesso-estensione con bloccaggio del gomito a trazione	20.91.505	06.18.15.745	**503,96**
- revisione	20.91.507	06.18.15.751	**66,57**
- cavetto trazione	20.91.508	06.18.15.754	**32,85**
Arto articolato laterali per la flesso-estensione con bloccaggio a trazione	20.91.509	06.18.15.757	**691,28**
- particolare meccanismo interno	20.91.510	06.18.15.760	**369,47**
- revisione	20.91.511	06.18.15.763	**37,29**
- cavetto trazione	20.91.512	06.18.15.764	**39,51**
Attacco:			
- per mano	20.91.513	06.18.15.766	**217,53**
- per gancio	20.91.515	06.18.15.769	**217,53**
Bretellaggio completo di fili di trazione e guaina:			
- per protesi per amputazione di avambraccio	20.91.521	06.18.15.778	**116,82**
- per protesi per amputazione di avambraccio bilaterali	----	06.18.15.779	**171,05**
- per protesi per amputazione di braccio	20.91.529	06.18.15.781	**142,23**
Calotta di presa del moncone, per la pronosupinazione attiva su modello di gesso negativo e positivo	20.91.533	06.18.15.784	**500,45**
- revisione	20.91.535	06.18.15.787	**49,94**
Cuscinetto salva indumenti	20.91.543	06.18.15.796	**21,07**
Filo di trazione con relativi attacchi:			
- per protesi per amputazione di avambraccio	20.91.545	06.18.15.799	**197,80**
- per protesi per amputazione di braccio	20.91.547	06.18.15.802	**197,80**
Gancio funzionale con attacco:			
- tipo standard in lega leggera	20.91.549	06.18.15.805	**447,66**
- tipo per lavoro pesante in acciaio	20.91.551	06.18.15.808	**933,24**
- revisione	20.91.553	06.18.15.811	**33,31**
- elastico per chiusura n. 5 pezzi	20.91.555	06.18.15.814	**15,24**
- molla semplice per chiusura	20.91.557	06.18.15.817	**9,50**
- molla doppia per chiusura	20.91.559	06.18.15.820	**11,05**
- rivestimento ganasce n. 10 pezzi	20.91.561	06.18.15.823	**50,61**
Guaina con attacchi terminali	20.91.563	06.18.15.826	**84,65**

Guanto di rivestimento: - cosmetico	20.91.565	06.18.15.829	**119,56**

NEW MEDICAL TREND SRL
OFFICINA ORTOPEDICA SANITARIA
VIA MONS A. FRANCO – 72021 FRANCAVILLA F.NA TEL/FAX 0831 842215
VIA S.GIOVANNI BOSCO, 149 – 72100 BRINDISI TEL/FAX 0831 260959
MAIL. Info@newmedicaltrend.it - web www.newmedicaltrend.it

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
Invasatura e relativo prolungamento su modello di gesso negativo e positivo:			
- per amputazione di avambraccio	20.91.571	06.18.15.838	**433,15**
- c.s. con rivestimento totale in materiale anallergico	20.91.572	06.18.15.841	**461,76**
- adattamento	20.91.573	06.18.15.844	**66,57**
- per amputazione di braccio	20.91.575	06.18.15.847	**505,71**
- c.s. con rivestimento totale in materiale anallergico	20.91.576	06.18.15.850	**534,33**
- adattamento	20.91.577	06.18.15.853	**66,57**
Mano:			
- reversibile	20.91.579	06.18.15.856	**330,69**
- revisione	20.91.581	06.18.15.859	**83,25**
- irreversibile	20.91.583	06.18.15.862	**330,69**
- revisione	20.91.585	06.18.15.865	**83,25**
Moltiplicatore di ampiezza per l'articolazione del gomito	20.91.587	06.18.15.868	**268,14**
- revisione	20.91.589	06.18.15.871	**49,94**
Polso:			
- a rotazione passiva	20.91.591	06.18.15.874	**137,79**
- revisione	20.91.593	06.18.15.877	**49,94**
- a rotazione passiva con dispositivo di intercambiabilità della mano e del gancio	20.91.595	06.18.15.880	**273,46**
- revisione	20.91.597	06.18.15.883	**49,94**
- con articolazione di prono-supinazione attiva	20.91.599	06.18.15.886	**484,80**
- revisione	20.91.601	06.18.15.889	**66,57**
- con articolazione sferica passiva, con bloccaggio	20.91.603	06.18.15.892	**462,54**
- revisione	20.91.605	06.18.15.895	**66,57**
- elementi gomito con bloccagio	----	06.18.15.899	**210,92**
PARTICOLARI MANO REVERSIBILE E IRREVERSIBILE			
Involucro morbido	20.91.620	06.18.15.904	**84,65**
Gruppo dita (indice-medio)	20.91.622	06.18.15.907	**58,62**
Pollice	20.91.624	06.18.15.910	**53,61**
Biella o leva collegamento	20.91.626	06.18.15.913	**89,55**
Attacco filettato	20.91.628	06.18.15.916	**66,21**
Molla chiusura	20.91.630	06.18.15.919	**75,82**
• **PROTESI FUNZIONALI AD ENERGIA ESTERNA (ELETTRICA) O ENERGIA MISTA CORPOREA-ESTERNA**		**06.18.21**	
AGGIUNTIVI			
Braccialino con aste di collegamento d'avambraccio con bretellaggio e filo di trazione per la flesso-estensione (in caso di limitazione della flesso-estensione del gomito)	20.85.701	06.18.21.163	**992,11**
Manipolatore elettrico (per lavoro, Da utilizzare in aggiunta alla normale mano)	20.85.801	06.18.21.166	**3357,28**
Guanto da rivestimento:			
- cosmetico	20.85.803	06.18.21.169	**114,09**

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
Rivestimento totale interno in materiale anallergico	20.85.817	06.18.21.181	**101,38**
Differenza per mano elettromeccanica miniaturiz-zata (per bambini con misura della mano inferiore a 190 mm. di circonferenza a livello delle teste metacarpali)	20.85.821	06.18.21.187	**2435,20**
Articolazione pluriassiale di tipo sferico	20.85.823	06.18.21.190	**832,32**
Batteria di riserva	---	06.18.21.193	**209,42**
RIPARAZIONI			
Guanto di rivestimento:			
- cosmetico	20.91.701	06.18.21.710	**122,45**
Mano:			
- completa	20.91.703	06.18.21.716	**3139,18**
- telaio	20.91.704	06.18.21.719	**80,00**
- involucro morbido (armatura in plastica)	20.91.705	06.18.21.722	**81,65**
- pollice	20.91.706	06.18.21.725	**55,31**
- meccanismo interno	20.91.707	06.18.21.728	**467,45**
- dita (indice-medio)	20.91.708	06.18.21.731	**370,56**
- revisione meccanismo interno	20.91.709	06.18.21.734	**49,94**
- frizione	20.91.710	06.18.21.737	**184,94**
- telaio completo	20.91.711	06.18.21.740	**478,76**
- revisione telaio completa	20.91.713	06.18.21.741	**37,29**
- motore e primo riduttore	20.91.714	06.18.21.742	**143,52**
Coppia conica	---	06.18.21.743	**133,56**
Bloccaggio motore	---	06.18.21.744	**122,50**
Plantari, corona, molla	---	06.18.21.746	**91,62**
- motore elettrico	20.91.715	06.18.21.747	**160,62**
Riduttore motore	---	06.18.21.748	**217,27**
Polso:			
- a rotazione passiva	20.91.717	06.18.21.749	**287,56**
- revisione	20.91.719	06.18.21.752	**25,00**
Frizione a spina coassiale del polso passivo	---	06.18.21.753	**122,40**
Polso :			
- a rotazione attiva	20.91.721	06.18.21.755	**555,66**
- revisione	20.91.723	06.18.21.758	**74,58**
- a rotazione elettrica	20.91.725	06.18.21.759	**1729,92**
- revisione	20.91.727	06.18.21.760	**55,93**
Riduzione e spina coassiale del polso elettrico	---	06.18.21.761	**586,13**
Invertitore del polso elettrico	---	06.18.21.765	**460,78**
Micro per polso elettrico	---	06.18.21.766	**79,48**
Polso elettrico :			
- attacco parte mano	20.91.729	06.18.21.767	**570,63**
- attacco parte avambraccio	20.91.731	06.18.21.770	**148,58**
- motore elettrico	20.91.733	06.18.21.771	**196,56**
Invasatura completa per avambraccio su modello di gesso negativo e positivo	20.91.735	06.18.21.773	**755,89**
- adattamento	20.91.737	06.18.21.776	**102,31**
Calotta per la prono-supinazione attiva su modello di gesso negativo e positivo	20.91.739	06.18.21.779	**228,69**
Gomito:			
- completo attivo (cinematico)	20.91.741	06.18.21.782	**1277,82**
Asta parte superiore per gomito cinematico	---	06.18.21.783	**397,62**
Elementi di bloccaggio per gomito cinematico	---	06.18.21.784	**249,86**
- revisione	20.91.743	06.18.21.785	**37,29**
Carter per gomito cinematico	---	06.18.21.786	**194,65**
Gomito :			
- asta dentata e particolari del bloccaggio	20.91.744	06.18.21.788	**432,69**
- elettrico completo	20.91.745	06.18.21.791	**3680,79**

NEW MEDICAL TREND SRL
OFFICINA ORTOPEDICA SANITARIA
VIA MONS A. FRANCO – 72021 FRANCAVILLA F.NA TEL/FAX 0831 842215
VIA S.GIOVANNI BOSCO, 149 – 72100 BRINDISI TEL/FAX 0831 260959
MAIL. Info@newmedicaltrend.it - web www.newmedicaltrend.it

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
Motore e primo riduttore per gomito elettrico	---	06.18.21.792	**481,60**
Intra-extrarotazione con frizione per gomito elett.	---	06.18.21.793	**457,32**
Gomito elettrico :			
- meccanismo interno	20.91.747	06.18.21.794	**571,36**
- sostituzione dei due motori	20.91.748	06.18.21.795	**213,25**
Elementi bloccaggio avambraccio per gomito elettrico	---	06.18.21.796	**713,69**
- involucro estetico	20.91.751	06.18.21.797	**148,07**
- telaio esterno	20.91.753	06.18.21.800	**2263,06**
- revisione totale gomito elettrico	20.91.755	06.18.21.803	**99,88**
Cavi motore e micro per gomito elettrico	---	06.18.21.804	**142,80**
Avambraccio completo per protesi di braccio	20.91.756	06.18.21.806	**709,51**
Invasatura completa per braccio su modello di gesso negativo e positivo	20.91.757	06.18.21.809	**849,67**
- adattamento	20.91.759	06.18.21.812	**102,31**
Bretellaggio completo semplice	20.91.761	06.18.21.813	**54,90**
Bretellaggio completo di filo con trazione per la flesso-estensione del gomito	20.91.763	06.18.21.814	**77,11**
Bretellaggio completo	20.91.764	06.18.21.815	**112,12**
Spalla:			
- articolazione a frizione	20.91.767	06.18.21.821	**386,10**
- revisione	20.91.769	06.18.21.824	**74,68**
- collegamento estetico gomito/spalla	20.91.771	06.18.21.827	**186,91**
- Invasatura su modello di gesso per patologie a livello della spalla	20.91.773	06.18.21.830	**1023,41**
Invasatura su modello di gesso per disarticolazione o amputazione interscapolar:			
- con articolazione passiva di spalla e spalline	---	06.18.21.831	**1145,19**
- con articolazione passiva dell'avambraccio	---	06.18.21.832	**1095,25**
Rivestimento interno totale in materiale anallergico	20.91.774	06.18.21.833	**95,29**
Batterie	20.91.779	06.18.21.836	**209,42**
- revisione batterie	20.91.783	06.18.21.839	**162,43**
- carica batterie	20.91.789	06.18.21.842	**218,87**
- revisione	20.91.791	06.18.21.845	**138,51**
Circuiti con due elettrodi comprensivi di amplifica-tore e pilotaggio:			
- elettrodo per amplificatore e pilotaggio incorporato per comando mioelettrico	20.91.795	06.18.21.851	**601,98**
- revisione	20.91.797	06.18.21.854	**327,33**
- parte terminale del circuito elettronico	20.91.799	06.18.21.857	**592,01**
- revisione	20.91.801	06.18.21.860	**247,07**
- cavi di collegamento con connettori	20.91.803	06.18.21.863	**65,44**
- gruppo di raccordo con interruttore e presa per ricarico batteria	20.91.805	06.18.21.866	**123,74**
Circuito comando elettronico:			
Cavi raccordo	---	06.18.21.869	**78,40**
Interruttore a trazione	---	06.18.21.872	**268,71**
Driver multicanale	---	06.18.21.875	**572,23**
Riparazione parziale driver multicanale	---	06.18.21.878	**247,07**
Porta spina coassiale	---	06.18.21.881	**99,57**
Spina coassiale	---	06.18.21.884	**128,03**
- macrointerruttore e microsensore per comando elettronico	20.91.819	06.18.21.887	**35,74**

NEW MEDICAL TREND SRL
OFFICINA ORTOPEDICA SANITARIA
VIA MONS A. FRANCO – 72021 FRANCAVILLA F.NA TEL/FAX 0831 842215
VIA S.GIOVANNI BOSCO, 149 – 72100 BRINDISI TEL/FAX 0831 260959
MAIL. Info@newmedicaltrend.it - web www.newmedicaltrend.it

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
Manipolatore elettrico:			
- completo	20.91.901	06.18.21.899	**3390,59**
- motoriduttore	20.91.903	06.18.21.900	**927,71**
- motore	20.91.905	06.18.21.901	**196,56**
- riduttore	20.91.907	06.18.21.902	**862,43**
- revisione	20.91.908	06.18.21.905	**99,88**
- bloccaggio con riduttore	20.91.909	06.18.21.908	**433,20**
- attacco rapido (parte mano)	20.91.911	06.18.21.911	**888,82**
Manipolatore:			
- parte terminale per circuito elettrico	---	06.18.21.912	**551,52**
- porta spina coassiale	---	06.18.21.913	**98,02**
- elementi di presa con semicopertura in gomma	---	06.18.21.914	**544,04**
- tutti i rivestimenti plastici	20.91.913	06.18.21.917	**263,03**
- telaio	20.91.915	06.18.21.920	**1085,39**
Mano:			
- Torretta	20.91.951	06.18.21.923	**112,17**
- copertura in plastica articolazione	20.91.953	06.18.21.926	**96,11**
- Mano elettromeccanica miniaturizzata per bambino (misura della mano inferiore a 170 mm. di circonferenza a livello delle teste metacarpali)	20.91.981	06.18.21.938	**5083,74**
Mano elettrica per bambino:			
- parte terminale circuito elettrico	---	06.18.21.941	**943,82**
- riparazione parziale parte terminale circuito elettrico	---	06.18.21.944	**494,30**

NEW MEDICAL TREND SRL
OFFICINA ORTOPEDICA SANITARIA
VIA MONS A. FRANCO – 72021 FRANCAVILLA F.NA TEL/FAX 0831 842215
VIA S.GIOVANNI BOSCO, 149 – 72100 BRINDISI TEL/FAX 0831 260959
MAIL. Info@newmedicaltrend.it - web www.newmedicaltrend.it

PROTESI DI ARTO INFERIORE	
FAMIGLIE DEL NOMENCLATORE-TARIFFARIO D.M. 28/12/92	**CLASSI DEL NUOVO NOMENCLATORE Classificazione a norma ISO**
19 - Protesi di arto inferiore	**06 24 Protesi di arto inferiore** Una protesi di arto inferiore è un insieme di componenti compatibili abitualmente pro-dotti da un singolo produttore che possono essere integrati con qualsiasi componente prodotto individualmente per offrire una gamma di protesi degli arti inferiori differente. Gli elementi individuali ed i componenti principali possono essere classificati in base alla seguente classificazione. 06 24 03 Protesi parziali di piede, inclusa protesi del dito 06 24 06 Protesi per disarticolazione di caviglia 06 24 09 Protesi transtibiali (per amputa-zione sotto il ginocchio) 06 24 12 Protesi per disarticolazione del ginocchio 06 24 15 Protesi transfemorali (per am-putazione sopra il ginocchio) 06 24 18 Protesi per disarticolazione del-l'anca 06 24 21 Protesi per emipelvectomia
16.21.031 Estetizzazione del polpaccio	**06 27 Protesi cosmetiche e non funzionali di arto inferiore inclusi riempitivi per coscia e polpaccio**

NORME TECNICHE	
pr EN 12182	**Ausili tecnici per disabili e requisiti generali e metodi di prova**
ISO 8549-1, -2	**VOCABOLARIO**
ISO 10328-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8	**Prove strutturali sulle protesi dell'arto inferiore**

NEW MEDICAL TREND SRL
OFFICINA ORTOPEDICA SANITARIA
VIA MONS A. FRANCO – 72021 FRANCAVILLA F.NA TEL/FAX 0831 842215
VIA S.GIOVANNI BOSCO, 149 – 72100 BRINDISI TEL/FAX 0831 260959
MAIL. Info@newmedicaltrend.it - web www.newmedicaltrend.it

PROTESI DI ARTO INFERIORE ISO 06.24

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
L'applicazione e la fornitura di questi ausili è fatta del tecnico ortopedico abilitato. Le protesi di arto inferiore si suddividono in: TRADIZIONALI: PROVVISORIE (transtibiale) DEFINITIVE(piede, transtibiale, transfemorale, patologie congenite o acquisite) MODULARI: PROVVISORIE (transtibiale, transfemorale) DEFINITIVE (transtibiale, ginocchio, transfemorale, anca, patologie congenite o acquisite) Vengono identificate a seconda del livello di amputazione o di patologia congenita o acquisita partendo dall'estremità distale dell'arto. La protesi tradizionale è caratterizzata da una struttura portante rigida e da eventuali elementi articolari. La protesi modulare è caratterizzata da una struttura scheletrica portante, e da eventuali elementi articolari, rivestita da una estetizzazione in espanso elastico. Il piede artificiale base può essere: RIGIDO (senza articolazione malleolare) E' costituito da: - cuneo calcaneare elastico - anima interna di supporto (fino alla zona di flessione dell'avampiede - suola a rivestimento dell'anima, in materiale elastico, fino alla misura del piede. ARTICOLATO (con articolazione malleolare) E' costituito da: - snodo malleolare per movimento di flessione plantare dorsale - suola a rivestimento dell'anima, in materiale elastico, fino alla misura del piede - ammortizzatori elastici per l'articolazione malleolare. ARTICOLATO PLURIASSIALE E costituito da: - dispositivo articolare per movimento di flessione plantare-dorsale e di inversione-eversione - suola a rivestimento, in materiale elastico fino alla misura del piede.			

N.B.: le tariffe non sono comprensive di calzatura.

NEW MEDICAL TREND SRL
OFFICINA ORTOPEDICA SANITARIA
VIA MONS A. FRANCO – 72021 FRANCAVILLA F.NA TEL/FAX 0831 842215
VIA S.GIOVANNI BOSCO, 149 – 72100 BRINDISI TEL/FAX 0831 260959
MAIL. Info@newmedicaltrend.it - web www.newmedicaltrend.it

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
• **PROTESI PARZIALE DI PIEDE** E' costituita da una invasatura realizzata su misura del paziente attraverso il rilievo del calco gessato negativo e positivo. Ha struttura portante rigida. Possono essere solo del tipo tradizionale definitivo:		**06.24.03**	
- con piede rigido senza gambale	19.20.700	06.24.03.003	**478,50**
- con piede rigido con rialzo oltre i 2 cm., senza gambale	19.20.701	06.24.03.006	**513,05**
- per amputazioni Lisfranc e/o Chopart con piede rigido	19.20.800	06.24.03.009	**529,68**
• **PROTESI PER DISARTICOLAZIONE DI CAVIGLIA** E' costituita da una invasatura realizzata su misura del paziente attraverso il rilievo del calco gessato negativo e positivo. Ha struttura portante rigida. Possono essere solo del tipo tradizionale definitivo:		**06.24.06**	
- per amputazione Pirogoff e Syme con piede rigido	19.21.800	06.24.06.003	**746,75**
- per amputazione Pirogoff e Syme con piede articolato	19.21.900	06.24.06.006	**804,54**

NEW MEDICAL TREND SRL
OFFICINA ORTOPEDICA SANITARIA
VIA MONS A. FRANCO – 72021 FRANCAVILLA F.NA TEL/FAX 0831 842215
VIA S.GIOVANNI BOSCO, 149 – 72100 BRINDISI TEL/FAX 0831 260959
MAIL. Info@newmedicaltrend.it - web www.newmedicaltrend.it

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
• **PROTESI TRANSTIBIALI (per amputazione sotto il ginocchio, ex amputazione di gamba)**		**06.24.09**	
PROTESI TRADIZIONALI PROVVISORIA PER AMPUTAZIONE TRANSTI-BIALE E' costituita da: - invasatura regolabile in circonferenza applicata a telaio in materiale sintetico o metallico protetto antiossidazione, adattato sul paziente, con allacciatura soprarotuela, o cosciale con allacciature e aste articolate al ginocchio, con piede rigido.			
Con allacciatura soprarotulea: - con piede rigido	19.01.800	06.24.09.003	**630,49**
Con cosciale articolato con allacciature: - con piede rigido	19.02.800	06.24.09.006	**946,67**
DEFINITIVA PER AMPUTAZIONE TRANSTIBIA-LE E' costituita da una invasatura realizzata su misura del paziente, su calco gessato negativo e positivo, piede rigido e estetizzazione esterna. Le tariffe non sono comprensive della calzatura ortopedica.			
Con invasatura ad appoggio totale, con cuffia in materiale morbido, con coscialino: - con piede rigido	19.22.800	06.24.09.012	**834,85**
Con invasatura ad appoggio totale, con cuffia in materiale morbido, con cosciale articolato con allacciature: - con piede rigido	19.23.800	06.24.09.015	**1141,42**
Con cosciale articolato con allacciature: - con piede rigido	19.24.800	06.24.09.018	**1030,49**
Con cosciale articolato alto fino alla radice della coscia con allacciature: - con piede rigido	19.25.800	06.24.09.021	**1152,27**
Per ginocchio fisso, con cosciale alto fino alla radice della coscia con calotta di appoggio e protezione del ginocchio: - con piede rigido	19.26.800	06.24.09.024	**1252,10**

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
PROTESI MODULARI TEMPORANEA PER AMPUTAZIONE TRANS-TIBIALE E' costituita da invasatura adattabile, con o senza allacciature, applicata sulla stessa struttura tubolare usata nella definitiva. La protesi garantisce all'amputato di adottare, fin dai primi passi, caratteristiche deambulatorie statiche e dinamiche, che verranno conservate nelle successive protesi definitive. Per queste protesi valgono le specifiche e gli aggiuntivi delle protesi definitive, è prevista una estetizzazione standard e la calza di rivestimento. NOTA: successivamente alla fornitura della prima protesi definitiva, la protesi temporanea potrà essere a sua volta trasformata in protesi definitiva con la sostituzione dell'invasatura, l'aggiunta dell'estetizzazione in espanso elastico su misura e della calza. - con piede rigido	---	06.24.09.063	**912,53**
PROTESI MODULARE DEFINITIVA PER AMPUTAZIONE TRANSTIBIALE E' costituita da una invasatura realizzata su calco di gesso negativo e positivo, struttura tubolare con alcuni moduli di articolazione e collegamento, dispositivo di allineamento, piede, estetizzazione in espanso elastico in un solo pezzo, calza di rivestimento. Per amputazione transtibiale con invasatura ad appoggio totale con cuffia in materiale morbido: - con piede rigido	19.50.800	06.24.09.072	**1162,18**
PROTESI TRANSTIBIALE PER PATOLOGIE CONGENITE O ACQUISITE TRADIZIONALI PER PATOLOGIE CONGENITE O ACQUISITE E' costituita da una invasatura realizzata su calco di gesso negativo e positivo, piede e struttura portante con estetizzazione esterna rigida ed eventuali elementi articolari. Viene costruita per i seguenti livelli di appoggio e di presa: - appoggio al piede - appoggio tibiale - appoggio ischiatico - presa di bacino			

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
Con appoggio al piede: - con piede rigido	19.45.700	06.24.09.033	**1159,45**
Con appoggio tibiale - con piede rigido	19.45.800	06.24.09.036	**1211,25**
Con appoggio tibiale e cosciale articolato - con piede rigido	19.46.800	06.24.09.039	**1458,58**
PROTESI PER DISARTICOLAZIONE DI GINOCCHIO		**06.24.12**	
PROTESI MODULARE DEFINITIVA E' costituita da una invasatura realizzata su calco di gesso negativo e positivo, struttura tubolare con alcuni moduli di articolazione e collegamento, dispositivo di allineamento, piede, estetizzazione in espanso elastico in un solo pezzo, calza di rivestimento. Con piede rigido	19.51.800	06.24.12.003	**2013,92**
• **PROTESI TRANSFEMORALI (per amputazione sopra il ginocchio, ex amputazione di coscia)**		**06.24.15**	
TRADIZIONALI DEFINITIVE E' costituita da una invasatura realizzata su misura del paziente o calco di gesso negativo e positivo, piede, gambale, articolazione del ginocchio di tipo monoasse ed estetizzazione esterna rigida.			
PER AMPUTAZIONE DI COSCIA CON ARTICOLAZIONE LIBERA AL GINOCCHIO TIPO MONOASSE **Con cintura e bretelle o bretellaggio:** - con piede rigido	19.36.800	06.24.15.003	**1237,79**
A tenuta pneumatica: - con piede rigido	19.39.800	06.24.15.006	**1239,08**
A tenuta pneumatica con invasatura ad aderenza totale: - con piede rigido	19.40.800	06.24.15.009	**1255,71**

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
MODULARE O SCHELETRICA MODULARE TEMPORANEA E' costituita da invasatura a cosciale adattabile, con o senza allacciature, applicata sulla stessa struttura tubolare usata nella definitiva. La protesi garantisce all'amputato di adottare, fin dai primi passi, caratteristiche deambulatorie statiche e dinamiche, che verranno conservate nelle successive protesi definitive. Per questa protesi valgono le specifiche e gli aggiuntivi delle protesi definitive, è prevista una estetizzazione standard e la calza di rivestimento. NOTA: successivamente alla fornitura della prima protesi definitiva, la protesi temporanea potrà essere a sua volta trasformata in protesi definitiva con la sostituzione dell'invasatura, l'aggiunta dell'estetizzazione in espanso elastico su misura e della calza.			
Per amputazione di coscia: - con piede rigido	19.50.600	06.24.15.021	**1128,87**
MODULARE DEFINITIVA E' costituita da una invasatura realizzata su calco di gesso negativo e positivo, struttura tubolare con alcuni moduli di articolazione e collegamento, dispositivo di allineamento, piede, estetizzazione in espanso elastico in un solo pezzo, calza di rivestimento.			
Per amputazione di coscia con invasatura ad aderenza totale, articolazione monoasse libera al ginocchio: - con piede rigido	19.52.800	06.24.15.030	**1754,82**
PROTESI TRANSFEMORALE PER PATOLOGIE CONGENITE O ACQUISITE			
TRADIZIONALE DEFINITIVA PER PATOLOGIE CONGENITE O ACQUISITE E' costituita da una invasatura realizzata su calco di gesso negativo e positivo, piede e struttura portante con estetizzazione esterna rigida ed eventuali elementi articolari.			
Con appoggio ischiatico, rigida al ginocchio: - con piede rigido	19.47.800	06.24.15.042	**1260,10**
Con appoggio ischiatico, articolata al ginocchio: - con piede rigido	19.48.800	06.24.15.045	**1449,90**

NEW MEDICAL TREND SRL
OFFICINA ORTOPEDICA SANITARIA
VIA MONS A. FRANCO – 72021 FRANCAVILLA F.NA TEL/FAX 0831 842215
VIA S.GIOVANNI BOSCO, 149 – 72100 BRINDISI TEL/FAX 0831 260959
MAIL. Info@newmedicaltrend.it - web www.newmedicaltrend.it

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
MODULARE DEFINITIVA PER PATOLOGIE CONGENITE O ACQUISITE			
Con appoggio ischiatico rigida al ginocchio:			
- con piede rigido	19.60.800	06.24.15.051	**1442,26**
Con appoggio ischiatico articolata al ginocchio tipo monoasse:			
- con piede rigido	19.61.800	06.24.15.054	**1792,83**
• **PROTESI PER DISARTICOLAZIONE D'ANCA, EMIPELVECTOMIA**		**06.24.21**	
MODULARE DEFINITIVA E' costituita da una invasatura realizzata su calco di gesso negativo e positivo, struttura tubolare con alcuni moduli di articolazione e collegamento, dispositivo di allineamento, piede, estetizzazione in espanso elastico in un solo pezzo, calza di rivestimento. **Per disarticolazione d'anca ed emipelvectomia con presa di bacino di plastica, articolazione libera all'anca ed al ginocchio tipo monoasse:**			
- con piede rigido	19.55.800	06.24.21.003	**2470,42**
PROTESI D'ANCA PER PATOLOGIE CONGE-NITE O ACQUISITE			
MODULARE DEFINITIVA E' costituita da una invasatura realizzata su calco di gesso negativo e positivo, struttura tubolare con alcuni moduli di articolazione e collegamento, dispositivo di allineamento, piede, estetizzazione in espanso elastico in un solo pezzo e calza di rivestimento.			
Con presa di bacino, con articolazione libera all'anca ed al ginocchio, tipo monoasse:			
- con piede rigido	19.62.800	06.24.21.009	**2503,73**
AGGIUNTIVI PER PROTESI TRADIZIONALI			
Fino al livello transtibiale			
Appoggio ischiatico	19.85.001	06.24.21.103	**359,92**
Bloccaggio dell'articolazione delle aste	19.85.003	06.24.21.106	**259,73**
Piede articolato	---	06.24.21.107	**77,68**
Rotatore	19.85.005	06.24.21.109	**123,02**
Estetizzazione in espanso elastico	19.85.007	06.24.21.112	**98,44**
Estetizzazione anatomica (solo per donna)	19.85.008	06.24.21.115	**104,89**
Trazione elastica anteriore:			
- semplice	19.85.009	06.24.21.118	**37,91**
- biforcata	19.85.011	06.24.21.121	**37,91**

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
Maggiorazione per cuffia in silicone	19.85.013	06.24.21.124	**62,34**
Maggiorazione per cuffia in gomma espansa	19.85.015	06.24.21.127	**40,03**
Cuffia di scorta, realizzata sul calco di gesso negativo e positivo preesistente, in:			
- materiale morbido	19.85.017	06.24.21.130	**96,99**
- gomma espansa	19.85.019	06.24.21.133	**139,55**
- silicone	19.85.021	06.24.21.136	**167,23**
Rivestimento, in pelle, del piede (solo per donna)	19.85.023	06.24.21.139	**52,06**
Maggiorazione per protesi da bagno (anche in acqua marina)	19.85.025	06.24.21.142	**230,80**
Fino al livello transfemorale			
Bretella doppia di sospensione	19.85.053	06.24.21.163	**93,58**
Bretella semplice di sospensione	19.85.055	06.24.21.166	**48,03**
Cintura con attacchi	19.85.057	06.24.21.169	**101,12**
Corsetto armato modellato	19.85.059	06.24.21.172	**124,41**
Fascia addominale modellata	19.85.061	06.24.21.175	**116,20**
Appoggio terminale in silicone	19.85.075	06.24.21.178	**80,31**
Articolazione addizionale sbloccabile al cosciale/ invasatura, per protesi con moncone corto	19.85.101	06.24.21.184	**308,07**
Per ginocchio:			
- con bloccaggio manuale	19.85.103	06.24.21.187	**171,31**
- con freno automatico	19.85.105	06.24.21.190	**281,21**
- con frizione	19.85.107	06.24.21.193	**246,09**
- policentrico	19.85.113	06.24.21.196	**215,36**
Mutandina per protesi per moncone corto	19.85.115	06.24.21.199	**124,52**
Piede articolato pluriassiale	19.85.117	06.24.21.202	**134,43**
Rotatore	19.85.119	06.24.21.205	**129,63**
Estetizzazione in espanso elastico	19.85.121	06.24.21.208	**132,63**
Estetizzazione anatomica (solo per donna)	19.85.123	06.24.21.211	**139,91**
Articolazione coxofemorale, con cintura	19.85.125	06.24.21.214	**163,56**
Anello in silicone, con appoggio ischiatico (per sola invasatura ad aderenza totale)	19.85.127	06.24.21.217	**130,20**
Rivestimento totale con appoggio terminale, in silicone (per sola invasatura ad aderenza totale)	19.85.129	06.24.21.220	**180,40**
Sospensione diagonale tipo Silesian	19.85.133	06.24.21.223	**69,31**
Rivestimento in pelle del piede (solo per donna)	19.85.135	06.24.21.226	**60,43**
Trazione elastica anteriore	19.85.137	06.24.21.229	**51,18**
Maggiorazione per protesi da bagno (anche in acqua marina)	19.85.139	06.24.21.232	**360,07**
Articolazione coxofemorale con presa di bacino modellata	19.85.191	06.24.21.235	**294,07**

NEW MEDICAL TREND SRL
OFFICINA ORTOPEDICA SANITARIA
VIA MONS A. FRANCO – 72021 FRANCAVILLA F.NA TEL/FAX 0831 842215
VIA S.GIOVANNI BOSCO, 149 – 72100 BRINDISI TEL/FAX 0831 260959
MAIL. Info@newmedicaltrend.it - web www.newmedicaltrend.it

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
AGGIUNTIVI PER PROTESI MODULARI			
NOTA:la disposizione degli aggiuntivi è sequenziale:piede, gamba, ginocchio, coscia, anca.			
FINO AL LIVELLO TRANSTIBIALE			
Rotatore	19.85.201	06.24.21.253	**240,67**
Cuffia in silicone	19.85.203	06.24.21.256	**62,34**
Appoggio terminale in silicone	19.85.205	06.24.21.259	**113,83**
Cinturino soprarotuleo	19.85.207	06.24.21.262	**45,04**
Piede articolato	19.85.209	06.24.21.265	**84,34**
Struttura tubolare in lega leggera ad alta resistenza e relativi moduli in titanio	19.85.213	06.24.21.268	**405,16**
Struttura tubolare e relativi moduli in polimeri rinforzati con fibre ad alta resistenza (carbonio, poliaramidiche)	19.85.215	06.24.21.271	**547,86**
Invasatura tipo flessibile con telaio di sostegno aperto	19.85.217	06.24.21.274	**532,88**
Piede articolato pluriassiale	19.85.211	06.24.21.277	**132,37**
Estetizzazione anatomica di gamba (solo per donna)	19.85.219	06.24.21.280	**107,32**
Cuffia in gomma espansa	19.85.221	06.24.21.283	**40,03**
NOTA: per le cuffie di scorta si possono utilizzare gli aggiuntivi previsti per le protesi tradizionali.			
FINO AL LIVELLO TRANSFEMORALE, compresa la disarticolazione di ginocchio			
Appoggio ischiatico (solo per disarticolazione di ginocchio)	19.85.250	06.24.21.292	**193,46**
Cuffia in silicone (solo per disarticolazione di ginocchio)	19.85.255	06.24.21.295	**174,87**
Variazione per ginocchio per disarticolato di ginocchio:			
- in acciaio o lega leggera	---	06.24.21.298	**472,09**
- in lega di titanio	---	06.24.21.301	**798,24**
- in fibra ad alta resistenza (carbonio o poliaramidiche)	---	06.24.21.304	**1723,00**
Articolazione addizionale per protesi con moncone corto	19.85.301	06.24.21.307	**535,15**
Valvola di scorta	19.85.302	06.24.21.310	**10,85**
Variazione per ginocchio:			
- con bloccaggio manuale	19.85.303	06.24.21.313	**86,04**
- con freno automatico	19.85.305	06.24.21.316	**103,96**
- policentrico	19.85.313	06.24.21.319	**206,48**
- idraulico o pneumatico	19.95.314	06.24.21.322	**867,34**
Mutandine per protesi per moncone corto	19.85.315	06.24.21.325	**110,78**
Invasatura a contenimento ischiatico	---	06.24.21.328	**415,28**
Articolazione coxofemorale	19.85.321	06.24.21.331	**283,38**
Articolazione coxofemorale con presa di bacino modellata, con esclusione del codice 19.62.800 (06.24.21.009)	19.85.323	06.24.21.334	**437,54**
Anello in silicone con appoggio ischiatico, per sola invasatura ad aderenza totale	19.85.325	06.24.21.337	**101,23**
Rivestimento totale con appoggio terminale in silicone, per sola invasatura ad aderenza totale	19.85.327	06.24.21.340	**198,16**
Appoggio terminale in silicone	19.85.328	06.24.21.343	**113,83**
Struttura tubolare in lega leggera ad alta resistenza con moduli di collegamento e articolazione libera al ginocchio in lega di titanio	19.85.331	06.24.21.346	**466,72**

NEW MEDICAL TREND SRL
OFFICINA ORTOPEDICA SANITARIA
VIA MONS A. FRANCO – 72021 FRANCAVILLA F.NA TEL/FAX 0831 842215
VIA S.GIOVANNI BOSCO, 149 – 72100 BRINDISI TEL/FAX 0831 260959
MAIL. Info@newmedicaltrend.it - web www.newmedicaltrend.it

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
Variazione per ginocchio in lega di titanio:			
- con bloccaggio manuale	19.85.333	06.24.21.349	**307,34**
- con freno automatico	19.85.335	06.24.21.352	**498,64**
- policentrico	19.85.337	06.24.21.355	**593,98**
- idraulico o pneumatico	19.85.339	06.24.21.358	**1069,17**
Struttura tubolare, con moduli di collegamento e articolazione libera al ginocchio in fibre ad alta resistenza (carbonio, poliaramidiche)	19.85.341	06.24.21.361	**712,19**
Variazione per ginocchio in fibre ad alta resistenza (carbonio, poliaramidiche):			
- con bloccaggio manuale	19.85.342	06.24.21.364	**986,79**
- con freno automatico	19.85.343	06.24.21.367	**944,44**
- idraulico o pneumatico	19.85.344	06.24.21.370	**1665,32**
Invasatura tipo flessibile con telaio di sostegno aperto	19.85.345	06.24.21.373	**673,67**
Estetizzazione anatomica di gamba, ginocchio e coscia (solo per donna)	19.85.346	06.24.21.376	**139,91**
Variazione per ginocchio polifunzionale il lega di titanio, in fibre ad alta resistenza, in leghe leggere ad alta resistenza (Ergal, Certal, ecc.):			
- Policentrico associato a dispositivo idraulico o pneumatico	---	06.24.21.379	**1525,10**
- con freno automatico associato a dispositivo idraulico o pneumatico	---	06.24.21.382	**1720,27**
Anca ed emipelvectomia			
Articolazione dell'anca, regolabile in abduzione e flesso estensione, in acciaio	19.85.347	06.24.21.403	**411,51**
Bloccaggio all'anca	19.85.351	06.24.21.406	**136,09**
Bretella doppia di sospensione	19.85.353	06.24.21.409	**74,73**
Appoggio terminale in silicone	19.85.371	06.24.21.412	**196,77**
Appoggio sulle creste iliache e sacrale, in materiale morbido	19.85.373	06.24.21.415	**98,90**
Struttura tubolare, con moduli di collegamento e articolazioni in:			
- lega di titanio	19.85.375	06.24.21.418	**995,32**
RIPARAZIONI			
Per protesi tradizionale			
PIEDE			
Smontaggio e rimontaggio	19.90.001	06.24.09.503	**31,61**
Rigido, senza perno filettato di fissaggio	19.91.001	06.24.09.506	**95,96**
Rigido con parte malleolare	19.91.003	06.24.09.509	**161,60**
Articolato, senza snodo malleolare	19.91.005	06.24.09.512	**86,04**
Articolato con parte malleolare, snodo, ammortizzatore e guarnizioni	19.91.007	06.24.09.515	**150,55**
Articolato pluriassiale	19.91.009	06.24.09.518	**114,19**
Articolato pluriassiale con parte malleolare	19.91.011	06.24.09.521	**265,51**
Ammortizzatore anteriore	19.91.013	06.24.09.524	**3,46**
Ammortizzatore posteriore	19.91.015	06.24.09.527	**1,70**
Ammortizzatore a culla per articolazione pluriassiale	19.91.017	06.24.09.530	**11,72**
Cuneo calcaneare	19.91.019	06.24.09.533	**63,99**
Guarnizione per articolazione malleolare	19.91.021	06.24.09.536	**20,71**
Perno filettato di fissaggio per piede rigido	19.91.023	06.24.09.539	**7,28**
Rivestimento totale	19.91.025	06.24.09.542	**73,80**
Rivestimento dell'articolazione malleolare anterio-re e posteriore	19.91.027	06.24.09.545	**28,66**
Snodo malleolare	19.91.029	06.24.09.548	**22,10**
Snodo malleolare pluriassiale	19.91.031	06.24.09.551	**78,40**
Suoletta con avampiede	19.91.033	06.24.09.554	**55,16**

NEW MEDICAL TREND SRL
OFFICINA ORTOPEDICA SANITARIA
VIA MONS A. FRANCO – 72021 FRANCAVILLA F.NA TEL/FAX 0831 842215
VIA S.GIOVANNI BOSCO, 149 – 72100 BRINDISI TEL/FAX 0831 260959
MAIL. Info@newmedicaltrend.it - web www.newmedicaltrend.it

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
TRANSMETATARSALE E DI GAMBA (TRANSTIBIALE)			
Smontaggio e rimontaggio articolazione del ginocchio	19.90.101	06.24.09.563	**43,28**
Adattamento invasatura	19.91.101	06.24.09.566	**91,98**
Allacciatura:			
- elemento mobile o fisso	19.91.103	06.24.09.569	**16,01**
Asta articolata con cuscinetto a sfere	19.91.115	06.24.09.584	**179,31**
- parte inferiore	19.91.117	06.24.09.587	**98,69**
- parte superiore	19.91.119	06.24.09.590	**115,32**
- cuscinetto a sfere e vite	19.91.121	06.24.09.593	**17,56**
- bloccaggio a ponte dell'articolazione del ginocchio	19.91.123	06.24.09.596	**182,26**
- revisione	19.91.125	06.24.09.599	**33,31**
Bretella di sospensione	19.91.127	06.24.09.602	**42,76**
Attacco con fibbia	19.91.131	06.24.09.605	**11,41**
Cinghia	19.91.133	06.24.09.608	**10,54**
Copriarticolazione	19.91.135	06.24.09.611	**11,47**
Copriasta e articolazione	19.91.137	06.24.09.614	**15,70**
Cosciale:			
- con allacciature senza aste	19.91.141	06.24.09.617	**149,57**
- fino alla radice della coscia con allacciature senza aste	19.91.143	06.24.09.620	**190,11**
- con appoggio ischiatico con allacciature senza aste	19.91.145	06.24.09.623	**256,63**
Coscialino per invasatura ad appoggio totale	19.91.147	06.24.09.625	**36,20**
Cuffia per protesi ad appoggio totale su calco di gesso:			
- in materiale morbido	19.91.148	06.24.09.628	**207,82**
- in gomma espansa	19.91.149	06.24.09.631	**247,85**
- in silicone	19.91.150	06.24.09.634	**263,50**
Estetizzazione in espanso elastico, solo in caso di sostituzione dell'invasatura	19.91.151	06.24.09.637	**98,44**
Estetizzazione anatomica (solo per donna), solo in caso di sostituzione dell'invasatura	19.91.152	06.24.09.640	**104,89**
Invasatura su calco di gesso negativo e positivo:			
- normale	19.91.153	06.24.09.643	**341,17**
- con cuffia per protesi ad appoggio totale	19.91.155	06.24.09.646	**434,24**
- con parte malleolare e ristilizzazione del gambale, senza laminazione	19.91.157	06.24.09.649	**459,29**
- per deformità, con appoggio tibiale e ristilizzazione, senza laminazione	19.91.159	06.24.09.652	**409,71**
Laminazione in resina del gambale	19.91.161	06.24.09.655	**135,05**
Limitatore di estensione dell'articolazione del ginocchio	19.91.163	06.24.09.658	**29,02**
Parte malleolare con ristilizzazione del gambale senza laminazione	19.91.167	06.24.09.661	**135,47**
Riadattamento del cosciale e relative aste	19.91.169	06.24.09.664	**70,96**

NEW MEDICAL TREND SRL
OFFICINA ORTOPEDICA SANITARIA
VIA MONS A. FRANCO – 72021 FRANCAVILLA F.NA TEL/FAX 0831 842215
VIA S.GIOVANNI BOSCO, 149 – 72100 BRINDISI TEL/FAX 0831 260959
MAIL. Info@newmedicaltrend.it - web www.newmedicaltrend.it

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
Sospensione a cinghia	19.91.175	06.24.09.673	**36,36**
Trazione elastica anteriore:			
- semplice	19.91.177	06.24.09.676	**29,85**
- biforcata	19.91.179	06.24.09.679	**36,36**
Verniciatura interna	19.91.181	06.24.09.682	**76,18**
COSCIA (TRANSFEMORALE)			
Smontaggio e rimontaggio cosciale	19.90.201	06.24.15.503	**33,31**
Adattamento invasatura	19.91.201	06.24.15.506	**91,98**
Attacchi per bretella doppia	19.91.211	06.24.15.509	**16,22**
Bottone con piastrina per sospensione laterale	19.91.213	06.24.15.512	**23,09**
Bretella di sospensione:			
- semplice	19.91.215	06.24.15.515	**34,60**
- doppia	19.91.217	06.24.15.518	**46,64**
Carrucola con piastrina per trazione	19.91.219	06.24.15.521	**27,42**
Cinghia per sospensione laterale	19.91.221	06.24.15.524	**18,95**
Cintura:			
- bassa cm. 4 o più	19.91.223	06.24.15.527	**45,86**
- alta cm. 8 o più	19.91.225	06.24.15.530	**89,92**
Corsetto armato modellato di sospensione	19.91.227	06.24.15.533	**118,32**
Cuscinetto posteriore di protezione indumenti	19.91.229	06.24.15.536	**25,20**
Estetizzazione in espanso elastico	19.91.231	06.24.15.539	**132,63**
Estetizzazione anatomica (solo per donna)	19.91.232	06.24.15.542	**133,19**
Fascia addominale modellata:			
- cm. 12 o più	19.91.233	06.24.15.545	**107,06**
- per protesi bilaterale	19.91.235	06.24.15.548	**125,14**
Fodera cosciale	19.91.237	06.24.15.551	**77,26**
Ginocchio completo di polpaccio, con meccanismo:			
- di bloccaggio	19.91.245	06.24.15.563	**401,29**
- revisione	19.91.247	06.24.15.566	**66,57**
- a freno automatico	19.91.249	06.24.15.569	**477,77**
- revisione	19.91.251	06.24.15.572	**66,57**
- a frizione	19.91.253	06.24.15.575	**442,71**
- revisione	19.91.255	06.24.15.578	**66,57**
- monoasse	19.91.261	06.24.15.581	**257,51**
- revisione	19.91.263	06.24.15.584	**49,94**
- policentrico	19.91.269	06.24.15.587	**411,98**
- revisione	19.91.271	06.24.15.590	**66,57**
Invasatura con ristilizzazione del cosciale senza laminazione su calco di gesso:			
- tipo tradizionale	19.91.281	06.24.15.593	**384,04**
- tipo a tenuta pneumatica	19.91.283	06.24.15.596	**521,93**
- tipo ad aderenza totale	19.91.285	06.24.15.599	**521,93**
- per deformità con appoggio ischiatico	19.91.287	06.24.15.602	**533,86**
Laminazione di resina:			
- cosciale	19.91.289	06.24.15.605	**158,60**
- gambale	19.91.291	06.24.15.608	**128,18**

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
Mutandina per moncone corto	19.91.293	06.24.15.611	**121,47**
Parte malleolare con ristilizzazione del gambale, senza laminazione	19.91.295	06.24.15.614	**134,28**
Piastrina con levetta per comando arresto	19.91.297	06.24.15.617	**36,51**
Riduzione volumetrica dell'invasatura con laminazione interna	19.91.298	06.24.15.620	**129,99**
Rinforzo al cosciale con ricopertura parziale di resina	19.91.299	06.24.15.623	**80,72**
Rinforzo al gambale con ricopertura parziale di resina	19.91.301	06.24.15.626	**80,72**
Stilizzazione:			
- cosciale	19.91.307	06.24.15.635	**110,52**
- gambale	19.91.309	06.24.15.638	**110,52**
Tirante per comando arresto	19.91.311	06.24.15.641	**9,19**
Trazione per carrucola	19.91.313	06.24.15.644	**16,11**
Trazione elastica anteriore	19.91.315	06.24.15.647	**32,85**
Valvola con sede ad anello, montata	19.91.317	06.24.15.650	**31,61**
- valvola per detta	19.91.319	06.24.15.653	**8,06**
Verniciatura interna del cosciale	19.91.321	06.24.15.658	**75,35**
ANCA			
Smontaggio e rimontaggio della presa di bacino	19.90.401	06.24.18.503	**41,63**
Allacciatura per presa di bacino:			
- elemento mobile o fisso	19.91.401	06.24.18.506	**16,01**
Articolazione all'anca libera	19.91.405	06.24.18.509	**272,79**
- con bloccaggio	19.91.409	06.24.18.512	**293,09**
Presa di bacino su calco di gesso negativo e positivo:			
- senza articolazione	19.91.429	06.24.18.515	**610,87**
- adattamento	19.91.441	06.24.18.518	**91,98**
Appoggio terminale in materiale morbido	19.91.445	06.24.18.524	**178,90**
Per protesi modulare (scheletrica)			
PIEDE			
Smontaggio e rimontaggio	19.90.501	06.24.21.503	**38,32**
Rigido	19.91.501	06.24.21.506	**109,28**
Articolato	19.91.505	06.24.21.509	**137,48**
Attacco:			
- per piede rigido	19.91.511	06.24.21.512	**79,07**
- per piede articolato	19.91.513	06.24.21.515	**139,55**
- per piede articolato pluriassiale	19.91.515	06.24.21.518	**140,06**
Ammortizzatore:			
- posteriore	19.91.517	06.24.21.521	**5,84**
- a culla per articolazione pluriassiale	19.91.519	06.24.21.524	**17,09**
Cuneo calcaneare	19.91.521	06.24.21.527	**27,37**
Perno filettato per piede rigido	19.91.523	06.24.21.530	**7,80**

NEW MEDICAL TREND SRL
OFFICINA ORTOPEDICA SANITARIA
VIA MONS A. FRANCO – 72021 FRANCAVILLA F.NA TEL/FAX 0831 842215
VIA S.GIOVANNI BOSCO, 149 – 72100 BRINDISI TEL/FAX 0831 260959
MAIL. Info@newmedicaltrend.it - web www.newmedicaltrend.it

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
GAMBA			
Smontaggio e rimontaggio	19.90.601	06.24.21.563	**41,63**
Attacco:			
- di collegamento all'invasatura	19.91.601	06.24.21.566	**106,96**
- con regolatore	19.91.603	06.24.21.569	**162,22**
- con regolatore e tubo di collegamento	19.91.605	06.24.21.572	**187,84**
Base di collegamento all'invasatura	19.91.607	06.24.21.575	**259,98**
Calotta terminale per rivestimento in materiale morbido predisposta per:			
- piede rigido	19.91.609	06.24.21.578	**81,39**
- piede articolato	19.91.611	06.24.21.581	**77,78**
Calzamaglia di rivestimento	19.91.613	06.24.21.584	**40,96**
Coscialino per invasatura ad appoggio totale	19.91.615	06.24.21.587	**37,13**
Cuffia per protesi ad appoggio totale su calco di gesso:			
- in materiale morbido	19.91.616	06.24.21.590	**208,08**
- in gomma espansa	19.91.617	06.24.21.593	**247,85**
- in silicone	19.91.618	06.24.21.596	**259,62**
Invasatura ad appoggio totale con base di collegamento, il tutto laminato, su calco di gesso negativo e positivo	19.91.619	06.24.21.602	**433,62**
Invasatura flessibile, senza il telaio di sostegno	19.91.620	06.24.21.605	**414,82**
Pomello	19.91.621	06.24.21.608	**23,91**
Rivestimento in espanso elastico	19.91.623	06.24.21.611	**158,60**
Estetizzazione anatomica (solo per donna)	19.91.624	06.24.21.614	**105,05**
Rotatore	19.91.625	06.24.21.617	**320,15**
- revisione	19.91.627	06.24.21.620	**58,31**
Appoggio terminale in silicone	19.91.629	06.24.21.623	**56,86**
COSCIA E DISARTICOLAZIONE DI GINOCCHIO			
Smontaggio e rimontaggio del cosciale	19.90.701	06.24.21.656	**33,31**
Attacco:			
- di collegamento all'invasatura	19.91.701	06.24.21.659	**106,96**
- con regolatore	19.91.703	06.24.21.662	**162,22**
- con regolatore e tubo di collegamento	19.91.705	06.24.21.665	**179,99**
Base di collegamento all'invasatura	19.91.707	06.24.21.668	**255,75**
Calotta terminale per rivestimento in materiale morbido predisposto per:			
- piede rigido	19.91.709	06.24.21.671	**76,18**
- piede articolato	19.91.711	06.24.21.674	**77,68**
Calzamaglia di rivestimento	19.91.713	06.24.21.677	**40,18**
Ginocchio completo di appendici di attacco con meccanismo di:			
- bloccaggio	19.91.715	06.24.21.680	**353,05**
- freno automatico	19.91.719	06.24.21.683	**324,44**
- monoasse	19.91.731	06.24.21.686	**482,73**
- policentrico	19.91.739	06.24.21.689	**482,73**
- idraulico o pneumatico	19.91.743	06.24.21.692	**1143,59**
- revisione per ogni tipo di ginocchio	19.91.744	06.24.21.695	**66,57**
- disarticolazione di ginocchio	19.91.745	06.24.21.698	**593,41**
Invasatura con base di collegamento, il tutto laminato, su calco di gesso negativo e positivo:			
- a tenuta pneumatica	19.91.751	06.24.21.701	**517,18**
- ad aderenza totale	19.91.753	06.24.21.704	**517,18**
- per deformità congenita o acquisita	19.91.755	06.24.21.707	**611,33**

NEW MEDICAL TREND SRL
OFFICINA ORTOPEDICA SANITARIA
VIA MONS A. FRANCO – 72021 FRANCAVILLA F.NA TEL/FAX 0831 842215
VIA S.GIOVANNI BOSCO, 149 – 72100 BRINDISI TEL/FAX 0831 260959
MAIL. Info@newmedicaltrend.it - web www.newmedicaltrend.it

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
Rivestimento in espanso elastico	19.91.757	06.24.21.710	**264,22**
Estetizzazione anatomica (solo per donna)	19.91.758	06.24.21.713	**133,19**
Anello in tessuto per sospensione del rivestimento elastico	19.91.761	06.24.21.716	**71,01**
Anello in silicone, con appoggio ischiatico, per sola invasatura ad aderenza totale	19.91.763	06.24.21.719	**193,21**
Rivestimento totale con appoggio terminale, in silicone, per sola invasatura ad aderenza totale	19.91.765	06.24.21.722	**309,05**
Appoggio terminale in silicone	19.91.766	06.24.21.725	**113,83**
Riduzione volumetrica dell'invasatura, con laminazione interna	19.91.767	06.24.21.728	**129,99**
Ginocchio completo di appendici di attacco in lega di titanio:			
- monoasse	19.91.770	06.24.21.731	**574,56**
- revisione	19.91.771	06.24.21.734	**83,46**
- con bloccaggio manuale	19.91.772	06.24.21.737	**583,60**
- revisione	19.91.773	06.24.21.740	**83,82**
- con freno automatico	19.91.774	06.24.21.743	**774,89**
- revisione	19.91.775	06.24.21.746	**83,82**
- policentrico	19.91.776	06.24.21.749	**870,23**
- revisione	19.91.777	06.24.21.752	**96,42**
- idraulico o pneumatico	19.91.778	06.24.21.755	**1345,53**
- revisione	19.91.779	06.24.21.758	**149,15**
- disarticolazione di ginocchio	19.91.780	06.24.21.761	**1074,49**
- revisione	19.91.781	06.24.21.764	**184,27**
Valvola con sede ad anello	19.91.783	06.24.21.767	**32,15**
La sola valvola	19.91.785	06.24.21.770	**8,06**
Invasatura flessibile senza il telaio di sostegno	19.91.787	06.24.21.773	**519,81**
Valvola con sede ad anello per invasatura flessibile	19.91.789	06.24.21.776	**81,14**
Ginocchio in polimeri rinforzati:			
- struttura portante	19.91.791	06.24.21.779	**646,60**
- meccanismo interno monoasse libero	19.91.792	06.24.21.782	**431,91**
- meccanismo interno con bloccaggio manuale	19.91.793	06.24.21.785	**895,38**
- meccanismo interno con freno automatico	19.91.794	06.24.21.788	**1311,59**
- dispositivo pneumatico	19.91.795	06.24.21.791	**852,46**
- revisione	19.91.796	06.24.21.794	**166,45**

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
D'ANCA ED EMIPELVECTOMIA			
Smontaggio e rimontaggio della presa di bacino	19.90.801	06.24.21.827	**66,57**
Allacciatura per presa di bacino:			
- elemento mobile o fisso	19.91.801	06.24.21.830	**11,00**
Bloccaggio all'anca	19.91.805	06.24.21.833	**155,14**
- revisione	19.91.807	06.24.21.836	**54,33**
Articolazione all'anca	19.91.809	06.24.21.839	**513,20**
- revisione	19.91.811	06.24.21.842	**66,57**
- con bloccaggio	19.91.813	06.24.21.845	**568,46**
- revisione	19.91.815	06.24.21.848	**66,57**
Presa di bacino su calco di gesso negativo e positivo:			
- senza articolazione all'anca	19.91.819	06.24.21.851	**610,87**
- adattamento	19.91.821	06.24.21.854	**91,98**
Appoggio terminale in silicone	19.91.823	06.24.21.857	**178,90**
Articolazione dell'anca in lega di titanio	19.91.825	06.24.21.860	**982,71**
Revisione	19.91.826	06.24.21.863	**74,58**

N.B.: Per le riparazioni riguardanti i componenti al di sotto dei livelli in esame, si vedano le voci precedenti.
Per le riparazioni riguardanti le deformità congenite o acquisite, vedere, a seconda del livello di appoggio e presa, con l'arto interessato, la protesi corrispondente.

NEW MEDICAL TREND SRL
OFFICINA ORTOPEDICA SANITARIA
VIA MONS A. FRANCO – 72021 FRANCAVILLA F.NA TEL/FAX 0831 842215
VIA S.GIOVANNI BOSCO, 149 – 72100 BRINDISI TEL/FAX 0831 260959
MAIL. Info@newmedicaltrend.it - web www.newmedicaltrend.it

PROTESI COSMETICHE E NON FUNZIONALI DI ARTO INFERIORE INCLUSI RIEMPITIVI PER COSCIA E POLPACCIO ISO 06.27

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
Riempitivo di estetizzazione del polpaccio	16.21.031	06.27.03.003	**206,32**

NEW MEDICAL TREND SRL
OFFICINA ORTOPEDICA SANITARIA
VIA MONS A. FRANCO – 72021 FRANCAVILLA F.NA TEL/FAX 0831 842215
VIA S.GIOVANNI BOSCO, 149 – 72100 BRINDISI TEL/FAX 0831 260959
MAIL. Info@newmedicaltrend.it - web www.newmedicaltrend.it

CALZATURE ORTOPEDICHE	
FAMIGLIE DEL NOMENCLATORE-TARIFFARIO D.M. 28/12/92	**CLASSI DEL NUOVO NOMENCLATORE Classificazione a norma ISO**
	06 33 Calzature ortopediche
13 - Calzature ortopediche predisposte di serie	06 33 03 Calzature ortopediche di serie
14 - Calzature ortopediche su misura	06 33 06 Calzature ortopediche su misura

NORME TECNICHE	
pr EN 12182	**Ausili per disabili e requisiti generali e metodi di prova**
ISO 8549-1, -2, -3	**VOCABOLARIO**

NEW MEDICAL TREND SRL
OFFICINA ORTOPEDICA SANITARIA
VIA MONS A. FRANCO – 72021 FRANCAVILLA F.NA TEL/FAX 0831 842215
VIA S.GIOVANNI BOSCO, 149 – 72100 BRINDISI TEL/FAX 0831 260959
MAIL. Info@newmedicaltrend.it - web www.newmedicaltrend.it

CALZATURE ORTOPEDICHE ISO 06.33

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
L'applicazione e la fornitura di questi ausili è fatta dal tecnico ortopedico abilitato. Per calzature ortopediche si intendono gli ausili: CALZATURA ORTOPEDICA PREDISPOSTA DI SERIE CALZATURA ORTOPEDICA SU MISURA CALZATURE ORTOPEDICHE PREDISPOSTE DI SERIE Sono progettate per patologie e limitazioni motorie di lieve e media entità.Vengono costruite in piccole serie utilizzando forme opportunamente studiate. Materiali e modelli sono specifici per le diverse limitazioni funzionali a cui si rivolgono. I modelli basso, alto e sandalo con contrafforti alti o bassi presentano alla produzione difficoltà analoghe, pertanto non è necessario differenziarli. Queste calzature vanno sempre fornite a paio. Il tecnico all'atto della fornitura al paziente procederà alla personalizzazione operando gli opportuni adattamenti alla suola e/o al tacco e quanto altro necessiterà per l'adattamento all'ortesi con cui andranno abbinate. CALZATURA ORTOPEDICA SU MISURA E' costruita per uno specifico paziente con funzioni: - correttive - di sostegno - di contenimento o rivestimento - di compenso a gravi deformità - di accompagnamento E' costituita da: - fondo (suola, suoletta e tacco) - tomaio - puntale e/o fusto - contrafforti prolungati, alti, bassi oppure forti rigidi o semirigidi - sottopiede - eventuali aggiuntivi e correzioni necessarie. Viene costruita sulla base dei rilevamenti fatti in sede di misurazione e sulla valutazione funzionale del paziente; le tecniche sono: su forma (in legno o materiale sintetico) su calco (in gesso rinforzato o materiale sintetico) SU FORMA Una forma in legno o materiale sintetico viene adattata, personalizzandola. Il plantare può essere modellato sulla forma oppure a parte.			

DESCRIZIONE		CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
Sulla forma, unita al plantare, si esegue il montaggio del tomaio alle altre parti della calzatura. Dopo la prova di congruità sul piede del paziente e le eventuali modifiche si procede con le operazioni di finitura. SU CALCO Si rileva un negativo del piede per mezzo di bende gessate. Il calco positivo in gesso o materiale sintetico viene poi stilizzato, personalizzandolo. Viene poi realizzato il modello di carta e successive operazioni di costruzione come per la forma. **N.B. La FORMA o il CALCO positivo utilizzati per la costruzione della calzatura debbono essere conservate per 8 mesi dalla data di autorizzazione.** • **CALZATURE ORTOPEDICHE DI SERIE**			**06.33.03**	
CALZATURA ORTOPEDICA PREDISPOSTA PER PLANTARE E' rivolta al piede con piccole deformità derivanti da patologie ortopediche. Modello basso, alto o sandalo alto, con contrafforti prolungati o con forti semirigidi o rigidi. Modello con avampiede fisiologico o a punta indifferente, denominato "***scarpa a biscotto"*** . Fondo in cuoio o in gomma sintetica. Quando è necessario, solo sul fondo, in cuoio, è possibile l'aggiuntivo "antisdrucciolo". Può essere utilizzata per il rivestimento del piede protesico quando sul piede sano controlaterale si rende necessaria una ortesi del piede. I minori esclusivamente affetti da piedi piatti, valgismo e varismo di modico grado o da lievi scoliosi di posizione, non hanno titolo alla fornitura delle calzature ortopediche con onere a carico della USL, mentre possono ottenere, su prescrizione dello specialista USL, plantari ed altre eventuali correzioni alle calzature in uso.				
dal n. 18 al n. 24	(al paio)	13.01.011	06.33.03.003	**80,05**
dal n. 25 al n. 28	"	13.01.013	06.33.03.006	**84,70**
dal n. 29 al n. 32	"	13.01.015	06.33.03.009	**89,35**
dal n. 33 al n. 35	"	13.01.017	06.33.03.012	**94,98**
dal n. 36 al n. 38	"	13.01.019	06.33.03.015	**100,76**
dal n. 39 al n. 42	"	13.01.021	06.33.03.018	**109,64**
dal n. 43 al n. 46	"	13.01.022	06.33.03.021	**109,64**

DESCRIZIONE		CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
CALZATURA ORTOPEDICA, PREDISPOSTA PER PLANTARE, PER PATOLOGIE NEUROLOGICHE IN ETA' EVOLUTIVA Modello alto con allacciatura prolungata per facilitare l'inserimento del piede. Contrafforti prolungati o forti semirigidi, zone di imbottitura, fondo in materiale adatto alle funzioni di stabilità, antisdrucciolo e direzionale. Il tecnico deve operare una scelta fra diverse calzate per adeguarsi ai diversi volumi del piede tipici delle patologie a cui la calzatura è rivolta.				
dal n. 18 al n. 24	(al paio)	---	06.33.03.033	**121,06**
dal n. 25 al n. 28	"	---	06.33.03.036	**125,76**
dal n. 29 al n. 32	"	---	06.33.03.039	**131,64**
dal n. 33 al n. 35	"	---	06.33.03.042	**138,36**
dal n. 36 al n. 38	"	---	06.33.03.045	**142,39**
dal n. 39 al n. 42	"	---	06.33.03.048	**142,39**
dal n. 43 al n. 46	"	---	06.33.03.051	**151,74**
CALZATURA ORTOPEDICA PREDISPOSTA DI RIVESTIMENTO A TUTORE A VALVA PER PATOLOGIE IN ETA' EVOLUTIVA. Modello basso o alto con allacciatura prolungata. Fondo a zeppa in materiale sintetico espanso, comprensivo degli eventuali: antisdrucciolo, guardolo maggiorato, speronatura, piano inclinato e campanatura alla suola o al tacco. Volume interno proporzionato alle abituali dimensioni dei tutori a cui viene accoppiata.				
dal n. 18 al n. 24	(al paio)	---	06.33.03.063	**151,58**
dal n. 25 al n. 28	"	---	06.33.03.066	**155,97**
dal n. 29 al n. 32	"	---	06.33.03.069	**167,80**
dal n. 33 al n. 35	"	---	06.33.03.072	**172,19**
dal n. 36 al n. 38	"	---	06.33.03.075	**183,14**
dal n. 39 al n. 42		---	06.33.03.078	**185,72**
dal n. 43 al n. 46		---	06.33.03.081	**190,11**
NOTA: Le calzature ortopediche di serie 06.33.03 possono eventualmente avere i seguenti aggiuntivi previsti nel capitolo calzature su misura: 06.33.06.118 06.33.06.163 06.33.06.181 06.33.06.202 06.33.06.205 06.33.06.208 06.33.06.211 06.33.06.214 Gli aggiuntivi non possono essere applicati laddove sono già previsti nella descrizione della calzatura.				

NEW MEDICAL TREND SRL
OFFICINA ORTOPEDICA SANITARIA
VIA MONS A. FRANCO – 72021 FRANCAVILLA F.NA TEL/FAX 0831 842215
VIA S.GIOVANNI BOSCO, 149 – 72100 BRINDISI TEL/FAX 0831 260959
MAIL. Info@newmedicaltrend.it - web www.newmedicaltrend.it

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
• **CALZATURE ORTOPEDICHE SU MISURA**		**06.33.06**	
CALZATURA DI ACCOMPAGNAMENTO COSTRUITA SU MISURA Consiste in una calzatura costruita espressamente su misura per accompagnare il modello di calzatura ortopedica costruita per l'arto deformato. Costruita su forma di legno o materiale sintetico opportunamente adattata, su scorta del grafico o delle misure, seguendo la forma fisiologica del piede. *N.B.* ***Questa calzatura non è idonea a contenere plantari e correzioni***.			
Bassa			
dal n. 18 al n. 33	14.11.001	06.33.06.003	**149,82**
dal n. 34 al n. 46	14.11.003	06.33.06.006	**154,27**
Alta			
dal n. 18 al n. 46	14.11.007	06.33.06.009	**163,05**
CALZATURA PER PLANTARE COSTRUITA SU MISURA Consiste in una calzatura atta a correggere una patologia del piede che richiede l'applicazione di un plantare. E' costruita su forma di legno o materiale sintetico opportunamente adattato previo rilievo del grafico e della misure del piede, oppure su calco di gesso negativo e positivo, opportunamente stilizzato. Il plantare, le correzioni e gli aggiuntivi non sono compresi nella tariffa della calzatura.			
Bassa			
dal n. 18 al n. 33	14.15.001	06.33.06.012	**171,83**
dal n. 34 al n. 46	14.15.003	06.33.06.015	**176,58**
Alta			
dal n. 18 al n. 46	14.15.007	06.33.06.018	**188,71**
CON FORTI RIGIDI O SEMIRIGIDI COSTRUITA SU MISURA Consiste in una calzatura atta a correggere o contenere le patologie del piede e del ginocchio, mantenendo un corretto atteggiamento dell'arto, agendo a livello dell'articolazione tibiotarsica. E' costruita su forma di legno o materiale sintetico opportunamente adattato previo rilievo del grafico e delle misure del piede, oppure su calco di gesso negativo e positivo, opportunamente stilizzato. I forti sono compresi nella tariffa della calzatura. Le correzioni e gli aggiuntivi non sono compresi nella tariffa della calzatura.			

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
Alta dal n. 18 al n. 46 CALZATURA PER PATOLOGIE COMPLESSE COSTRUITE SU MISURA Consiste in una calzatura atta a correggere o sostenere un piede con patologie gravi (piede equino varo supinato addotto, piede pronato abdotto). E' costituita da: - calzatura ortopedica su misura, alta - forti rigidi o semirigidi Sono compresi nella tariffa: plantari, rialzi e l'eventuale presenza dei seguenti aggiuntivi: 06.33.06.118 06.33.06.133 06.33.06.145 06.33.06.163 06.33.06.184 06.33.06.187 06.33.06.202 06.33.06.205 06.33.06.214 Costruita su calco di gesso negativo e positivo o materiale sintetico opportunamente stilizzato, previo rilievo del grafico e delle misure del piede compresi nella tariffa.	14.21.003	06.33.06.021	**199,46**
Per piede equino varo supinato addotto: dal n. 18 al n. 46	14.23.003	06.33.06.024	**369,06**
Per piede pronato abdotto: dal n. 18 al n. 46	14.23.007	06.33.06.027	**323,97**
CALZATURA CON RIALZO COSTRUITA SU MISURA Consiste in una calzatura atta a compensare un accorciamento dell'arto o per rivestire un ausilio che necessita di rialzo inglobato della calzatura. E' costituita da: - calzatura ortopedica su misura - rialzo interno opportunamente modellato E' costruita su forma di legno o calco di gesso negativo e positivo o materiale sintetico opportunamente stilizzato, previo rilievo del grafico e delle misure del piede, comprendente anche l'accorciamento dell'arto. Il rialzo è compreso nella tariffa della calzatura. Le correzioni e gli aggiuntivi non sono compresi nella tariffa della calzatura.			

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
Con rialzo fino a cm. 2 compresi:			
Bassa			
dal n. 18 al n. 33	14.25.001	06.33.06.030	**231,63**
dal n. 34 al n. 46	14.25.003	06.33.06.033	**230,80**
Alta			
dal n. 18 a n. 46	14.25.007	06.33.06.036	**243,56**
Con rialzo da cm. 2 a cm. 4 compresi:			
Bassa			
dal n. 18 al n. 33	14.25.009	06.33.06.039	**234,94**
dal n. 34 al n. 46	14.25.011	06.33.06.042	**245,94**
Alta			
dal n. 18 al n. 46	14.25.015	06.33.06.045	**254,72**
Con rialzo da cm. 4 a cm. 8 compresi:			
Alta			
dal n. 18 al n. 46	14.25.019	06.33.06.048	**284,88**
Con rialzo oltre cm. 8:			
Alta			
dal n. 18 al n. 46	14.25.023	06.33.06.051	**385,43**
CALZATURA CON AVAMPIEDE COSTRUITA SU MISURA Consiste in una calzatura contenente un opportuno riempimento di completamento del piede parzialmente amputato delle dita o malformato. E' costituita da: - calzatura ortopedica su misura - avampiede estetico modellato E' costruita su forma di legno o calco di gesso negativo e positivo o materiale sintetico opportunamente stilizzato, previo rilievo del grafico e delle misure del piede. L'avampiede è compreso nella tariffa della calzatura. Le correzioni e gli aggiuntivi non sono compresi nella tariffa della calzatura.			
Bassa			
dal n. 18 al n. 33	14.31.001	06.33.06.054	**228,79**
dal n. 34 al n. 46	14.31.003	06.33.06.057	**248,98**
Alta			
dal n. 18 al n. 46	14.31.007	06.33.06.060	**261,90**

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
CALZATURA DI RIVESTIMENTO A TUTORE E PROTESI COSTRUITA SU MISURA Consiste in una calzatura costruita su misura per rivestimento di un tutore o di una protesi. E' costruita su calco di gesso negativo e positivo opportunamente stilizzato, previo rilievo del grafico e delle misure della parte terminale del tutore o protesi, oppure su forma di legno o materiale sintetico, opportunamente adattata. I forti, l'avampiede, le correzioni, gli aggiuntivi, non sono compresi nella tariffa della calzatura di rivestimento.			
Di rivestimento a tutore o a protesi:			
Bassa			
dal n. 18 al n. 33	14.41.001	06.33.06.063	**195,12**
dal n. 34 al n. 46	14.41.003	06.33.06.066	**208,91**
Alta			
dal n. 18 al n. 46	14.41.007	06.33.06.069	**218,00**
Di rivestimento a tutore o protesi per amputazione e/o malformazione del piede:			
Bassa			
dal n. 18 al n. 33	14.41.009	06.33.06.072	**140,58**
dal n. 34 al n. 46	14.41.011	06.33.06.075	**205,60**
Alta			
dal n. 18 al n. 46	14.41.015	06.33.06.078	**214,69**
Di rivestimento con rialzo del tutore o protesi per amputazione e/o malformazione del piede, fino a cm. 2 compresi:			
Bassa			
dal n. 18 al n. 33	14.41.017	06.33.06.081	**195,01**
dal n. 34 al n. 46	14.41.019	06.33.06.084	**208,18**
Alta			
dal n. 18 al n. 46	14.41.023	06.33.06.087	**217,38**
Di rivestimento con rialzo del tutore o protesi per amputazione e/o malformazione del piede, da cm. 2 a cm. 4 compresi:			
Alta			
dal n. 10 al n. 46	14.41.027	06.33.06.090	**223,01**
Di rivestimento con rialzo del tutore da cm. 4 a cm. 8 compresi:			
Alta			
dal n. 18 al n. 46	14.41.031	06.33.06.093	**249,55**
Di rivestimento con rialzo del tutore oltre cm. 8:			
Alta			
dal n. 18 al n. 46	14.41.035	06.33.06.096	**289,78**

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
N.B. Il rialzo si intende riferito al tutore e non alla calzatura			
AGGIUNTIVI			
Doppia suola dell'avampiede	14.85.003	06.33.06.106	**10,23**
Fodera in materiale morbido	14.85.005	06.33.06.109	**10,17**
Fodera in pelo di agnello	14.85.007	06.33.06.112	**15,13**
Forte laterale, rigido o semirigido	14.85.009	06.33.06.115	**15,49**
Forte bilaterale rigido o semirigido	14.85.011	06.33.06.118	**20,76**
Mezza suola antisdrucciolo	14.85.013	06.33.06.121	**8,78**
Modello e lavorazione da montagna in anfibio con doppio fondo	14.85.015	06.33.06.124	**39,15**
Molla esterna posteriore di Codivilla	14.85.017	06.33.06.133	**55,00**
Molla intersuola	14.85.025	06.33.06.145	**17,35**
Speronatura alla suola e/o al tacco	14.85.027	06.33.06.163	**8,93**
Stivale addizionale alla calzatura ortopedica	14.85.029	06.33.06.166	**124,93**
Suola e tacco antisdrucciolo	14.85.031	06.33.06.169	**23,71**
Suola e tacco carro armato	14.85.033	06.33.06.172	**18,70**
Tomaio più alto del normale:			
- da cm. 15 fino a cm. 25	14.85.037	06.33.06.178	**22,36**
Traforatura del tomaio	14.85.041	06.33.06.181	**10,02**
Forte con armatura metallica	14.85.047	06.33.06.184	**83,92**
Suoletta con attacco a baionetta (solo per rinnovo calzatura)	14.85.049	06.33.06.187	**66,52**
Imbottitura di compenso per stivale	14.85.051	06.33.06.190	**78,91**
Piano inclinato totale o zeppa alla suola e al tacco	14.85.053	06.33.06.202	**21,23**
Tacco prolungato mediale o laterale	14.85.055	06.33.06.205	**15,75**
Numerata superiore ai numeri massimi indicati	14.85.057	06.33.06.208	**36,20**
Guardolo oltre mm. 5	14.85.059	06.33.06.211	**12,70**
Campanatura alla suola e al tacco	14.85.061	06.33.06.214	**26,08**
N.B. Con riferimento al cod. 06.33.06.178 si precisa che la misura del tomaio parte dal calcagno fino al bordo del tomaio medesimo con esclusione dell'altezza dell'eventuale rialzo interno il cui costo è già stato compreso nel calcolo della tariffa della calzatura con rialzo.			
RIPARAZIONI			
Smontaggio e rimontaggio del tacco	14.90.001	06.33.06.503	**5,37**
Attacco molla esterna posteriore di Codivilla	14.91.007	06.33.06.518	**21,69**
Molla intersuola	14.91.015	06.33.06.530	**24,17**
Rimonta del tomaio	14.91.017	06.33.06.533	**120,70**
Risuolatura parziale (sostituzione della mezza suola fino ai metatarsi e del solo sopratacco)	14.91.019	06.33.06.536	**20,30**
Risuolatura totale (sostituzione della suola fino sotto alla parte anteriore del tacco e del solo sopratacco)	14.91.021	06.33.06.539	**24,38**
Sopratacco	14.91.023	06.33.06.542	**6,71**

NEW MEDICAL TREND SRL
OFFICINA ORTOPEDICA SANITARIA
VIA MONS A. FRANCO – 72021 FRANCAVILLA F.NA TEL/FAX 0831 842215
VIA S.GIOVANNI BOSCO, 149 – 72100 BRINDISI TEL/FAX 0831 260959
MAIL. Info@newmedicaltrend.it - web www.newmedicaltrend.it

AUSILI PER LA MOBILITA' E LA POSIZIONE SEDUTA	
FAMIGLIE DEL NOMENCLATORE-TARIFFARIO D.M. 28/12/92	**CLASSI DEL NUOVO NOMENCLATORE Classificazione a norma ISO**
22 - Ausili per la stabilizzazione, postura e deambulazione Stabilizzatori Stampelle, tripodi e tetrapodi Postura	**03 Ausili per terapia e addestramento** 03 48 Ausili per rieducazione di movimento, forza, equilibrio 03 78 Ausili per la rieducazione nelle attività quotidiane **09 Ausili per la cura e la protezione personale** **12 Ausili per la mobilità personale** 12 03 Ausili per la deambulazione utilizzati con un braccio 12 06 Ausili per la deambulazione utilizzati con due braccia 12 18 Biciclette 12 21 Carrozzine 12 24 Accessori per carrozzine 12 27 Veicoli 12 36 Ausili per sollevamento (sollevapersone) **18 Mobilia e adattamento per la casa o per altri edifici** 18 09 Ausili per la posizione seduta

La fornitura degli ausili contraddistinti dalle suddette classifiche è riservata al tecnico ortopedico in possesso del titolo abilitante.

La fornitura degli ausili, in quanto inserita nel piano riabilitativo di riferimento, non può essere disposta senza un'attenta valutazione delle esigenze funzionali specifiche per ciascun soggetto, avendo riguardo alla vita di relazione ed alle condizioni ambientali di utilizzo, nonché delle prove di idoneità e funzionalità. Dovranno altresì essere assicurate all'utente le istruzioni per il corretto uso e se necessario l'assistenza tecnica di prima utilizzazione.

Ciascun ausilio, particolarmente se allestito con dispositivi aggiuntivi e complementari, ha una funzione ben definita e diversa da altro similare o non, e quindi è ammessa la prescrizione, anche simultanea di ausili a condizione che abbiano finalità riabilitativa o di recupero differenziata.

NEW MEDICAL TREND SRL
OFFICINA ORTOPEDICA SANITARIA
VIA MONS A. FRANCO – 72021 FRANCAVILLA F.NA TEL/FAX 0831 842215
VIA S.GIOVANNI BOSCO, 149 – 72100 BRINDISI TEL/FAX 0831 260959
MAIL. Info@newmedicaltrend.it - web www.newmedicaltrend.it

AUSILI PER LA TERAPIA ED ADDESTRAMENTO ISO 03.48

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
• **AUSILI PER RIEDUCAZIONE DI MOVIMENTO , FORZA, EQUILIBRIO**		**03.48**	
STABILIZZATORE PER STATICA IN POSTURA PRONA E' indicato nel caso in cui non è possibile il caricamento del peso sugli arti inferiori o in cui è necessaria la sua programmazione graduale. Consente il posizionamento del soggetto neuromotuleso nell'inclinazione opportuna per agevolare l'utilizzo degli arti superiori ed il coordinamento oculo-manuale e per indurre atteggiamenti controllati di estensione del tronco e del capo. Caratteristiche: - struttura con possibilità di regolazione della inclinazione; - spinta regolabile in altezza e in larghezza - appoggi per tronco e ginocchia imbottiti e rivestiti in materiale lavabile, regolabili in altezza per adeguarsi alle dimensioni del paziente; - sella divaricatrice per sostegno pelvico regolabile in altezza; - poggiapiedi regolabili in altezza e larghezza			
- modello con sistema di fissaggio al tavolo	22.35.001	03.48.21.003	**375,26**
- modello con base di appoggio a terra e sistema di inclinazione incorporato	22.35.003	03.48.21.006	**492,60**
Modello con base di appoggio in terra e sistema di inclinazione incorporato, e con appoggio ventrale e delle gambe continuo, che consente lo scarico completo degli arti inferiori.	---	03.48.21.009	**454,53**
STABILIZZATORE PER STATICA IN POSTURA ERETTA E' indicato quando si renda necessaria la ricerca attiva della posizione eretta con l'ausilio di sostegni alle ginocchia, o presa pelvica e fermapiedi. Caratteristiche: - modello con struttura verticale regolabile in altezza, con pedana e presa pelvica e supporto per le ginocchia imbottiti e regolabili;	22.35.005	03.48.21.033	**349,64**
- modello con struttura a telaio avvolgente, con pedana antiribaltamento, appoggiamani e sostegno mobile ai glutei per consentire l'accesso del soggetto e il posizionamento autonomo	22.35.007	03.48.21.036	**629,35**

NEW MEDICAL TREND SRL
OFFICINA ORTOPEDICA SANITARIA
VIA MONS A. FRANCO – 72021 FRANCAVILLA F.NA TEL/FAX 0831 842215
VIA S.GIOVANNI BOSCO, 149 – 72100 BRINDISI TEL/FAX 0831 260959
MAIL. Info@newmedicaltrend.it - web www.newmedicaltrend.it

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
STABILIZZATORE PER STATICA IN POSTURA SUPINA E' indicato nel caso in cui non sono possibili il controllo della posizione eretta ed il caricamento totale del peso del corpo sugli arti inferiori, ed è necessaria la loro programmazione graduale mediante variazione progressiva dell'inclinazione, partendo dalla posizione orizzontale supina sino a giungere alla posizione verticale. Caratteristiche: - struttura di sostegno in acciaio con regolazione graduale dalla posizione orizzontale a quella verticale; - base di appoggio a terra munita di 4 ruotine piroettanti di cui due con freno; - piano di appoggio imbottito e rivestito di materiale lavabile dotato di cinghie per il fissaggio del tronco, del bacino e delle ginocchia; - tavolo avvolgente regolabile; - poggiapiedi regolabile in altezza :			
	22.35.009	03.48.21.063	**759,86**
- modello come sopra con telaio pieghevole	---	03.48.21.066	**903,59**
- modello come sopra con regolazione della inclinazione con vite senza fine e volantino. Indicato per persone di peso superiore a 70 kg. ed altezza superiore a 170 cm.	---	03.48.21.069	**947,90**
AGGIUNTIVI: possono essere prescritti ove non già compresi nelle caratteristiche del ausilio di base			
Tavolo da lavoro e per appoggio arti superiori posizionabile a diverse altezze (escluso stabilizzatore per statica in postura supina)	22.85.041	03.48.21.103	**96,58**
Tavolo da lavoro e per appoggio arti superiori posizionabile a diverse altezze e con inclinazione regolabile	22.85.043	03.48.21.106	**153,85**
Regolazione della prono-supinazione del piede	22.85.045	03.48.21.109	**55,73**
Regolazione intra ed extra rotazione del piede	22.85.047	03.48.21.112	**48,03**
Regolazione della flesso-estensione del piede	22.85.049	03.48.21.115	**51,44**
Quattro ruote piroettanti diametro minimo 80 mm. di cui almeno due con freno (escluso per supino)	22.85.051	03.48.21.121	**58,00**
Sostegno o presa regolabile per il tronco	22.85.053	03.48.21.118	**81,76**
Regolazione servoassistita da pistone oleodinamico	--	03.48.21.124	**226,52**
Regolazione servoassistita da motore elettrico a bassa tensione, con telecomando, batteria e caricabatteria	--	03.48.21.127	**570,27**
Regolazione servoassistita da pistone a gas	--	03.48.21.136	**226,52**
NOTA Queste tre regolazioni sono alternative fra loro e applicabili allo stabilizzatore per postura supina. Sono indicate per persone di peso superiore a 70 kg. e di altezza superiore a cm. 170, solo nel caso siano necessarie numerose movimentazioni ripetute.			

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
STABILIZZATORE MOBILE IN POSTURA ERETTA Ha la stessa funzione dello stabilizzatore corrispondente, con la variante di consentire anche una mobilità autonoma. E' indicato per bambini che non hanno consolidato la stazione eretta e hanno sufficiente capacità di spinta agli arti superiori. Caratteristiche: - struttura a guscio che consenta il mantenimento e la stabilizzazione della postura eretta, con la possibilità di variazione dell'angolo di inclinazione; - due ruote grandi per l'autospinta; - Pedana di stabilizzazione con sistema di bloccaggio per i piedi - misura piccola per bambini sino a cm. 94.	---	03.48.21.081	**1398,31**
NOTA Per le misure superiori si applica il criterio della riconducibilità. Non è ammessa la ripetibilità della fornitura			
AGGIUNTIVI			
- dispositivo di freno (al paio)	---	03.48.21.201	**111,09**
- sostegno per arto superiore (al paio)	---	03.48.21.204	**160,05**
- divaricatore	---	03.48.21.207	**55,57**
STABILIZZATORE DEAMBULATORE IN POSIZIONE ERETTA E' indicato nei casi in cui il soggetto non deambulante ha un sufficiente controllo della parte superiore del corpo, il movimento di inclinazione e rotazione della testa e degli arti superiori imprime alla pedana, di cui è dotato, un movimento alternato nella direzione desiderata. E' costruito con componenti predisposti direttamente adattati e personalizzati sul soggetto. Caratteristiche: -struttura in lega leggera con sostegno del tronco e delle ginocchia e con fissaggio ai piedi -appoggio al terreno tramite due pedane mobili fulcrate su cuscinetti.	22.37.001	03.78.09.003	**1557,01**
NOTA: Per consentire la stazione eretta a pazienti con gravi instabilità, questo ausilio può essere integrato da ortesi del tronco, mutandine pelviche, ortesi degli arti inferiori.			

NEW MEDICAL TREND SRL
OFFICINA ORTOPEDICA SANITARIA
VIA MONS A. FRANCO – 72021 FRANCAVILLA F.NA TEL/FAX 0831 842215
VIA S.GIOVANNI BOSCO, 149 – 72100 BRINDISI TEL/FAX 0831 260959
MAIL. Info@newmedicaltrend.it - web www.newmedicaltrend.it

TRICICLI A PEDALE **IS0 12.18.06**

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
TRICICLO A PEDALE E' caratterizzato da un apposito telaio terminante con un assale trasversale alle cui estremità sono sistemate due ruote grandi che garantiscono la stabilità laterale:			
- con movimento su ruota fissa o libera	22.51.141	12.18.06.003	**439,76**
- come sopra con telaio modulare per l'adatta- mento personalizzato	22.51.143	12.18.06.006	**488,72**
AGGIUNTIVI			
Divaricatore imbottito fra sella e manubrio	22.85.551	12.18.21.103	**55,57**
Spalliera concava avvolgente a cinghia	22.85.561	12.18.21.106	**67,24**
Staffa con impronta piede e allacciatura	22.85.565	12.18.21.109	**50,15**
Sostegno per caviglia regolabile	22.85.567	12.18.21.112	**38,17**
Sostegno per avambraccio	22.85.569	12.18.21.115	**42,92**
Cambio a tre velocità	22.85.573	12.18.21.118	**35,95**
Pedivella con lunghezza regolabile (al paio)	22.85.575	12.18.21.121	**45,04**
Trazione con differenziale	22.85.577	12.18.21.124	**128,18**

NEW MEDICAL TREND SRL
OFFICINA ORTOPEDICA SANITARIA
VIA MONS A. FRANCO – 72021 FRANCAVILLA F.NA TEL/FAX 0831 842215
VIA S.GIOVANNI BOSCO, 149 – 72100 BRINDISI TEL/FAX 0831 260959
MAIL. Info@newmedicaltrend.it - web www.newmedicaltrend.it

CARROZZINE AD AUTOSPINTA ISO 12.21.06/09

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
CARROZZINE PIEGHEVOLI			
CARROZZINE PIEGHEVOLI AD AUTOSPINTA CON DUE MANI SULLE RUOTE POSTERIORI			
A prevalente uso interno Caratteristiche: - telaio pieghevole; - due ruote grandi posteriori Ø max 650 mm. provviste di corrimano; - due ruote piccole piroettanti Ø max 200 mm. - freni di stazionamento; - fiancate fisse e braccioli imbottiti; - schienale e sedile in materiale lavabile; - sedile di larghezza da cm. 38 a cm. 45; - pedane regolabili.	22.51.111	12.21.06.033	**360,54**
Con telaio stabilizzante Il telaio è costruito in modo da assicurare una buona stabilizzazione anche sui fondi stradali accidentati. Caratteristiche identiche alla precedente tranne: il telaio, le ruote grandi con gommatura pneumatica, braccioli estraibili, pedane con rotazione antero-posteriore. Fiancate ribaltabili o estraibili. Modello per bambini con sedile inferiore a cm. 38	22.51.113	12.21.06.036	**434,29**
Modello per adulti con sedile compreso tra cm. 38 e cm. 45	22.51.115	12.21.06.039	**434,29**
Di transito (manovrabile dall'accompagnatore) E' costruita con riduzione di ingombri e con ruote grandi di diametro minore della precedente, per consentire il passaggio attraverso aperture anguste come quelle di alcuni ascensori, uffici, bagni ed è facilmente riducibile per agevolarne il trasporto in auto. Caratteristiche: - fiancate ribaltabili o estraibili e pedane estraibili e girevoli; - Le quattro ruote devono avere Ø superiore a 200 mm ed inferiore a 350 mm.; - freni di stazionamento. - Modello per bambini con sedile inferiore a cm. 38	22.51.121	12.21.06.042	**426,70**
- Modello per adulti con larghezza del sedile compresa tra cm. 38 e cm. 45	22.51.123	12.21.06.045	**426,70**

NEW MEDICAL TREND SRL
OFFICINA ORTOPEDICA SANITARIA
VIA MONS A. FRANCO – 72021 FRANCAVILLA F.NA TEL/FAX 0831 842215
VIA S.GIOVANNI BOSCO, 149 – 72100 BRINDISI TEL/FAX 0831 260959
MAIL. Info@newmedicaltrend.it - web www.newmedicaltrend.it

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
AGGIUNTIVI			
Pedana ad inclinazione regolabile con reggigamba regolabile in altezza (al paio)	22.85.317	12.24.03.109	**75,76**
Sistema monoguida unilaterale	22.85.341	12.24.03.112	**168,62**
Cinturino fermapiedi o fermatallone (al paio)	22.85.353	12.24.03.115	**17,09**
Struttura a doppia crociera rinforzata per soggetti spastici oppure di peso superiore a 100 kg. o per altre motivate necessità legate ad un uso particolarmente gravoso della carrozzina	22.85.367	12.24.03.118	**48,29**
Struttura leggera (peso complessivo in assetto di uso non superiore a kg. 16)	22.85.369	12.24.03.121	**170,95**
Cinghia pettorale	22.85.303	12.24.06.136	**25,62**
Cinghia a bretellaggio imbottita	22.85.305	12.24.06.139	**59,81**
Divaricatore imbottito al sedile	22.85.307	12.24.06.142	**25,62**
Divaricatore imbottito al telaio	22.85.308	12.24.06.145	**68,38**
Cuscinetto di spinta al tronco	22.85.309	12.24.06.148	**67,24**
Cuscinetto per lordosi	22.85.311	12.24.06.151	**45,86**
Protezioni laterali parietali (al paio)	22.85.319	12.24.06.154	**42,71**
Schienale prolungato	22.85.321	12.24.06.157	**51,28**
Braccioli regolabili in altezza (al paio)	22.85.323	12.24.06.160	**38,63**
Schienale regolabile in inclinazione	22.85.333	12.24.06.163	**107,01**
Sedile forato con dispositivo WC	22.85.335	12.24.06.166	**46,43**
Sedile rigido, rivestito, asportabile	22.85.339	12.24.06.169	**38,48**
Bracciolo ridotto per tavolo (al paio)	22.85.371	12.24.06.172	**27,17**
Variazione larghezza del sedile superiore a cm. 45	22.85.355	12.24.06.175	**76,90**
Anello per autospinta a timone (al paio)	22.85.351	12.24.09.106	**11,88**
Tavolino normale	22.85.347	12.24.15.109	**34,19**
Tavolino con incavo avvolgente e bordi	22.85.349	12.24.15.112	**68,38**
Dispositivo di estrazione rapida delle ruote grandi con dotazione di ruotine posteriormente o anteriormente Ø minimo 80 mm. (al paio)	22.85.357	12.24.21.106	**94,00**
Posizionamento variabile in più posizioni dei perni delle ruote grandi (al paio)	22.85.359	12.24.21.109	**33,05**
Posizionamento variabile in più posizioni delle forcelle delle ruote piccole con inclinazione regolabile (al paio)	22.85.361	12.24.21.112	**58,67**
Posizionamento delle ruote grandi sotto il sedile e larghezza massimo ingombro inferiore a cm. 55. (solo per codice 12.21.06.039)	22.85.365	12.24.21.115	**58,67**

NEW MEDICAL TREND SRL
OFFICINA ORTOPEDICA SANITARIA
VIA MONS A. FRANCO – 72021 FRANCAVILLA F.NA TEL/FAX 0831 842215
VIA S.GIOVANNI BOSCO, 149 – 72100 BRINDISI TEL/FAX 0831 260959
MAIL. Info@newmedicaltrend.it - web www.newmedicaltrend.it

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
CARROZZINE PIEGHEVOLI AGGIUNTIVI - UNICICLO (per carrozzine 12.21.06/09) Dispositivo adatto a rendere polivalente una carrozzina a propulsione manuale. L'applicazione di tale unità trasforma una carrozzina riducibile e/o a telaio rigido in una carrozzina da strada mediante un sistema rapido di attacco e stacco attivato direttamente dal disabile, con possibilità quindi di lunghi percorsi stradali a maggiore velocità. E' indicato per i soggetti non anziani con accentuata vigoria agli arti superiori, che hanno necessità di una vita di relazione all'aperto, che non possono usare un triciclo da strada tradizionale perché il relativo ingombro lo rende intrasportabile in auto. Caratteristiche: - una forcella in acciaio verniciato con una ruota pneumatica di adeguato diametro recante sistema di attacco e stacco rapido a qualsiasi tipo di carrozzina; - superiormente il dispositivo di propulsione è costituito da un piantone con un pignone azionato da due manovelle contrapposte e catena di trasmissione alla ruota con idoneo cambio di rapporti; - freno, fanale regolamentare e segnalatore acustico	----	12.24.21.130	**817,40**

NEW MEDICAL TREND SRL
OFFICINA ORTOPEDICA SANITARIA
VIA MONS A. FRANCO – 72021 FRANCAVILLA F.NA TEL/FAX 0831 842215
VIA S.GIOVANNI BOSCO, 149 – 72100 BRINDISI TEL/FAX 0831 260959
MAIL. Info@newmedicaltrend.it - web www.newmedicaltrend.it

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
CARROZZINA AD AUTOSPINTA CON DUE MANI SULLE RUOTE POSTERIORI PIEGHEVOLE O A TELAIO RIGIDO RIDUCIBILE SUPERLEGGERA E' indicata per adulti invalidi e minori di anni 18 non deambulanti che svolgono una intensa attività esterna (è alternativa alle altre 12.21.06) Caratteristiche: - struttura in materiali compositi (carbonio e/o kevlar) o leghe superleggere ad altissima resistenza; - schienale e braccioli estraibili o pieghevoli; - pedana unica o doppia estraibile; - due ruote grandi a gommatura pneumatica Ø massimo 650 mm. ad estrazione rapida con anello corrimano in alluminio o nylon e due ruote piroettanti Ø massimo 200 mm.; - forcelle anteriori con inclinazione regolabile; - sedile con larghezza tra 34 e 45 cm.; - peso massimo in assetto di uso kg. 13; - garanzia non inferiore a 24 mesi.	22.51.124	12.21.06.060	**1475,05**
RIPARAZIONI (Carrozzine pieghevoli e superleggere)			
Revisioni dispositivi di movimento		12.24.03.553	**37,55**
Smontaggio e rimontaggio di una o più parti in sostituzione		12.24.03.556	**22,52**
Sedile in materiale lavabile Dimensioni analoghe all'ausilio in uso		12.24.06.553	**35,53**
Schienale in materiale lavabile Dimensioni analoghe all'ausilio in uso		12.24.06.556	**35,53**
Parte imbottita dei braccioli (al paio)		12.24.06.559	**11,83**
Appoggiagambe estraibili complete di pedane appoggiapiedi ribaltabili (al paio)		12.24.03.559	**39,51**
Appoggiagambe con inclinazione regolabile, complete di appoggiapiedi e appoggiapolpaccio (al paio)		12.24.03.562	**71,12**
Ruota grande Ø max 650 mm. con anello corrimano, gommata come quella dell'ausilio in uso		12.24.21.553	**39,51**
Ruota piccola Ø max 200 mm. Con supporto piroettante, gommata come quelle dell'ausilio in uso		12.24.21.556	**15,80**
CARROZZINA PIEGHEVOLE AD AUTOSPINTA CON DUE MANI SULLE RUOTE ANTERIORI Hanno caratteristiche e tariffe uguali a quelle con autospinta sulle ruote posteriori. Cambia il numero di codice nel senso che i terzo gruppo di cifre .06 diventa .09.			

NEW MEDICAL TREND SRL
OFFICINA ORTOPEDICA SANITARIA
VIA MONS A. FRANCO – 72021 FRANCAVILLA F.NA TEL/FAX 0831 842215
VIA S.GIOVANNI BOSCO, 149 – 72100 BRINDISI TEL/FAX 0831 260959
MAIL. Info@newmedicaltrend.it - web www.newmedicaltrend.it

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
CARROZZINE ELETTRICHE			
Carrozzina elettrica per uso interno/esterno Caratteristiche: - telaio in acciaio cromato e/o verniciato rigido o pieghevole; - schienale, sedile e braccioli rivestiti in materiale lavabile; - fiancate con braccioli imbottiti ed estraibili o ribaltabili con sistema di bloccaggio; - pedane appoggiapiedi girevoli e sfilabili; - quattro ruote pneumatiche di sezione maggiorata; - sistema frenante di tipo automatico con il motore ed elettromagnetico di stazionamento; - motori elettrici in grado di far superare pendenze del 6% e per brevi tratti fino al 15%; - alimentazione a 24 V con due accumulatori estraibili e capacità minima 35AH ciascuno; - caricabatteria con dispositivo elettronico del controllo di carica fino all'interruzione automatica; - comando di guida elettronico. - Modello dimensionato per bambini e adulti	22.51.137	12.21.27.006	**2608,73**
Carrozzina elettrica per uso esterno Prescrivibile ad adulti invalidi e minori di anni 18 non deambulanti per uso su reti viarie con asperità o pendenze tali da comportare un impegno severo degli organi meccanici ed elettrici. E' alternativa alla precedente cod. 12.21.27.006. Caratteristiche: - telaio rigido in acciaio verniciato o cromato o lega leggera ad alta resistenza; - sedile, schienale e braccioli imbottiti e rivestiti con materiale lavabile; - ruote a sezione maggiorata non inferiore a 260 mm.; - sistema frenante automatico con il motore ed elettromagnetico di stazionamento; - braccioli regolabili in altezza e sfilabili o ribaltabili; - motori almeno da 300 watt-24V-16AH e caricabatterie, due batterie da 80 A. in grado di fornire una autonomia minima di 5 ore pari a circa 30 km.; - capacità di superare pendenze fino al 20%; - suoneria, chiave di sicurezza, indicatore velocità selezionata, fanaleria anteriore e posteriore, indicatori di direzione intermittenti, indicatore caricabatteria; - comando guida elettronico a cloche; - garanzia 24 mesi (per gli accumulatori 6 mesi). Modello dimensionato per bambini o adulti	22.51.135	12.21.27.009	**3882,98**

NEW MEDICAL TREND SRL
OFFICINA ORTOPEDICA SANITARIA
VIA MONS A. FRANCO – 72021 FRANCAVILLA F.NA TEL/FAX 0831 842215
VIA S.GIOVANNI BOSCO, 149 – 72100 BRINDISI TEL/FAX 0831 260959
MAIL. Info@newmedicaltrend.it - web www.newmedicaltrend.it

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
AGGIUNTIVI			
Comando elettronico a bocca	22.85.501	12.24.03.145	**192,48**
Comando elettronico a mento	22.85.503	12.24.03.148	**156,80**
Comando elettronico a piede	22.85.505	12.24.03.151	**156,80**
Comando elettronico a tavolo	22.85.507	12.24.03.154	**142,08**
Telaio verticalizzabile con azionamento elettrico	22.85.509	12.24.03.157	**793,90**
Schienale e poggiagambe a regolazione elettrica (solo per cod. 12.21.27.009)	22.85.391	12.24.03.160	**369,16**
Telaio per trasporto in auto totalmente smontabile (solo per cod. 12.21.27.009)	----	12.24.03.163	**683,74**
N.B.: per gli altri aggiuntivi vedi capitolo delle carrozzine pieghevoli.			
RIPARAZIONI (motocarrozzine e carrozzine elettriche)			
Revisione dispositivi di movimento		12.24.03.603	**59,39**
Smontaggio e rimontaggio di una o più parti in sostituzione		12.24.03.606	**44,31**
Sedile rivestito in materiale lavabile, dimensioni analoghe all'ausilio in uso.		12.24.06.603	**34,96**
Schienale rivestito in materiale lavabile, dimensioni analoghe all'ausilio in uso		12.24.06.606	**34,96**
Parte imbottita dei braccioli (al paio)		12.24.06.609	**15,55**
Appoggiagambe estraibili complete di pedane appoggiapiedi ribaltabili (al paio)		12.24.03.609	**38,84**
Ruota motrice completa per carrozzina elettrica		12.24.21.603	**62,18**
Ruota completa per motocarrozzina:			
- normale		12.24.21.606	**128,18**
- con corona		12.24.21.609	**151,53**
Motoriduttore per carrozzina elettrica, uguale a quello dell'ausilio in uso.		12.24.09.603	**388,48**
Batteria, da 12 V. con elettrolita, modello e capacità analoga a quella della carrozzina elettrica in uso.		12.24.24.603	**62,18**
Regolatore elettronico tipo integrale, uguale a quello dell'ausilio in uso.		12.24.03.612	**621,56**

NEW MEDICAL TREND SRL
OFFICINA ORTOPEDICA SANITARIA
VIA MONS A. FRANCO – 72021 FRANCAVILLA F.NA TEL/FAX 0831 842215
VIA S.GIOVANNI BOSCO, 149 – 72100 BRINDISI TEL/FAX 0831 260959
MAIL. Info@newmedicaltrend.it - web www.newmedicaltrend.it

VEICOLI ISO 12.27

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE E' indicato per il trasporto all'esterno di bambini con disabilità importanti che necessitano di maggiori aiuti per il mantenimento posturale. Caratteristiche: - schienale inclinabile in più posizioni; - schienale e sedile imbottiti e rivestiti in materiale lavabile o in corda di materiale sintetico, o comunque atti ad offrire il sostegno adeguato al corpo in appoggio; - poggapiedi regolabile in altezza; - cintura di contenimento; - freni di stazionamento, ruote adatte per esterni;	22.45.105	12.27.03.006	**627,03**
AGGIUNTIVI			
Cinghia a bretellaggio imbottita	22.85.156	12.27.03.115	**59,81**
Divaricatore imbottito regolabile ed estraibile	22.85.157	12.27.03.118	**38,48**
Cuscinetto di spinta laterale	22.85.159	12.27.03.121	**45,86**
Tavolino normale	22.85.171	12.27.03.124	**34,19**
Tavolino con incavo avvolgente e bordi	22.85.173	12.27.03.127	**68,38**
Cinturini fermapiedi (al paio)	22.85.175	12.27.03.130	**15,39**
Poggiatesta regolabile in altezza con protezioni parietali o ad angolo variabile	22.85.177	12.27.03.133	**58,67**
Cuscino per lordosi	22.85.179	12.27.03.136	**45,45**
Regolazione dell'altezza dello schienale	----	12.27.03.139	**51,28**
Regolazione della profondità del sedile	----	12.27.03.142	**38,48**
Regolazione della larghezza dei fianchetti laterali per un valore non inferiore a 4 cm.	---	12.27.03.145	**60,58**
Supporti laterali per il tronco (coppia)	---	12.27.03.148	**60,58**
Possibilità di basculamento di tutto il sistema di seduta	---	12.27.03.151	**124,31**
RIPARAZIONI (Passeggini e seggioloni)			
Revisione dispositivi di movimento		12.27.03.503	**29,70**
Smontaggio e rimontaggio di una o più parti in sostituzione		12.27.03.506	**15,08**
Sedile in materiale lavabile o sintetico, dimensioni analoghe all'ausilio in uso		12.27.03.509	**54,38**
Schienale in materiale lavabile o sintetico, dimensioni analoghe all'ausilio in uso.		12.27.03.512	**54,38**
Appoggiagambe a pedana regolabile in altezza.		12.27.03.515	**46,64**
Appoggiagambe con inclinazione regolabile a pedana regolabile in altezza		12.27.03.518	**69,93**

NEW MEDICAL TREND SRL
OFFICINA ORTOPEDICA SANITARIA
VIA MONS A. FRANCO – 72021 FRANCAVILLA F.NA TEL/FAX 0831 842215
VIA S.GIOVANNI BOSCO, 149 – 72100 BRINDISI TEL/FAX 0831 260959
MAIL. Info@newmedicaltrend.it - web www.newmedicaltrend.it

AUSILI PER LA POSIZIONE SEDUTA ISO 18.09

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE Seggiolone ortopedizzato che può consentire al disabile una posizione seduta, distesa o altre posizioni funzionali alle specifiche necessità, fino al limite della posizione statica supina od orizzontale. E' adattabile dimensionalmente alle esigenze del soggetto. Caratteristiche: - telaio di base regolabile in altezza, munito di 4 ruote piroettanti diametro minimo mm. 80 di cui 2 con freno di stazionamento; - sedile, schienale, fianchi, braccioli, poggiagambe imbottiti e rivestiti in materiale lavabile o comunque atti ad offrire il sostegno adeguato al corpo in appoggio; il complesso della scocca superiore può essere asportabile. - poggiapiedi regolabile in altezza; - sedile inclinabile con regolazione continua dell'inclinazione; - schienale regolabile in altezza e inclinazione; - profondità della seduta regolabile; - braccioli regolabili in altezza e larghezza	22.45.071	18.09.18.012	**1171,69**
AGGIUNTIVI			
Sistema basculante per l'azionamento contemporaneo di schienale e poggiagambe	22.85.081	18.09.18.202	**42,71**
Poggiatesta o poggianuca regolabile in altezza, profondità, inclinazione e con possibilità di traslazione laterale	22.85.083	18.09.18.205	**75,76**
Prolunga dello schienale regolabile	22.85.085	18.09.18.208	**47,05**
Cuscinetto di spinta laterale inclinabile e regolabile	22.85.087	18.09.18.211	**54,38**
Poggiagambe a contenimento laterale	22.85.089	18.09.18.214	**81,24**
Pedana unica con regolazione dell'inclinazione e della flessoestensione dei piedi	22.85.091	18.09.18.217	**102,57**
Pedana divisa multifunzionale con cinghie fermapiedi	22.85.093	18.09.18.220	**145,07**
Divaricatore anatomico imbottito e regolabile	22.85.095	18.09.18.223	**47,05**
Cinghia con bretellaggio	22.85.097	18.09.18.226	**64,14**
Tavolino con incavo a supporti autolivellanti, inclinabili	22.85.099	18.09.18.229	**111,09**
Regolazione dei fianchi e dei braccioli in profondità	---	18.09.18.232	**76,90**
Base per esterni, con ruote diametro minimo 175 mm., maniglione di spinta, regolazione dell'altezza di seduta, dotata di bloccaggio del piroettamento delle ruote anteriori NOTA: Questa base per esterni è alternativa alle carrozzine e ai passeggini.	---	18.09.18.235	**401,70**
RIPARAZIONI (vedi voci riparazioni dei passeggini cod. ISO 12.27.03)			

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
• **SISTEMI DI POSTURA MODULARI E SU MISURA** Gli ausili di postura modulari personalizzabili si possono prescrivere a soggetti affetti da disabilità grave, secondaria a menomazioni motorie che determinano una importante insufficienza posturale. Gli ausili posturali sono composti da: - base di sostegno - sistema posturale LE BASI DI SOSTEGNO sono strutture di supporto appositamente predisposte per sostenere il sistema posturale e gli aggiuntivi; si dividono in: base da interno o da esterno. I sistemi di postura possono essere applicati anche su un normale ausilio per la mobilità (carrozzina). I SISTEMI POSTURALI sono realizzati con elementi predisposti personalizzabili o con elementi su misura in materiale sintetico modellato su calco negativo/positivo. Si dividono in rapporto alla regione corporea: - unità posturale per bacino - unità posturale per il tronco/bacino - unità posturale per il capo - unità posturale per arto superiore - unità posturale per arto inferiore BASE DI SOSTEGNO base da interni (seggiolone) struttura facilmente agganciabile al sistema di postura agganciabile Ruote piroettanti di cui almeno due con freno di stazionamento Regolazione dell'altezza per consentire il facile accostamento a piani di appoggio e di lavoro con dispositivo che ne consente l'agevole variazione anche con la persona seduta. Possibilità di ospitare sistemi di postura adeguati alla situazione evolutiva dell'utente		**18.09.39**	
Garanzia di 24 mesi	---	18.09.39.003	**567,64**
Base da esterni Struttura facilmente agganciabile al sistema di postura Pieghevole o riducibile per facilitarne il trasporto. Ruote adatte per uso esterno, anche su terreni sconnessi, di cui almeno due con freno di stazionamento.			

NEW MEDICAL TREND SRL
OFFICINA ORTOPEDICA SANITARIA
VIA MONS A. FRANCO – 72021 FRANCAVILLA F.NA TEL/FAX 0831 842215
VIA S.GIOVANNI BOSCO, 149 – 72100 BRINDISI TEL/FAX 0831 260959
MAIL. Info@newmedicaltrend.it - web www.newmedicaltrend.it

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
Possibilità di ospitare sistemi di postura adeguati alla situazione evolutiva dell'utente Garanzia di 24 mesi	---	18.09.39.006	**589,23**
AGGIIUNTIVI: Regolazione dell'inclinazione, con dispositivo che consente l'agevole basculamento del sistema anche con la persona seduta.	---	18.09.39.103	**77,21**
UNITA' POSTURALI Uità posturale per bacino, costruita su misura in materiale sintetico modellato su calco negativo/positivo completo del sistema di fissaggio alla base.	---	18.09.39.012	**466,15**
c.s. con elementi predisposti direttamente adattati sul paziente . I moduli e le regolazioni debbono consentire eventuali modifiche della configurazione della seduta e adeguare l'ausilio alla situazione evolutiva dell'utente.	--	18.09.39.015	**575,33**
UNITA' POSTURALE PER IL TRONCO/BACINO Composta da un sedile e uno schienale, è costruita su misura in materiale sintetico modellato su calco negativo/positivo, completo del sistema di fissaggio alla base.	---	18.09.39.018	**856,29**
c.s. con elementi predisposti direttamente adattati sul paziente. Il supporto dorsale può essere inclinabile per consentire la variazione dell'angolo di inclinazione DORSO/SACRALE. I moduli e le regolazioni debbono consentire eventuali modifiche della configurazione posturale e adeguare l'ausilio alla situazione evolutiva dell'utente.	---	18.09.39.021	**1315,93**
UNITA' POSTURALE PER IL CAPO Atto a garantire adeguato sostegno, regolabile in altezza costruita su misura in materiale sintetico modellato in calco negativo/positivo.	---	18.09.39.024	**215,41**
c.s. con elementi predisposti direttamente adattato sul paziente. Il modulo di supporto deve consentire una regolazione in altezza, in senso antero-posteriore, in inclinazione e lateralmente.	---	18.09.39.027	**333,63**
UNITA' POSTURALE PER ARTO SUPERIORE E' costituita da un bracciolo modellato per il contenimento dell'avambraccio, con elementi predisposti modulari	---	18.09.39.030	**166,04**
UNITA' POSTURALE PER ARTO INFERIORE Costituita da elementi predisposti modulari - Pedana con appoggiapiedi unico, inclinabile, regolabile in altezza	---	18.09.39.033	**210,82**

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
- Pedana con appoggiapiedi diviso, inclinabile, con possibilità di differenziare in maniera indipendente dal posizionamento del singolo piede per quanto riguarda la regolazione dell'altezza della divaricazione, della flesso-estensione, della pronosupinazione.	---	18.09.39.036	**305,79**
AGGIUNTIVI			
Regolazione della lunghezza del sedile	---	18.09.39.133	**139,50**
Regolazione della altezza dello schienale	---	18.09.39.136	**139,50**
Elementi di contenimento laterali, per bacino regolabile (la coppia)	---	18.09.39.139	**97,30**
Stabilizzatore pettorale	---	18.09.39.142	**236,33**
Cinghia a bretellaggio	---	18.09.39.145	**97,30**
Pelotta toracale regolabile in altezza ed in senso trasversale	---	18.09.39.148	**124,72**
Pelotta frontale con snodo (singola)	---	18.09.39.151	**136,29**
Appoggio palmare di varie forme	---	18.09.39.154	**30,88**
Cuneo divaricatore anatomico rigido imbottito regolabile in senso antero-posteriore	---	18.09.39.157	**128,18**
Regolazione laterale del divaricatore	---	18.09.39.160	**39,35**
Cinghia pelvica	---	18.09.39.163	**97,30**
Regolazione dell'intra/extra rotazione del piede per pedane indipendenti	---	18.09.39.166	**54,07**
Poggiagambe a contenimento laterale	---	18.09.39.169	**115,84**
Tavolino con incavo e con regolazione dell'altezza e dell'inclinazione	---	18.09.39.172	**243,25**

NEW MEDICAL TREND SRL
OFFICINA ORTOPEDICA SANITARIA
VIA MONS A. FRANCO – 72021 FRANCAVILLA F.NA TEL/FAX 0831 842215
VIA S.GIOVANNI BOSCO, 149 – 72100 BRINDISI TEL/FAX 0831 260959
MAIL. Info@newmedicaltrend.it - web www.newmedicaltrend.it

FAMIGLIE DI AUSILI SECONDO IL NOMENCLATORE TARIFFARIO EX D.M. 28/12/92	CLASSI DI AUSILI CORRISPONDENTI SECONDO LA CLASSIFICAZIONE A NORMA ISO
26 PROTESI OCULARI	**06 PROTESI E ORTESI** **06.30 Protesi non di arto:** **06.30.21 Protesi oculari**

PRESIDI - AUSILI PER LA FUNZIONE VISIVA COSMETICA
PROTESI OCULARI

La classificazione degli ausili tecnici per disabili EN ISO 9999:1998 è costituita da 3 livelli gerarchici: classi, sottoclassi, divisioni.
Per le protesi oculari il codice di riferimento è **06.30.21**
06 individua la classe di appartenenza ed il termine "PROTESI E ORTESI".
30 individua la sottoclasse di appartenenza e il termine "PROTESI NON DI ARTO".
21 individua la divisione di appartenenza e il termine "PROTESI OCULARI".
Comunque in futuro potrebbe essere indicato un quarto livello come previsto nella stessa introduzione della norma europea EN 29999 al comma 4.1 del Capitolo "Elementi e regole utilizzate nella classificazione".
Il Nomenclatore tariffario presenta una necessità di un quarto livello di codifica e si è provveduto in modo autonomo con l'aggiunta di un quarto gruppo numerico a tre cifre con inizio da **003**.

ESEMPIO: SERIE DI DUE PROTESI IN VETRO

	classe	sottoclasse	divisione	suddivisione
Classificazione secondo EN ISO-9999:1998	06	30	21	003

NEW MEDICAL TREND SRL
OFFICINA ORTOPEDICA SANITARIA
VIA MONS A. FRANCO – 72021 FRANCAVILLA F.NA TEL/FAX 0831 842215
VIA S.GIOVANNI BOSCO, 149 – 72100 BRINDISI TEL/FAX 0831 260959
MAIL. Info@newmedicaltrend.it - web www.newmedicaltrend.it

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
PROTESI OCULARI		**06.30.21**	
Protesi su misura: E' il risultato di una complessa lavorazione che richiede rilevamenti cavitari e prove con modelli di adattamento al fine di ottenere la migliore somiglianza possibile con l'occhio superstite o con la protesi controlaterale. - Serie di due protesi in vetro per tutte le cavità anoftalmiche	26.11.003	06.30.21.003	**206,58**
Serie di due protesi a guscio in vetro per ricoprimento di bulbi subatrofici o per cavità anoftalmiche insufficienti	26.15.007	06.30.21.009	**289,22**
Serie di due protesi in vetro mobili per interventi speciali, peduncolate o per endoprotesi.	26.15.009	06.30.21.015	**299,55**
Una protesi in resina	26.13.005	06.30.21.021	**516,46**
Protesi a guscio in resina da calco/rilievo oculare per odontocheratoprotesi		06.30.21.024	**774,69**
Una protesi in resina a guscio per ricoprimento di bulbo subatrofico e/o per cavità insufficienti	26.15.011	06.30.21.027	**774,69**
Una protesi mobile in resina per interventi speciali, peduncolata o per endoprotesi	26.15.013	06.30.21.030	**774,69**
Una lente sclerale cosmetica da calco/rilievo oculare per cornee leucomatizzate per occhio deviato o strabico		06.30.21.036	**774,69**
Una lente sclerale cosmetica da calco/rilievo oculare con potere diottrico incorporato		06.30.21.039	**774,69**
AGGIUNTIVI: Impostazione cavitaria (in caso di prima fornitura o di modifica della precedente per la serie di protesi in vetro e per protesi in resina). Importo forfettario da corrispondere per una volta per ciascuna fornitura.	26.85.001	06.30.21.042	**144,61**
Protesi oculari (non personalizzate) provvisorie: Una protesi provvisoria in vetro	26.17.001	06.30.21.045	**61,97**
Una protesi provvisoria in resina	26.17.003	06.30.21.048	**129,11**
Montatura per lenti infrangibili a protezione e difesa dell'occhio controlaterale superstite e/o con appoggio per ptosi.		21.03.06.003	**35,12**
Lente oftalmica prismatica per l'innalzamento o abbassamento dell'occhio con protesi per completare l'estetica del paziente e fornire simultaneamente protezione a difesa dell'occhio controlaterale sano e integro.		21.03.06.180	**18,59**

N.B.:

1. La serie di protesi in vetro su misura è idonea per tutte le cavità anoftalmiche
2. Le protesi in vetro e resina personalizzate su misura si riferiscono a tutte le cavità anoftalmiche.

3. Le protesi in resina sono idonee per tutte le cavità anoftalmiche tranne che nei pazienti che presentano allergie ai materiali plastici
4. Le protesi a guscio in vetro per ricoprimento del bulbo sono indicate ove sia presente un bulbo oculare anche se subatrofico.
5. Le protesi a guscio in resina per ricoprimento del bulbo sono indicate ove sia presente un bulbo oculare anche se subatrofico tranne nei pazienti che presentano allergie ai materiali plastici.
6. Le protesi peduncolate mobili in vetro per interventi speciali sono indicate negli operati di eviscerazione plastica o interventi similari per protesi mobili e nei casi in cui è presente un'allergia ai materiali plastici.

7. Le protesi mobili in resina per interventi speciali sono indicate negli operati di eviscerazione plastica o interventi similari per protesi mobili.

NEW MEDICAL TREND SRL
OFFICINA ORTOPEDICA SANITARIA
VIA MONS A. FRANCO – 72021 FRANCAVILLA F.NA TEL/FAX 0831 842215
VIA S.GIOVANNI BOSCO, 149 – 72100 BRINDISI TEL/FAX 0831 260959
MAIL. Info@newmedicaltrend.it - web www.newmedicaltrend.it

FAMIGLIE DI AUSILI SECONDO IL NOMENCLATORE TARIFFARIO EX D.M. 28/12/92	CLASSI DI AUSILI CORRISPONDENTI SECONDO LA CLASSIFICAZIONE A NORMA ISO
29 AUSILI OTTICI CORRETTIVI	**21 AUSILI PER COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E SEGNALAZIONE** **21.03 Ausili ottici:** **21.03.03** lenti oftalmiche **21.03.09** lenti a contatto **21.03.21/24** cannocchiali da occhiali per visione lontana/vicina

NEW MEDICAL TREND SRL
OFFICINA ORTOPEDICA SANITARIA
VIA MONS A. FRANCO – 72021 FRANCAVILLA F.NA TEL/FAX 0831 842215
VIA S.GIOVANNI BOSCO, 149 – 72100 BRINDISI TEL/FAX 0831 260959
MAIL. Info@newmedicaltrend.it - web www.newmedicaltrend.it

DISPOSITIVI-AUSILI PER LA FUNZIONE VISIVA
LENTI OFTALMICHE E SISTEMI OTTICI INGRANDENTI

INDICAZIONE PER LA LETTURA DEL NOMENCLATORE

La classificazione per i dispositivi e ausili tecnici per disabili EN ISO 9999:1998 è costituita da 3 livelli gerarchici: classi, sottoclassi, divisioni.
Per le lenti oftalmiche e sistemi ottici ingrandenti il codice di riferimento è **21.03.03.**
21 individua la classe di appartenenza ed il termine ausili per comunicazioni-informazioni e segnalazioni.
03 individua la sottoclasse di appartenenza e il termine "DISPOSITIVI OTTICI";
03 individua la divisione d appartenenza e il termine dispostivi ottici per lenti e occhiali.
Il Nomenclatore tariffario presenta una necessità di un quarto livello di codifica e si è provveduto in modo autonomo con l'aggiunta di un quarto gruppo numerico a tre cifre con inizio da **003**.

ESEMPIO: LENTI OFTALMICHE

	classe	sottoclasse	divisione	suddivisione
Classificazione secondo EN ISO-9999:1998	21	03	03	003

LENTI A CONTATTO

La classificazione per le lenti a contatto è codificata nel pr EN ISO 8320-1 (sostituirà la ISO 8320:1996)

Il nomenclatore tariffario fa riferimento alla classificazione degli ausili tecnici per disabili EN ISO 9999:1998. Le lenti a contatto sono inserite nella classe 21 (Ausili per comunicazione, informazione e segnalazione), nella sottoclasse degli ausili ottici 03 e nella divisione 09 lenti a contatto; quindi il codice di classificazione è: **21.03.09**
Il nomenclatore tariffario presenta la necessità di un ulteriore livello di codifica a cui si è provveduto in modo autonomo con la l'aggiunta di un quarto gruppo numerico a tre cifre con inizio da 003.

ESEMPIO: LENTE A CONTATTO RIGIDA

	classe	sottoclasse	divisione	suddivisione
Classificazione secondo EN ISO-9999:1998	21	03	09	003

In attesa che vengano istituite norme sui "**TERMINI OFTALMICI FONDAMENTALI**" (al presente i lavori delle Commissioni sono in preparazione) è stata ravvisata l'esigenza di elencare entrambe le classificazioni in aggiunta a quelle del vecchio nomenclatore.

NEW MEDICAL TREND SRL
OFFICINA ORTOPEDICA SANITARIA
VIA MONS A. FRANCO – 72021 FRANCAVILLA F.NA TEL/FAX 0831 842215
VIA S.GIOVANNI BOSCO, 149 – 72100 BRINDISI TEL/FAX 0831 260959
MAIL. Info@newmedicaltrend.it - web www.newmedicaltrend.it

DISPOSITIVI OTTICI CORRETTIVI 21.03

L'individuazione, l'applicazione, l'adattamento alle esigenze soggettive dell'assistito e la fornitura di questi dispositivi è fatta dall'ottico abilitato. I dispositivi di seguito elencati possono essere concessi agli ipovedenti, ossia a coloro che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione nonchè ai minori di anni 18 affetti da ambliopia.

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
LENTI OFTALMICHE PER VICINO E PER LONTANO		21.03.03	
Lente in vetro crown:			
da 0 a +/-4 sferica diametro 65	29.02.003	21.03.03.003	**12,91**
da 0 a +/-4 torica fino a 2 diametro 65	29.02.011	21.03.03.006	**18,08**
Lente in vetro al titanio o indice > 1,6:			
da -2 a -8 sferica diametro 65	29.02.017	21.03.03.009	**30,99**
da -8.25 a -10 sferica diametro 65	29.02.021	21.03.03.012	**33,57**
da -10.25 a -20 sferica diametro 60	29.02.025	21.03.03.015	**41,32**
da 20.25 a -23,00 sferica diametro 60	29.02.027	21.03.03.018	**46,48**
oltre le 23 diottrie, per ogni diottria	29.02.028	21.03.03.021	**4,65**
da +4 a +6 sferica diametro 60	29.02.033	21.03.03.024	**30,99**
da +4 a +6 sferica diametro 65	29.02.035	21.03.03.027	**30,99**
da +6.25 a +8 sferica diametro 60	29.02.033	21.03.03.030	**36,15**
da +6.25 a +8 sferica diametro 65	29.02.035	21.03.03.033	**36,15**
da +8.25 a +10 sferica diametro 60	29.02.037	21.03.03.036	**41,32**
Lente in plastica termoindurente:			
da 0 a +/-6 sferica diametro 60	29.02.205	21.03.03.039	**19,63**
da 0 a +/-6 sferica diametro 65	29.02.207	21.03.03.042	**22,21**
da +/- 6.25 a +/-8 sferica diametro 60	29.02.205	21.03.03.045	**23,24**
da +/-6.25 a +/-8 sferica diametro 65	29.02.207	21.03.03.048	**27,89**
da +/-8,25 a +/-12 sferica diametro 60	29.02.209	21.03.03.051	**38,22**
sfera da 0 a +/-6 torica fino a 2 diametro 60	29.02.217	21.03.03.054	**23,24**
sfera da 0 a +/-6 torica fino a 2 diametro 65	29.02.219	21.03.03.057	**25,82**
sfera da +/-6.25 a +/-8 cilindro fino a 2 torica diam. 60	29.02.221	21.03.03.060	**28,41**
sfera da +/-6.25 a +/-8 cilindro fino a 2 torica diam. 65	29.02.223	21.03.03.063	**38,73**
sfera da +/-8.25 a +/-10 cilindro fino a 2 torica diam. 60	29.02.225	21.03.03.066	**41,32**
sfera da -10.25 a -12 cilindro fino a 2 torica diam. 60	29.02.227	21.03.03.069	**46,48**
sfera da 0 a +/-4 cilindro fino a 4 torica diam. 60	29.02.229	21.03.03.072	**18,08**
sfera da 0 a +/-4 cilindro fino a 4 torica diam. 65	29.02.231	21.03.03.075	**23,24**
sfera da +/-4.25 a +/-6 cilindro fino a 4 torica diam. 60	29.02.233	21.03.03.078	**25,82**
sfera da +/-4.25 a +/-6 cilindro fino a 4 torica diam. 65	29.02.235	21.03.03.081	**43,90**
sfera da +/-6.25 a +/-8 cilindro fino a 4 torica diam. 60	29.02.237	21.03.03.084	**46,48**
sfera da +/-8.25 a +/-10 cilindro fino a 4 torica diam. 60	29.02.239	21.03.03.087	**49,06**
sfera da -10.25 a -12 cilindro fino a 4 torica diam. 60	29.02.241	21.03.03.090	**51,65**
sfera da 0 a +/-6 cilindro fino a 6 torica diam. 60	29.02.243	21.03.03.093	**33,57**
sfera da 0 a +/-6 cilindro fino a 6 torica diam. 65	29.02.245	21.03.03.096	**36,15**
LENTE PER AFACHIA O INGRANDENTE IN PLASTICA PER IPOVEDENTI			
Asferica lenticolare:			
sfera fino a +16	29.02.247	21.03.03.099	**61,97**
sfera fino a +20	29.02.249	21.03.03.102	**64,56**
sfera fino a +16 cilindro +2	29.02.251	21.03.03.105	**67,14**
sfera fino a +20 cilindro +2	29.02.253	21.03.03.108	**72,30**
sfera fino a +16 cilindro +4	29.02.255	21.03.03.111	**72,30**
sfera fino a +20 cilindro +4	29.02.257	21.03.03.114	**74,89**

NEW MEDICAL TREND SRL
OFFICINA ORTOPEDICA SANITARIA
VIA MONS A. FRANCO – 72021 FRANCAVILLA F.NA TEL/FAX 0831 842215
VIA S.GIOVANNI BOSCO, 149 – 72100 BRINDISI TEL/FAX 0831 260959
MAIL. Info@newmedicaltrend.it - web www.newmedicaltrend.it

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
Asferica campo totale:			
sfera fino a +16	29.02.261	21.03.03.117	**77,47**
sfera fino a +16 cilindro a +2	29.02.265	21.03.03.120	**85,22**
sfera fino a +16 cilindro a +4	29.02.269	21.03.03.123	**87,80**
oltre +16 per ogni diottria		21.03.03.126	**10,33**
Lente in plastica occlusoria, asferica lenticolare o a campo totale per appaiamento peso	(29.03.001)	21.03.03.129	**20,66**
Lente con superficie indurita in policarbonato o plastica indice> 1,55:			
da 0 a +/-4.00 sferica diametro 65		21.03.03.132	**57,84**
da +/-4.25 a +/-8.00 sferica diametro 65		21.03.03.135	**64,04**
da 0 a +/-2.00 sferica cilindro fino a 2 diam. 65		21.03.03.138	**61,97**
da +/-2.25 a +/-4.00 sferica cilindro fino a 2 diam. 65		21.03.03.141	**66,11**
da +/-4.25 a +/-8.00 sferica cilindro fino a 2 diam. 65		21.03.03.144	**69,72**
LENTE BIFOCALE INGRANDENTE PER SOGGETTI AMBLIOPI E/O IPOVEDENTI			
Lente bifocale:			
in vetro minerale da 1,5 a 4	29.02.301	21.03.03.147	**165,27**
in plastica da 1,5 a 6	29.02.305	21.03.03.150	**170,43**
per appaiamento peso in vetro minerale	29.02.303	21.03.03.153	**59,39**
per appaiamento peso in plastica	29.02.307	21.03.03.156	**61,97**
ADDIZIONALI PER TUTTE LE LENTI: Per l'eventuale correzione cilindrica compresa ove non tariffata:			
tra 0,25 e 2	29.85.001	21.03.03.159	**6,71**
tra 2,25 e 4	29.85.003	21.03.03.162	**16,01**
tra 4,25 e 6	29.85.005	21.03.03.165	**18,59**
tra 6,25 e 8	29.85.007	21.03.03.168	**19,63**
per tutte le lenti oftalmiche, per eventuale correzione prismatica:			
fino a 5.50 diottrie prismatiche in vetro crown		21.03.03.171	**16,53**
fino a 10.50 diottrie prismatiche in vetro crown		21.03.03.174	**18,59**
fino a 5.50 driottrie prismatiche in plastica		21.03.03.177	**16,53**
fino a 10.50 diottrie prismatiche in plastica		21.03.03.180	**18,59**
Montatura tipo per le sole lenti oftalmiche	29.85.015	21.03.06.003	**41,32**
Individuazione e applicazione personalizzata di una lente	29.85.017	21.03.03.183	**7,75**
Filtro prismatico press-on in plastica da : 0,5-1-1,5-2-3-4-5-6.7-8-10-12-15-20-25-30/cad.		21.03.03.186	**24,79**
Filtro di Bangerter per occlusione parziale o totale (da 0.1-0.2-0.4-0.6-0.8) -1/cad.		21.03.36.003	**3,72**
Filtro in plastica bloccante radiazioni nocive in retinopatie, in afachia e per stimolazione maculare/cad.		21.03.36.006	**61,97**
Aggiuntivo o clip-on di sostegno per filtri bloccanti UV e raggi blu		21.03.06.006	**10,33**
Trattamento indurente per lenti in materiale plastico termoindurente (organico)		21.03.03.189	**7,75**

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
Colorazione o smerigliatura/cad.	29.85.019	21.03.03.192	**4,65**
Trattamento antiriflesso multistrato/cad.	29.85.021	21.03.03.195	**15,49**
LENTE A CONTATTO		**21.03.09**	
Concedibile esclusivamente quando la correzione non è migliorabile o ottenibile con lente oftalmica e/o in presenza di anisometropia elevata La tariffa di riferimento si intende comprensiva della prestazione relativa alla individuazione, prova e personalizzazione, quantificata in L. 30.000 per ogni lente a contatto fornita.			
Rigida sferica codice specifico ISO 8320 2.43	29.02.101	21.03.09.003	**103,29**
Rigida sferica con flange toriche codice specifico ISO 8320 2.54		21.03.09.006	**116,20**
Rigida torica (interna o esterna) codice specifico ISO 8320 2.53		21.03.09.009	**116,20**
Rigida bitorica codice specifico ISO 8320 2.8		21.03.09.012	**129,11**
Gas-permeabile sferica codice specifico ISO 83.20 2.44	29.02.105	21.03.09.015	**134,28**
Gas-permeabile sferica a flange toriche codice specifico ISO 8320 2.44 e ISO 8320 2.54		21.03.09.018	**144,61**
Gas-permeabile torica (interna o esterna) codice specifico ISO 8320 2.44 e ISO 8320 2.53		21.03.09.021	**154,94**
Lente a contatto gas-permeabile (rossa) (per stimolazione maculare e retinopatia a forte assorbenza delle radiazioni blu e UV nocive) codice specifico EN ISO 8321-1:1996		21.03.09.024	**129,11**
Lente a contatto gas-permeabile per afachia (a forte assorbenza di radiazioni blu e UV nocive) codice specifico EN ISO 8321-2:1996		21.03.09.027	**131,70**
Idrofila sferica codice specifico ISO 8320 2.27	29.02.103	21.03.09.030	**103,29**
Idrofila torica codice specifico ISO 8320 2.27 e ISO 8320 2.53		21.03.09.033	**129,11**
Lente idrofila cosmetica (solo per leucomi corneali, deturpazioni corneali, iridectomie, aniridie) codice specifico ISO 8320 4.32		21.03.09.036	**154,94**
Lente idrofila cosmetica (con potere driottico incorporato per iridectomie totali o parziali, aniridia, albinismo, deturpazioni corneali) codice specifico ISO 8320 4.3		21.03.09.039	**180,76**
Lente idrofila anti UV		21.03.09.042	**103,29**
Lente al silicone (solo per afachia da cataratta congenita o traumatica) mono o bilaterale.	29.02.107	21.03.09.045	**139,44**

NEW MEDICAL TREND SRL
OFFICINA ORTOPEDICA SANITARIA
VIA MONS A. FRANCO – 72021 FRANCAVILLA F.NA TEL/FAX 0831 842215
VIA S.GIOVANNI BOSCO, 149 – 72100 BRINDISI TEL/FAX 0831 260959
MAIL. Info@newmedicaltrend.it - web www.newmedicaltrend.it

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
Lente terapeutica neutra codice specifico ISO 8320 2.51		21.03.09.048	**28,92**
Lente protettiva codice specifico ISO 8320 2.5		21.03.09.051	**36,15**
Lente composita (lente a contatto formata da due o tre materiali uniti tra loro. Es. : gas-permeabile al centro e idrofila in periferia) codice specifico ISO 8320 2.12		21.03.09.054	**162,68**
Lente sclero-corneale da calco-rilievo oculare (solo per cheratocono, cheratoglobo, astigmatismo oltre le 8.00 diottrie corneali, iridectomie parziali o totali, nistagmo, pupilla decentrata, non reagente alla luce, miopie elevate oltre le 25.00 D, cicatrici corneali, cheratiti bollose ed erpetiche, ecc.) codice specifico ISO 8320 7.3		21.03.09.057	**774,69**
Lente sclero-corneale preformata gas-permeabile (lente sclerale non da calco/rilievo oculare la cui parte posteriore è di forma predeterminata) codice specifico ISO 8320 7.6.		21.03.09.060	**774,69**
Lente sclero-corneale cosmetica (da calco/rilievo oculare con potere diottrico incorporato) codice specifico ISO 8320 4.33		21.03.09.063	**774,69**
COSTI ADDIZIONALI PER LAVORAZIONI PER SINGOLA LENTE: Foro/i di ventilazione codice specifico ISO 8320 2.2.1		21.03.09.066	**18,08**
Prisma di bilanciamento codice specifico ISO 8320 2.3.7		21.03.09.069	**18,08**
Canalizzazione solo per lenti sclerali codice specifico ISO 8320 2.1.2		21.03.09.072	**36,15**
Sterilizzazione e rigenerazione lente idrofila codice specifico ISO 8320.		21.03.09.075	**10,85**
Formazione di nuova curva di transizione codice specifico ISO 8320 2.1.0		21.03.09.078	**10,85**

NEW MEDICAL TREND SRL
OFFICINA ORTOPEDICA SANITARIA
VIA MONS A. FRANCO – 72021 FRANCAVILLA F.NA TEL/FAX 0831 842215
VIA S.GIOVANNI BOSCO, 149 – 72100 BRINDISI TEL/FAX 0831 260959
MAIL. Info@newmedicaltrend.it - web www.newmedicaltrend.it

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
CANNOCCHIALI DA OCCHIALI PER VISIONE LONTANA/VICINA		**21.03.21/24**	
Sistemi Telescopici Galileiani e Kepleriani (completi di supporto telescopico, eventuale correzione ottica, se interna, occlusoria e astuccio):			
Monoculare lontano galileiano	29.05.001	21.03.21.003	**278,89**
Monoculare vicino galileiano	29.05.001	21.03.24.003	**278,89**
Binoculare lontano galileiano	29.05.003	21.03.21.006	**413,17**
Binoculare vicino galileiano	29.05.003	21.03.24.006	**413,17**
Monoculare lontano kepleriano		21.03.21.009	**309,87**
Monoculare vicino kepleriano		21.03.24.009	**335,70**
Binoculare lontano kepleriano		21.03.21.012	**438,99**
Binoculare vicino kepleriano		21.03.24.012	**438,99**
Monoculare Autoilluminante Galileiano	29.05.005	21.03.21.015	**361,52**
N.B: i sistemi telescopici di cui ai codici 21.03.21.003 -21.03.24.003 - 21.03.21.006 e 21.03.24.006 sono alternativi, rispettivamente, ai sistemi telescopici di cui ai codici 21.03.21.009 - 21.03.24.009 - 21.03.21.012 e 21.03.24.012.			
Lenti a doppietto acromatico ingrandenti		21.03.30.003	**36,15**
Leggio scorrevole orizzontalmente con piano bloccabile ed inclinabile		21.27.06.003	**77,47**
Occhiali prismatici che non correggono la vista ma regolano l'angolazione del campo visivo per una visione supina. Es. leggere o guardare la TV		21.03.33.003	**61,97**

NEW MEDICAL TREND SRL
OFFICINA ORTOPEDICA SANITARIA
VIA MONS A. FRANCO – 72021 FRANCAVILLA F.NA TEL/FAX 0831 842215
VIA S.GIOVANNI BOSCO, 149 – 72100 BRINDISI TEL/FAX 0831 260959
MAIL. Info@newmedicaltrend.it - web www.newmedicaltrend.it

FAMIGLIE DI PRESIDI SECONDO IL NOMENCLATORE TARIFFARIO EX D.M. 28/12/92	CLASSI DI PREDISI CORRISPONDENTI SECONDO LA CLASSIFICAZIONE A NORMA ISO
24 PROTESI ACUSTICHE	**21 AUSILI PER COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E SEGNALAZIONE** **21.45 Apparecchi acustici:** **21.45.09** apparecchi acustici a occhiale **21.45.12** apparecchi acustici a scatola **21.45.06** apparecchi acustici retroauricolari

NEW MEDICAL TREND SRL
OFFICINA ORTOPEDICA SANITARIA
VIA MONS A. FRANCO – 72021 FRANCAVILLA F.NA TEL/FAX 0831 842215
VIA S.GIOVANNI BOSCO, 149 – 72100 BRINDISI TEL/FAX 0831 260959
MAIL. Info@newmedicaltrend.it - web www.newmedicaltrend.it

AUSILI PER L'UDITO
Codice ISO 21.45

-EX FAMIGLIA 24 -

Per apparecchio acustico si intende un dispositivo elettronico esterno indossabile avente la funzione di amplificare e/o modificare il messaggio sonoro, ai fini della correzione qualitativa e quantitativa del deficit uditivo conseguente a fatti morbosi congeniti o acquisiti, avente carattere di stabilizzazione clinica.
Ai sensi della legislazione vigente gli apparecchi acustici devono essere omologati dal Ministero della Sanità (D.P.R. 128/86) o, quali dispositivi medici, soddisfare gli obblighi previsti dalla Direttiva 93/42/CE del 14 giugno 1993.

Secondo le norme ISO gli apparecchi acustici sono classificati come segue:

APPARECCHI ACUSTICI RETROAURICOLARI
Codice ISO 21.45.06

APPARECCHI ACUSTICI OCCHIALI
Codice ISO 21.45.09

APPARECCHI ACUSTICI A SCATOLA
Codice ISO 21.45.12

I prodotti di cui sopra devono essere:
- applicati con opportuno ed adeguato sistema di accoppiamento acustico (vedere voce accessori);
- consegnati funzionanti ovvero con pila/e inserita/e;
- accompagnati da opportune istruzioni sull'uso e sul periodo di allenamento allo stesso;
- integrati da opportuna rieducazione qualora prescritta e/o necessaria effettuata dagli operatori competenti;
- riparabili, quando necessario e possibile, mediante constatazione del danno e relativo collaudo da parte del medico specialista dell'Azienda USL..

Tutti i prodotti della classificazione di cui sopra possono o meno incorporare mascheratori per acufeni.
Perchè un apparecchio acustico sia prescrivibile a Nomenclatore tariffario deve possedere almeno due e fino a 3 possibilità di regolazione tra quelle di seguito elencate coni seguenti requisiti, rilevati secondo le norme IEC 118, tradotte in italiano come CEI 29-5 del 01-10-85, e IEC 118-9 relative alla conduzione ossea, non tradotte in italiano (se altrimenti rilevate, vanno citate le norme di riferimento, come le norme di riferimento, come le norme A.N.S.I., N.A.L., J.I.S.):
- azione controllo di tono sui gravi e/o sugli acuti:=<6 dB/ottava
- riduzione OSPL 90 ottenuta mediante peak clipping e/o controllo automatico di guadagno => 10 dB
- riduzione del guadagno massimo mediante preregolazione di guadagno =>10dB sensibilità bobina telefonica a 1600 Hz, 1mA/m=> 70 dB se per via aerea o =>60dB se per via ossea. Ove in alternativa presente il sistema audio input la sensibilità dello stesso deve essere di almeno 3 mV
- distorsione armonica totale media (su 500, 800, 1600 Hz):= <9%
- rumore equivalente in ingresso: =o<28 dB per via aerea o <50dB se per via ossea
- un guadagno ed un OSPL 90 come da specifica nei gruppi di seguito riportati

PROCEDURA DI PRESCRIZIONE
Per i maggiori di anni 18 rimane fermo quanto disposto all'art. 2 del presente regolamento.
Per i minori di anni 18, affetti da ipoacusia, il diritto alla protesizzazione acustica scaturisce dall'analisi clinca del prescrittore senza limiti di riferimento. Vengono escluse le cofosi.
La prescrizione dello specialista della ASL, redatta in conformità all'art.4. del presente regolamento, deve scaturire da una valutazione clinica e strumentale documentabile attraverso:
a) esame audiometrico tonale liminare e prove sopraliminari qualora le condizioni generali e audiologiche del soggetto lo permettano;
b) l'esame audiometrico vocale per i maggiori di anni 18, con la determinazione della curva di articolazione o intelligibilità, qualora le condizioni di cui al punto a) lo permettano;

c) l'esame audiometrico obiettivo (esame impedenzometrico, potenziali evocati). Tale esame è facoltativo, ma può sostituire totalmente l'audiometria tonale nei casi di impossibilità di esecuzione o di inattendibilità di quest'ultima ove comunque vi siano le indicazioni cliniche.

I test tonali sopraliminari sono sostituibili ove possibile dalle prove impedenzometriche di riflessometria stapediale. Gli esami debbono essere eseguiti in ambiente adeguatamente insonorizzato.

RICONDUCIBILITA'

Con riferimento all'art. 1, comma 5 del presente regolamento, sono da considerarsi riconducibili gli apparecchi acustici che possiedono un minimo di 4 regolazioni e/o siano programmabili (tramite interfacce apposite e computer o computer dedicati o programmatori specificatamente costruiti), telecomandabili, automatici o adattivi.

APPLICAZIONE DEGLI APPARECCHI ACUSTICI

L'applicazione degli apparecchi acustici è compito del tecnico audioprotesista e si svolge secondo il seguente iter:

A) prove preliminari atte ad individuare il campo dinamico residuo per la scelta del modello di apparecchio acustico più adatto;
B) rilevamento dell'impronta del condotto uditivo esterno nei casi di applicazione per V.A;
C) l'adattamento dell'applicazione;
D) l'addestramento all'uso e l'assistenza iniziale;
E) le verifiche di funzionalità alle scadenze prefissate.

A - PROVE PRELIMINARI

1) Osservazione otoscopica ai fini della corretta esecuzione delle prove di audiometria protesica.
2) Definizione del campo dinamico disponibile mediante prove di audiometria protesica tonale, vocale e/o impedenzometrica in cuffia e/o in campo libero.
3) Prove dirette ad individuare il modello di apparecchio acustico necessario ed i suoi accessori.

B - RILEVAMENTO IMPRONTA DEL CONDOTTO UDITIVO ESTERNO:

1) Osservazione otoscopica che escluda la presenza di impedimenti ad un corretto rilevamento dell'impronta.
2) Posizionamento di un opportuno sistema di protezione del timpano.
3) Introduzione del materiale atto a rilevare l'impronta del condotto.
4) Estrazione del calco del condotto.
5) Osservazione otoscopica del condotto uditivo al fine di verificare la sua completa pervietà

C - ADATTAMENTO

1) Verifica mediante prove tonali e vocali in campo libero delle scelte operate ai punti precedenti.
2) Regolazione dell'apparecchio acustico al fine di raggiungere il massimo risultato di intelligibilità e comfort possibile.
3) Controllo dell'auricolare ed eventuali sue modifiche al fine di ottimizzarne l'adattamento.
4) Controllo finale del risultato applicativo eventualmente anche mediante prove "invivo".
5) Esecuzione dei primi controlli a distanza di tempo per verificare la taratura dell'apparecchio acustico in conseguenza delle prime esperienze d'uso dello stesso da parte dell'utente.

D - ADDESTRAMENTO ALL'USO ED ASSISTENZA INIZIALE:

1) Istruzione ottimale all'uso dell'apparecchio acustico mediante l'espletamento di esercizi appositi fatti eseguire all'utente.
2) Comunicazione delle modalità da seguire per un'abitudine corretta all'uso dell'apparecchio acustico.

NEW MEDICAL TREND SRL
OFFICINA ORTOPEDICA SANITARIA
VIA MONS A. FRANCO – 72021 FRANCAVILLA F.NA TEL/FAX 0831 842215
VIA S.GIOVANNI BOSCO, 149 – 72100 BRINDISI TEL/FAX 0831 260959
MAIL. Info@newmedicaltrend.it - web www.newmedicaltrend.it

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 Le caratteristiche tecniche minime di tali apparecchi devono comprendere almeno due e fino a tre possibilità di regolazione fra quelle di seguito elencate: - Controllo di tono sui gravi - Controllo di tono sugli acuti - Controllo di peak clipping - Controllo automatico di guadagno - Preregolazione massimo guadagno Prestazioni: - Potenza massima di picco, pari o inferiore a 135 dB SPL o 125 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9, limitabile tramite sistemi opportuni. - Guadagno di picco al massimo volume, pari o inferiore a 70 dB o 50 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9. - Controllo di volume. - Bobina telefonica e/o ingresso audio.			
APPARECCHIO ACUSTICO RETROAURICOLARE V.A.	24.31.301	21.45.06.003	**545,69**
APPARECCHIO ACUSTICO RETROAURICOLARE V.O.	24.31.301	21.45.06.006	**545,69**
APPARECCHIO ACUSTICO AD OCCHIALE V.A.	24.31.301	21.45.09.003	**545,69**
APPARECCHIO ACUSTICO AD OCCHIALE V.O.	24.31.301	21.45.09.006	**545,69**
APPARECCHIO ACUSTICO A SCATOLA V.A.	24.31.301	21.45.12.003	**545,69**
APPARECCHIO ACUSTICO A SCATOLA V.O.	24.31.301	21.45.12.006	**545,69**
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 2 Le caratteristiche tecniche minime di tali apparecchi devono comprendere almeno due e fino a tre possibilità di regolazione tra quelle di seguito elencate: - Controllo di tono sui gravi - Controllo di tono sugli acuti - Controllo di peak clipping - Controllo automatico di guadagno - Preregolazione massimo guadagno Prestazioni: - Potenza massima di picco, superiore a 135 dB SPL o 125 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9, limitabile tramite sistemi opportuni.			

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
- Guadagno di picco al massimo volume, superiore a 70 dB o 50 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9. - Controllo di volume. - Bobina telefonica e/o ingresso audio.			
APPARECCHIO ACUSTICO RETROAURICOLARE V.A.	24.51.501	21.45.06.009	**621,92**
APPARECCHIO ACUSTICO RETROAURICOLARE V.O.	24.51.501	21.45.06.012	**621,92**
APPARECCHIO ACUSTICO AD OCCHIALE V.A.	24.51.501	21.45.09.009	**621,92**
APPARECCHIO ACUSTICO AD OCCHIALE V.O.	24.51.501	21.45.09.012	**621,92**
APPARECCHIO ACUSTICO A SCATOLA V.A.	24.51.501	21.45.12.009	**621,92**
APPARECCHIO ACUSTICO A SCATOLA V.O.	24.51.501	21.45.12.012	**621,92**

APPLICAZIONI BINAURALI.
La protesizzazione acustica deve essere di norma binaurale nelle ipoacusie bilaterali in quanto migliora l'ascolto direzionale, il guadagno acustico complessivo e la discriminazione del parlato in ambiente rumoroso. La protesizzazione monoaurale è riservata ai soli casi di totale assenza di residui uditivi su un lato (anacusia).
In caso di protesizzazione binaurale viene raddoppiata la tariffa indicata per ciascun apparecchio.

NEW MEDICAL TREND SRL
OFFICINA ORTOPEDICA SANITARIA
VIA MONS A. FRANCO – 72021 FRANCAVILLA F.NA TEL/FAX 0831 842215
VIA S.GIOVANNI BOSCO, 149 – 72100 BRINDISI TEL/FAX 0831 260959
MAIL. Info@newmedicaltrend.it - web www.newmedicaltrend.it

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
ACCESSORI PER APPLICAZIONE VIA AEREA Auricolari su misura per apparecchi acustici (ottenuti mediante rilevamento dell'impronta su misura)			
- Auricolare in materiale rigido	24.85.001	21.45.00.103	**30,83**
- Auricolare in materiale morbido	24.85.002	21.45.00.106	**34,45**
ACCESSORI PER APPLICAZIONI VIA OSSEA			
- Archetto monoaurale		21.45.00.109	**19,63**
- Archetto binaurale		21.45.00.112	**30,21**
- Vibratore bipolare		21.45.00.115	**64,92**
- Vibratore tripolare		21.45.00.118	**68,69**
- Cavetto bipolare		21.45.00.121	**7,18**
- Cavetto tripolare		21.45.00.124	**9,45**
RIPARAZIONI Manodopera e revisione (compresa minuteria). L'importo della manodopera va incluso una sola volta per apparecchio al prezzo dei singoli componenti.	24.90.001	21.45.00.503	**26,39**
TRASDUTTORE D'INGRESSO			
- microfono omnidirezionale	24.91.002	21.45.00.506	**44,47**
- microfono direzionale	24.91.004	21.45.00.509	**56,40**
- kit ingresso audio	24.91.006	21.45.00.512	**17,82**
- bobina telefonica	24.91.008	21.45.00.515	**29,70**
TRASDUTTORE D'USCITA			
- ricevitore bipolare	24.91.010	21.45.00.518	**44,52**
- ricevitore tripolare	24.91.012	21.45.00.521	**56,40**
- vibratore bipolare	24.91.014	21.45.00.524	**44,47**
- vibratore tripolare	24.91.016	21.45.00.527	**56,40**
INVOLUCRI			
- per retroauricolari	24.91.026	21.45.00.530	**23,76**
- per occhiali, escluso il frontale	24.91.030	21.45.00.533	**44,52**
REGOLATORI DI FUNZIONE			
- potenziamento di volume	24.91.036	21.45.00.539	**28,41**
- commutatore di funzioni (O/T/M, M/MT/T, ecc.)	24.91.038	21.45.00.542	**32,54**
- trimmer	24.91.040	21.45.00.545	**16,01**
- bobina telefonica	24.91.042	21.45.00.548	**11,26**
- alloggi pila e copricomandi	24.91.044	21.45.00.551	**5,94**

Le norme specifiche di riferimento per tali sistemi sono:
CEI 29-5 Standard di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva.
IEC 118-3 Sistemi di correzione uditiva non interamente indossati dall'ascoltatore.
IEC 118-4 Metodi di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva.
IEC 118-6 Caratteristiche dei circuiti di entrata degli apparecchi di correzione uditiva.
IEC 118-9 Methods of measurement of characteristics of hearing aids with bone vibrator output.
IEC 118-10 Guida agli Standards degli apparecchi di correzione uditiva.
IEC 118-11 Simboli e marcature degli apparecchi di correzione uditiva e relativi equipaggiamenti.
IEC 711 Simulatore di orecchio.
IEC 90 Dimensione delle spine e altri collegamenti per gli apparecchi di correzione uditiva
IEC 601-1 Sicurezza elettrica per prodotti medicali.
CEN/TC 293-138 Sistemi tecnologici per disabili: requisiti e metodi di prova.
CEN/TC 293-138-4 Documentazione tecnica di accompagnamento al prodotto.
CEN/TC 293-138-4.4 Documentazione relativa all'analisi di rischio.
CEN/TC 293-138-5.2 Documentazione relativa alla biocompatibilità dei materiali (EN 30993-1)
CEN/TC 293-138-7 Documentazione relativa alla compatibilità elettromagnetica (EN 60555-2, emissione di armoniche; EN 55022, emissione di disturbi radio; EN 55101, immunità ai disturbi).
CEN/TC 293-138 -8.1 Documentazione relativa alla sicurezza dei caricatori di batterie (IEC 335-2-29)
CEN/TC 293-138 -8.2 Documentazione relativa alla sicurezza relativa agli apparecchi alimentati a batteria.
CEN/TC 293-138 -13.3.6 Documentazione relativa alla sicurezza di superfici, angoli e forme,
CEN/TC 293-138-13.3.7 Documentazione relativa alla sicurezza del prodotto in caso di caduta su superfici rigide.